



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 - P.Iva e C.F. 01009760628
www.aziendaospedalierarummo.it

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE SISTEMA CHIRURGICO TIPO ACQUAMANTYS PER U.O.C. CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA

L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, avvisa che intende acquisire un sistema chirurgico tipo ACQUAMANTYS per l'U.O.C. di Chirurgia Generale Oncologia che abbia necessariamente le seguenti specifiche tecniche:

"Kit/sistema tipo ACQUAMANTYS che consenta una elettrocoagulazione bipolare dei tessuti molli (parenchima epatico, renale, polmonare, ecc.) durante le procedure di resezione o di metastectomia: Il generatore dedicato deve consentire di regolare il flusso della soluzione fisiologica ed intervenire sulla potenza rapidamente, a seconda del parenchima da trattare. I dispositivi a radiofrequenza devono essere utilizzati sia per la chirurgia open che in laparoscopia. Il parenchima trattato, nel punto di applicazione, non deve raggiungere i 100° C per evitare la carbonizzazione e la formazione di escara. Il dispositivo deve essere in grado di condensare il collagene tissutale, rendendo possibile la resezione a "lama fredda" con assenza di emorragie. La punta dei dispositivi, durante gli intervalli di resezione/asportazione di una e/o più metastasi deve permettere di disseccare o coagulare in modo delicato e veloce, consentendo, pertanto, di limitare perdite ematiche, in particolare nei grossi vasi. Inoltre, durante l'utilizzo non deve produrre "fumo" intraoperatorio. Infine, i manipoli devono essere dotati di un pulsante che attiva contemporaneamente l'erogazione di energia a radiofrequenza e della soluzione salina".

Il sistema richiesto deve prevedere:

1. dispositivi medici (manipoli monouso per chirurgia open e per interventi laparoscopici);
2. apparecchiatura a radiofrequenza.

Gli operatori economici interessati a partecipare a tale indagine di mercato dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.09.2014, direttamente a mano o a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, alla sede amministrativa dell'AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"–UFFICIO PROTOCOLLO (dal lunedì al venerdì, orario di ufficio) – sita a Benevento alla via dell'Angelo n.1 (CAP 82100) – un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto le informazioni relative alla Ditta interessata ed, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il nome di tutte le imprese raggruppate, e la dicitura "Contiene documentazione tecnica per indagine di mercato per sistema chirurgico tipo

ACQUAMANTYS per U.O.C. di Chirurgia Generale Oncologica dell'AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO" - NON APRIRE", declinando ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.

Il plico deve contenere esclusivamente la documentazione tecnica del sistema richiesto, da produrre sia in formato cartaceo che in formato digitale PDF (CD-ROM), ed una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa Ditta, relativa alla iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 , ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica, sede legale e numero fax per eventuali comunicazioni.

Si precisa che il presente avviso non costituisce avviso di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e non impegnativo circa l'esistenza di soggetti componenti il mercato in grado di fornire il suddetto sistema esclusivamente con le caratteristiche tecniche richieste dall'Azienda Ospedaliera. Pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altra classifica di merito, né assunzioni di obblighi specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione tecnica prodotta.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate dalle Ditte interessate all'Area Provveditorato ed Economato al seguente numero di FAX: 0824 57572.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri)**