PROCEDURA APERTA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER TUTTE LE UU. OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

"CHIARIMENTI" dal n. 29 al n. 45

CHIARIMENTI n°29

DOMANDA:

LOTTO 12-sub a-b-c-d-: Nei sub lotti non sono specificati i voluni da offrire, ma sono indicati genericamente "volumi vari",dato che non sono ammessi codici alternativi,si chiede l'indicazione circa i volumi necessari.?

RISPOSTA:

- Si precisa che i kit 1,5ml/h devono avere volume da 300ml circa, i kit 2,0ml/h devono avere volume da 100ml circa, i kit 5,0ml/h devono avere volume da 300ml circa ed i kit 10,0ml/h devono avere volume da 300ml circa.

- CHIARIMENTI n°30

DOMANDA:

LOTTO 14a : Si chiede come deve essere la punta della YANKAUER?

RISPOSTA:

- Si precisa che le misure in uso sono CH12 e CH18, la punta deve essere standard.

- CHIARIMENTI n°31

DOMANDA:

LOTTO 14b: Si chiede come deve essere il tubo collegato alla cannula?

RISPOSTA:

- Si precisa che la punta deve essere standard ed il tubo, da raccordarsi con il sistema deve avere lunghezza 250cm.

- CHIARIMENTI n°32

DOMANDA:

LOTTO 14c: Si chiede che caratteristiche deve avere il tubo?

RISPOSTA:

- Si precisa che il tubo, da raccordarsi con il sistema,deve avere lunghezza almeno 200cm.

- CHIARIMENTI n°33

DOMANDA:

LOTTO 15: Qual è il materiale? Silicone,lattice ecc.?

RISPOSTA:

- Si precisa che il materiale può essere in sia in lattice che silicone.

- CHIARIMENTI n°34

DOMANDA:

LOTTO 16: Quali drenaggi piatti,diritti,Penrose ecc?

RISPOSTA:

- Si precisa che i drenaggi devono essere cilindrici, da CH30 e lunghezza 50cm circa.

%

%

- CHIARIMENTI n°35

DOMANDA:

LOTTO 19: Si chiede lunghezza,perforazione,misure aghi ecc?

RISPOSTA:

- Si precisa che le misure sono:CH8 lungh.23cm circa, CH16 lungh. 25cm circa, CH20 lungh.40cm circa, CH24 lungh.40cm circa, CH28 lungh.40cm.circa e CH32 lungh.40cm circa.

- CHIARIMENTI n°36

DOMANDA:

LOTTO 21: Come deve essere la sacca? Standard? Valvola? Rubinetto? Lunghezza tubo? Sterile?

RISPOSTA:

- Le sacche di drenaggio non devono essere sterili con tubo di lungh. 130cm circa,senza valvola e senza rubinetto.

- CHIARIMENTI n°37

DOMANDA:

LOTTO 24b: Che capacità deve avere la sacca di ricambio? Lunghezza tubo?

RISPOSTA:

- Si precisa che le sacche devono essere da 2lt, con rubinetto e tubo di collegamento 10cm circa.

- CHIARIMENTI n°38

DOMANDA:

LOTTO 25: Si chiede di voler specificare cosa si intende per attacco normale ed attacco maggiorato, dato che solitamente viene progettata una cartuccia per aspirazione dei liquidi biologici con una porta del vuoto e una porta paziente per la connessione con il tubo di aspirazione?

RISPOSTA:

- Si intende per attacco normale la misura CH 24 (aspirazione paziente) e per attacco maggiorato la misura CH 38 (collegamento a vuoto centralizzato).

- CHIARIMENTI n°39

DOMANDA:

LOTTO 47: Si chiede adulto o pediatrico? Sterile o no?

RISPOSTA:

- Si precisa che gli occhiali devono essere per adulti, non sterili, con tubo 2mt circa.

- CHIARIMENTI n°40

DOMANDA:

LOTTO 55: Si chiede come deve essere la punta dell'ago (chiba,quincke) e se possono essere indicati i calibri e le lunghezze dell'ago?

RISPOSTA:

- Per la punta si può offrire entrambe mentre le misure dell'ago sono 21G lungh.15mm circa.

%

%

- CHIARIMENTI n°41

DOMANDA:

LOTTO 59: Solitamente i copritelecamera sono in polietilene trasparente e non in polipropilene: la misura standard del copritelecamera è cm 13x250cm e senza lente. Si chiede di rivedere la descrizione?

RISPOSTA:

- Si precisa che i copritelecamera possono essere in polipropilene, la misura della lente si conferma 50micron.

- CHIARIMENTI n°42

DOMANDA:

LOTTO 62 rif.A: Si chiede se trattasi sempre di camice visitatore, se trattasi di semplice camice con allacciatura posteriore e polsino con elastico oppure polsino in maglina e se è richiesta una particolare grammatura del materiale?

RISPOSTA:

- Si precisa che i camici devono essere in TNT,polsino con elastico e non è significativa la grammatura.

- CHIARIMENTI n°43

DOMANDA:

LOTTO 62 rif B: Si chiede se trattasi di camice con polsino con elastico oppure con polsino in maglina?

RISPOSTA:

- Si precisa che i camici devono essere con polsino con elastico.

- CHIARIMENTI n°44

DOMANDA:

LOTTO 63: Valvola rigida o valvola morbida?

RISPOSTA:

- Si precisa che la valvola deve essere morbida.

- CHIARIMENTI n°45

DOMANDA:

LOTTO 79: Si chiede se trattasi di calzare con elastico al ginocchio (solitamente i gambali vengono utilizzati per la copertura degli arti in sala operatoria?

RISPOSTA:

- Si precisa che i gambali devono essere con elstico al ginocchio.