

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici da destinare all'U.O. di Neuroradiologia dell'A.O. " G. Rummo".

Ditte interessate a partecipare alla gara hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

- *Richiesta chiarimenti per il lotto 1 Set angiografico*
 - *copriparatie: devono essere tonde o rettangolari?*
 - *ci vogliono delle etichette sulle cuffie per distinguerle o basta metterle in sequenza?*
 - *camici: devono essere RINFORZATI?*
 - *vassoio: non sono indicate le misure*
 - *il telo x angiografia è inteso con i soli 2 fori femorali?*
- *1) In merito all'Art. 5 del Capitolato Speciale "procedura di aggiudicazione" B) qualità dei prodotti offerti: caratteristiche tecniche (consistenza dei componenti, sicurezza, molteplicità di funzione) punti massimi 30/100*
Cosa intendete?
- *2) Qualità dei prodotti offerti: funzionalità (efficacia e l'efficienza con cui i dispositivi possono essere utilizzati in relazione all'utente e all'ambiente d'uso) punti massimi 20/100.*
Cosa intendete?

Di seguito, le risposte alle richieste di chiarimenti :

- lotto 1: i copriparatie devono essere rettangolari, le etichette sulle cuffie non sono necessarie, i camici devono essere rinforzati nella parte anteriore, il vassoio deve essere circa 30x40 cm, il telo per angiografia è da intendersi con i soli due fori femorali.
- In merito ai chiarimenti relativi ai punteggi di qualità – per le caratteristiche tecniche- si precisa che si intende la valutazione quali-quantitativa dei componenti, anche in riferimento agli standard di sicurezza (sia per l'operatore che per il paziente) e non ultima la versatilità di utilizzo. Per funzionalità è da intendersi la semplicità di utilizzo nel contesto specifico.