

Oggetto: chiarimenti "Procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di trocar monouso per le chirurgie dell'A. O. G.Rummo".

QUESITO:

1) Documentazione - Busta A Amministrativa

riduzione dell'importo della cauzione : punti f) e g) del Disciplinare di Gara

Per la riduzione della cauzione, Provvisoria (punto f- del Disciplinare) e Definitiva (punto g- del Disciplinare) noi siamo in possesso di Certificazione ISO 13485. Tale certificazione di qualità non é espressamente citata nell'art. 75, comma 3 D.Lgs 163/2006, ma viene riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli organi statali:

- Considerata un *"quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000"*dall'Anac- (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione).
- Accettata dal Ministero delle Infrastrutture: *"(...) Riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerate come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione."*

Domanda: Accettate la suddetta certificazione per la riduzione della Fideiussione?

RISPOSTA:

Si è possibile allegare la certificazione ISO 13485 per la riduzione della Fideiussione.

QUESITO:

2)LOTTO 5 - CIG 6570318DEC

Domanda:

Confermate diametro 11 mm e lunghezza 100 mm? Domanda: È possibile offrire alternative?

RISPOSTA:

Si precisa che il capitolato speciale non fa esplicito riferimento alla possibilità di offrire alternative per cui nulla vieta alle aziende l'offerta di alternative; tali offerte, esaminati i requisiti minimi, saranno valutate secondo quanto stabilito all'art 5 del capitolato speciale.

In merito alla richiesta di conferma delle misure si ribadisce quanto riportato al lotto 5 dell'allegato A: **"TROCAR SENZA LAMA CON OTTURATORE LENTE CONICA, RIDUTTORE INCORPORATO RIMOVIBILE, CANNULA ZIGRINATA, CODICE COLORE, **DIAMETRO CIRCA 11MM, LUNGHEZZA CIRCA 100MM**".**