

GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E LENTI
INTRAOCULARI PER LA U.O.C. DI OCULISTICA
DELL'A.O. "G. RUMMO" DI BENEVENTO.

CHIARIMENTI dal n. 11 al n. 17

Una Ditta ha presentato la seguente richiesta di chiarimenti:

*11. DISCIPLINARE. Una ditta chiede per quel che concerne l'**All.C** di cui si fa menzione nell'art. 7 (e pubblicato con chiarimento n. 6), se vada inserito nella busta contenente la documentazione tecnica od economica.*

11.RISPOSTA: Si precisa che l'**All. C** di cui si fa menzione, con indicazione dei prezzi, va inserito nella busta contenente l'offerta economica.

12. DISCIPLINARE. Si chiede, poichè nell'art. 7 è indicata come data di scadenza presentazione offerte sia : " 10/01/2017 ore 12:00 (...)", che " 21/12/2016" , quale sia quella esatta da considerare.

12. RISPOSTA : Trattandosi di un refuso, si conferma che la data da ritenersi valida quale data di scadenza per la presentazione delle offerte è il **21.12.2016 ore 12:00.**

13. DISCIPLINARE : Una ditta chiede se si debba spedire all'**Ufficio protocollo solo n. 1 busta** contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

13. RISPOSTA : SI.

14. DISCIPLINARE : Una ditta chiede se la **documentazione tecnica** in formato elettronico (**CD**) ed i campioni debbano essere contenuti in un unico plico oppure fare due plichi separati?

14. RISPOSTA : Possono essere contenuti in un unico plico.

15. CAPITOLATO Allegato A - Lotto n. 5 : si richiede una "Lente acrilica idrofoba 3 pezzi range diottrico -10 → +30D diametro piatto ottico 6,5 mm, diametro totale di 13 mm, precaricata".

Una ditta chiede di verificare, dato che non esiste sul mercato una lente 3 pezzi precaricata dal diametro del piatto ottico 6,5 mm, dal diametro totale di 13 mm e con un range diottrico così ampio (-10 → +30D), tali caratteristiche ed, eventualmente, rettificare il capitolato speciale.

15. RISPOSTA : Si precisa che si chiede una lente idrofoba asferica a 3 pezzi con anse in PVDF (materiale più innovativo rispetto al PMMA) misura 6 mm di piatto ottico e 13 mm di diametro totale con poteri che vanno da minimo + 6.0 a + 26.0 precaricata, meglio se disponibile bianca e gialla.

16. CAPITOLATO Lotto n. 10 : vengono richieste cannule angolate a punta piatta per idrodissezione e cannule angolate per camera anteriore, una ditta chiede se è possibile avere la misura del gouce richiesto e di quanti gradi deve essere l'angolo.

16. RISPOSTA : Le misure delle cannule sono le seguenti :

Cannula per idrodissezione 40 x 22 mm (27G x 78in)

Cannula per camera anteriore 40 x 22mm (27G x 78in)

17. CAPITOLATO Lotto n. 26 : Una ditta chiede se le cannule siano risterilizzabili o monouso e di che calibro.

17. RISPOSTA : Le cannule backflush con punta in silicone e a spazzola in silicone devono essere monouso e di 20 G.