

P. 12542 Doc 5/6/17

**AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER CONTROLLI DI QUALITA' FISICA MEDICA-PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.**

L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento avvisa che intende avviare un'indagine conoscitiva per accertare l'esistenza sul mercato di ditte/ professionisti che noleggiavano le apparecchiature per controlli di qualità fisica- medica.

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, l'acquisto sarà effettuato a mezzo di procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla presente fornitura gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, inviare le dichiarazioni di cui sopra e trasmettere le schede tecniche con la dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, nel seguente modo:

1) a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo [ufficio.gare@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it) indicando come destinatario Area Provveditorato Economato e come oggetto **"NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER CONTROLLI DI QUALITA' FISICA MEDICA-PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI".FASC CLA 212/2017**

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in considerazione.

Le richieste dovranno pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno **18.06.2017**

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul B.U.R.C.

A norma del D.lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Si allega descrizione delle apparecchiature necessarie per i controlli di Fisica Medica

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
(Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri)**



## DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER CONTROLLI DI FISICA MEDICA

Per i controlli di qualità relativi alla verifica dal punto di vista radiativo delle macchine radiogene è richiesto:

Un Multimetro capace di misurare i valori di dose, rate ,kV, tempo, numero di impulsi, frame/secondo, HVL per apparecchiatura di radiologia e per TC

Per i controlli di qualità relativi alla qualità delle immagini è richiesto:

- Dispositivo per il controllo dell'allineamento del fascio radiante con il campo luce;
- Dispositivo per i controlli di qualità in radiologia digitale e analogica;
- Fantoccio per i controlli in DSA per simulazioni vascolari;
- Fantocci per la verifica della qualità delle immagini per i mammografi digitali;
- Fantocci per la verifica della qualità delle immagini in TC