

In riscontro alle note *in oggetto* relative alla richiesta di chiarimenti da parte delle ditte *in oggetto* per la fornitura di kit monouso in TNT, si precisa che all'art 5 del capitolato è riportato che *“la valutazione qualitativa sarà effettuata in conformità ai parametri descritti ed illustrati sia dalla documentazione tecnica presentata dai concorrenti sia dalla campionatura inviata”*. Questo implica che si richiede campionatura, almeno 1 pezzo per lotto, in confezione sterile. In merito al Lotto 13 il fabbisogno è di n. 200.

In merito ai chiarimenti richiesti dalla ditta *in oggetto* si precisa che per *“bordo integrato non accoppiato”* si intende che il bordo adesivo deve essere in continuo con il telo, non in aggiunta; per il lotto 8 si conferma quanto indicato nell'allegato A; per i lotti 17 e 18 si accetteranno alla valutazione anche ciotole non trasparenti.