

In riscontro alle note in oggetto, relative alla richiesta di chiarimenti da parte delle ditte per la fornitura di kit monouso in TNT, si richiede campionatura di almeno 1 pezzo per lotto in confezione sterile. Inoltre si precisa che:

Lotto 2: si precisa che "elevate caratteristiche di flessibilità e conformabilità" è un refuso pertanto va eliminato;

Lotto 5: si precisa che - non avendo il clinico specificato la misura - il foro deve essere compatibile con la chirurgia addominale open; non vengono richiesti gambali;

Lotto 6: poiché il clinico non ha specificato la misura, il foro deve essere compatibile con la chirurgia laparoscopica; i gambali non sono richiesti incorporati nel telo; per le misure dei teli si riconferma quanto riportato nell'allegato A;

Lotto 8: il bordo è da intendersi quello lungo;

Lotto 11: poiché il clinico non ha specificato le dimensioni della tasca e del telo, si chiede di offrire misure standard;

Lotto 14: si precisa che "senza accesso addominale e perianale" è un refuso, pertanto va eliminato "senza accesso perianale";

Lotto 15: la sacca raccolta può anche essere incorporata; per le dimensioni del telo neonato si richiedono misure standard;

Lotto 16: le dimensioni e l'apertura dei teli per parto cesareo devono essere standard;

Lotto 17: il telo paziente deve essere come riportato nell'Allegato A; si precisa che "abs 45x190cm" è un refuso pertanto va eliminato;

Lotto 18: le dimensioni del telo laparoscopico, la misura della finestrate addominale e perianale, ecc.. devono essere standard; è possibile offrire la parte assorbente per tutta la lunghezza.