

In riscontro alle note in oggetto, relative alla richiesta di chiarimenti da parte delle ditte
per la fornitura di kit monouso in TNT, si richiede campionatura di **almeno 1 pezzo per lotto** in confezione sterile e si precisa che si possono offrire teli con bordo in continuo con il telo. Inoltre si precisa che:

Lotto 5: si precisa che - non avendo il clinico specificato la misura - il foro deve essere compatibile con la chirurgia addominale open; non vengono richiesti gambali; si confermano le misure riportate in ALLEGATO A;

Lotto 6: poiché il clinico non ha specificato la misura, il foro la sacca e i gambali devono essere compatibili con la chirurgia laparoscopica; si confermano le misure riportate in ALLEGATO A;

Lotto 8: si confermano le misure del telo 210 x 240; per il kit per patologia dell'aorta il 5 è un refuso, deve intendersi 1; il "rinforzato" è da riferirsi all'area critica;

Lotto 10: poiché il clinico non ha specificato le dimensioni della fessura ad U, si chiede di offrire misure standard;

Lotto 11: poiché il clinico non ha specificato le dimensioni del telo, si chiede di offrire misure standard;

Lotto 14: si precisa che "senza accesso addominale e perianale" è un refuso, pertanto va eliminato "senza accesso perianale"; per le dimensioni, ove non specificato si chiede di offrire misure standard;

Lotto 15: per il telo Mayo si conferma 40 x 145; la sacca raccolta può anche essere incorporata; per le dimensioni del telo neonato si richiedono misure standard;

Lotto 16: la composizione, le dimensioni e l'apertura dei teli per parto cesareo devono essere standard;

Lotto 17: la dicitura 17/8x28 cm è un refuso, la misura del telo deve essere 200/355 x 295cm;