



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 - P.Iva e C.F. 01009760628
www.ao-rummo.it

P. 15234 del 7/2017

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA D'INSUFLAZIONE A PRESSIONE COSTANTE, PER PROCEDURE VIDEO-LAPAROSCOPICHE AVANZATE SU PAZIENTI CON IL RISCHIO RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO.

L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento avvisa che intende avviare un'indagine conoscitiva per accertare l'esistenza sul mercato di ditte fornitrici che commercializzano gli stessi prodotti o beni simili a quelli da acquisire, aventi le stesse caratteristiche tecniche o caratteristiche simili in grado di assicurare con successo la medesima funzionalità d'uso.

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, l'acquisto sarà effettuato a mezzo di procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla presente fornitura gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

- Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c. 3 del Codice gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, inviare le dichiarazioni di cui sopra e trasmettere le schede tecniche con la dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, nel seguente modo:

1) a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo ufficio.gare@pec.ao-rummo.it indicando come destinatario Area Provveditorato Economato e come oggetto L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA D'INSUFLAZIONE A PRESSIONE COSTANTE, PER PROCEDURE VIDEO-LAPAROSCOPICHE AVANZATE SU PAZIENTI CON IL RISCHIO RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO PER CHIRURGIA GENERALE FASC. CLA 256 /2017.

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in considerazione.

Le richieste dovranno pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26.07.2017

A norma del D.lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Si allega descrizione dei dispositivi da acquisire

IL DIRIGENTE DELL'AREA
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di controllo per l'insufflazione e la filtrazione della CO₂
- Trocar monouso ottico senza valvola, con sistema di mantenimento del pneumoperitoneo tramite barriera d'aria da 12 mm
- Trocar monouso ottico senza valvola, con sistema di mantenimento del pneumoperitoneo tramite barriera d'aria da 5 mm
- Set di tubi a triplo lume e filtro per insufflazione e filtraggio della CO₂