

**Chiarimenti in merito all'avviso prot. n. 19286 del 08/09/17 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura Materiale di consumo per apparecchiatura già in dotazione EB.NEURO MIZAR**

**FASC. ALFA 350/2017.**

-Trattasi di refuso ove si chiede “...di non superare la base d'asta...”

-Il totale cuffie è (quantitativo presunto):

cuffia gialla - adulto (21 elettrodi) media (circonferenza cranica 45 - 50 cm.) n.2

cuffia rossa - adulto (2 I elettrodi) grande (circonferenza cranica 50 -- 55 cm.) n.2

cuffia verde - adulto (21 elettrodi) piccola (circonferenza cranica 40 - 45 cm.) n.2

cuffia azzurro - bambino (21 elettrodi) grande (circonferenza cranica 35 - 40 cm.) n.1

cuffia rosa - neonato (9 elettrodi) grande (circonferenza cranica 30 - 35 cm.) n. 1

cuffia marrone - neonato (21 elettrodi) grande (circonferenza cranica 25 - 30 cm.) n.1

-In merito alle cuffie precablate con cavi esterni o interni, in quanto non specificato nelle informazioni tecniche, si chiede di presentare offerta per entrambi, sarà poi il clinico richiedente, in sede di valutazione, a decidere le cuffie da acquistare.

Relativamente alle fasce toraciche circa il quantitativo, si comunica di formulare offerta a prescindere dal quantitativo richiesto, indicando il prezzo unitario.