

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA PER TRE ANNI + SEI MESI DI PROROGA TECNICA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER TRATTAMENTI DIALITICI” DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”.

CHIARIMENTI dal n.3 al n. 10.

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA:

Si chiede “se i cateteri richiesti nel lotto 12,devono essere a doppio lume o monoluma?”

RISPOSTA:

I cateteri di Tesio di cui al lotto 12 debbono essere del tipo monoluma.

CHIARIMENTO N. 4

DOMANDA:

Si chiede “quale dev'essere la lunghezza orientativa dei cateteri richiesti nei lotti 12 e 13? (specificare se la lunghezza è da intendersi come totale o come punta -cuffia)”

RISPOSTA:

La lunghezza dei cateteri di cui al lotto 12 ed al lotto 13 è da intendersi come distanza punta-cuffia.

Per tali dispositivi non è stata indicata una misura specifica in quanto essi dovranno essere offerti in differenti lunghezze, tali da poterli utilizzare per il loro posizionamento in vena giugulare o femorale a seconda delle necessità cliniche.

Comunque, orientativamente, le lunghezze dei cateteri di cui al lotto 12 dovranno andare dai 19cm ai 27cm per quelli arteriosi e dai 22 cm ai 30cm per quelli venosi.

Sempre orientativamente, le lunghezze dei cateteri di cui al lotto 13 dovranno andare dai 19cm ai 35cm.

CHIARIMENTO N. 5

DOMANDA:

Si chiede se “i frenchaggi e le lunghezze indicate nei lotti 10, 11, 12 e 13 sono indicative o mandatarie?”

RISPOSTA:

I frenchaggi dei cateteri richiesti debbono essere quelli specificatamente indicati nella descrittiva dei lotti 10, 11, 12 e 13.

La lunghezza dei cateteri temporanei deve essere quella indicata nei lotti 10 e 12.

La lunghezza orientativa dei cateteri permanenti di cui al lotto 12 ed al lotto 13 è stata oggetto di chiarimento al punto precedente.

CHIARIMENTO N. 6

DOMANDA:

Si chiede “il catetere richiesto nel lotto 12 deve essere a configurazione retrograda?”

RISPOSTA:

I cateteri di cui al lotto 12 dovranno essere di tipo Tesio a tunnelizzazione sottocutanea di tipo retrograda.

CHIARIMENTO N. 7**DOMANDA:**

Si chiede se, "per quanto riguarda la documentazione tecnica, in caso di partecipazione a più lotti, è necessario inserire più buste, in base al numero di lotti cui si partecipa, all'interno del plico generale della documentazione tecnica?"

RISPOSTA:

Non è necessario inserire più buste, però ogni scheda tecnica e documentazione tecnico - scientifica deve riportare tassativamente il lotto di riferimento nell'Allegato A, come previsto nel capitolato di gara.

CHIARIMENTO N. 8**DOMANDA:**

Si chiede " conferma che sia il plico della documentazione tecnica che quello della campionatura vadano inviati in Farmacia?. Nel caso sia così si chiede di esplicitare l'esatto indirizzo a cui mandare la documentazione".

RISPOSTA:

La documentazione tecnica va trasmessa in Farmacia unitamente alla campionatura di gara, entro la data di scadenza fissato nel disciplinare di gara, come indicato a pag. 8 dello stesso disciplinare di gara. L'intestazione è: UOC Farmacia Ospedaliera – Via dell'Angelo,1 – 82100 BENEVENTO.

CHIARIMENTO N. 9**DOMANDA:**

Si chiede "nel disciplinare di gara è specificato l'indirizzo per la spedizione del plico di gara, ma nel capitolato non è riportato l'indirizzo della Farmacia presso cui inviare la campionatura e documentazione tecnica.

Potreste confermare che i due uffici (protocollo e farmacia) sono entrambi in Via Dell'Angelo,1", in caso contrari potreste specificare l'indirizzo della farmacia?"

RISPOSTA:

Leggere risposta al chiarimento n°8.

CHIARIMENTO N. 10**DOMANDA:**

Si chiede "nel disciplinare art.7 punto 2 "Un terzo plico chiuso" pagina 8 di 16 viene scritto "Qualora il capitolato tecnico preveda l'invio (...) del listino (...) va inserito nella busta contenente l'offerta economica"

Confermate che il listino prezzi non viene richiesto quindi non è necessario inserirlo nella busta economica?

RISPOSTA:

Il listino prezzi non viene richiesto quindi non è necessario inserirlo nella busta economica.