

Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento

0824 57111 P.Iva e C.F. 01009760628

www.aziendaospedaliarummo.it

U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

Direttore arch. Filippo Serino

Tel. 0824 57562 - 57549 - Fax 0824 57572

e-mail filippo.serino@ao-rummo.it

Prot. n. 2385 del 26.01.2018

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI
MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER TC MARCA GE MEDICAL HEALTHCARE**

Questa Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo" U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio, Via dell'Angelo n. 1 – 82100 – Benevento Tel. 0824 57581/582/300 – Fax 0824 57270 – sito internet www.aziendaospedaliarummo.it, intende procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica:

- **n.1 TC fabbricante GE Healthcare mod. HINO BRIGHTSPEED 16 completa di ADV Windows installata presso il P.S. del P.O. Rummo, via dell'Angelo 1- Benevento;**
- **n.1 TC fabbricante GE Healthcare mod. VCT LightSpeed completo di ADV. Windows installata presso la diagnostica per immagine del P.O. Rummo, via dell'Angelo 1- Benevento.**

Denominazione attuale fornitore: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, VIA GALENO, 36 20126 MILANO P.IVA 03663500969.

Tanto premesso con il presente avviso si intende unicamente effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di ulteriori operatori economici da consultare, ai fini dell'indizione di una eventuale alternativa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara.

Gli operatori individuati per effetto della presente indagine verranno invitati a produrre offerta, nel rispetto delle condizioni richieste nel presente avviso e nella successiva lettera d'invito.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per questa Azienda, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati, in caso di necessità, a presentare offerta.

A tal proposito, si precisa che questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a manifestare a questa A.O. l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara, dichiarando ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R.

n. 445/2000 - consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - come da allegato A.

Importo del servizio: L'importo base d'asta delle attività oggetto del servizio in argomento è di € 122.000,02 così suddiviso:

- € 55.000,01 oltre I.V.A., comprensivo di tutto quanto indicato nel presente avviso e di quanto successivamente dettagliato alla lettera d'invito per la TC mod. **HINO BRIGHTSPEED 16**;
- € 67.000,01 oltre I.V.A., comprensivo di tutto quanto indicato nel presente avviso e di quanto successivamente dettagliato alla lettera d'invito per la TC **mod. VCT LightSpeed**.

Durata del Servizio: 12 (dodici) mesi

Oggetto del servizio: manutenzione ed assistenza tecnica full-risk limitata a 5000 PZ per sistema (manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica, illimitati interventi di manutenzione correttiva comprensiva di materiale di consumo, materiale soggetto ad usura e parti di ricambio originali. Il contratto deve includere la riparazione del guasto. E' ricompreso altresì l'eventuale sostituzione di n.1 tubo per sistema.

Stato dell'arte:

- TC mod. **HINO BRIGHTSPEED 16** risulta guasta. La GE Medical Systems dichiara in merito al guasto: "Il sistema ha presentato diversi blocchi di scansione nei giorni scorsi, anche durante la calibrazione quotidiana". Azione effettuata: "Pur se in maniera intermittente, si evidenzia errori in alta tensione".

- TC mod. **mod VCT LightSpeed** risulta guasta. La GE Medical Systems dichiara in merito al guasto: "il sistema non eroga raggi durante il riscaldamento tubo". Azione effettuata: "Eseguita ricerca guasto circuito filamenti tubo RX. Si riscontra tubo guasto".

Requisiti tecnici minimi di partecipazione:

- a) tecnici manutentori qualificati e certificati dal fabbricante o equivalente per l'esecuzione di tutte le attività inerenti il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la tipologia delle apparecchiature in argomento
- b) la capacità tecnica allo svolgimento dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, dei controlli di funzionalità e delle verifiche di sicurezza elettrica sec. normativa CEI su analoga classe tecnologica;
- c) di essere garante nei confronti di questa Azienda per danni provocati imputabili al non effettivo svolgimento dei servizi offerti oltre che al non rispetto dei tempi che saranno eventualmente indicati nella lettera d'invito;

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Sopralluogo: Allo scopo di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e di garantire una formulazione equa e remunerativa, gli operatori economici possono prendere visione dei luoghi e delle attrezzature oggetto del presente avviso attraverso idonei sopralluoghi che potranno essere svolti senza

preavviso alcuno, entro la data 01/02/2018 nell'orario dalle 8:30 alle 17:30 recandosi direttamente in reparto.

Istanza di partecipazione: Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo" U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio, a mezzo PEC: protocollo@pec.ao-rummo.it: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02.02.2018 contenente l'indicazione completa del mittente, nonché la seguente dicitura:

"Manifestazione di Interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per TC fabbricante GE Healthcare"

Le istanze, formulate dal legale rappresentante, dovranno riportare i dati anagrafici del richiedente ed alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante. **Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine.** Non saranno, altresì, accolte istanze (allegato A) che non riportino integralmente almeno quanto richiesto (ovvero difformi dall'allegato A).


Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questa A.O. intende, altresì, manifestare l'intenzione di affidare i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche, con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta fornitore dei servizi di che trattasi per un importo massimo di:

- € 55000,01 oltre IVA e con le condizioni minime previste nel presente avviso per TC **HINO BRIGHTSPEED 16**;
- € 67.000,01 oltre I.V.A., e con le condizioni minime previste nel presente avviso per la TC **mod. VCT LightSpeed**;


Per informazioni tecniche:

P.O. Per.Ind. Domenico Tiso email: ingegneria.clinica@ao-rummo.it:

Il consulente Ingegneria clinica
(Ing. Gianpaolo Catalano)



P.O. Ingegneria Clinica
(Per.Ind. Domenico Tiso)



Il Dirigente dell'Area Tecnico-Manutentiva
(arch. Filippo Serino)

