

**GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'U.O. DI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'A.O. "G. RUMMO" DI BENEVENTO.
CHIARIMENTI**

Alcune Ditte hanno presentato le seguenti richieste di chiarimenti:

*1.DOMANDA: ... Lotto 1 e lotto 2 è possibile partecipare con tunnelizzatori pluriuso?
Lotto 3 è possibile partecipare con sistema di fissaggio pluriuso?*

1.RISPOSTA: Si conferma che è possibile partecipare con tunnelizzatori pluriuso e sistemi di fissaggio pluriuso per i lotti 1,2,3.

2.DOMANDA: si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di voler fornire una più dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti di cui ai lotti n. 16 e n. 17, stante che quella indicata nel Vs. Allegato B non risulta essere sufficientemente esaustiva.

2.RISPOSTA: Lotto 16. Set di aspirazione per IVG composto da un tubo di plastica flessibile, trasparente, che collega l'aspiratore (isterosuttore) al manico (su cui si inserisce la cannula) mediante un anello di raccordo.

Lotto 17. I pessari cubici richiesti devono essere predisposti a sostenere prolapsi vaginali ed uterini di diversa gravità , devono avere dimensioni comprese tra 25 e 45 mm, essere dotati di un sistema di rimozione semplice, avere su ogni faccia una depressione in grado di accogliere la cervice uterina ed essere pluriforati per il drenaggio delle secrezioni vaginali.

*3.DOMANDA:Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al lotto n° 4, la nostra azienda intende offrire un dispositivo che necessita di applicatore per il suo impiego.
Siamo quindi a richiedere se sia possibile offrire tale applicatore poliuso in comodato d'uso .*

3.RISPOSTA: Si precisa che per il lotto n. 4 è possibile offrire l'applicatore in uso gratuito.