



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 P.Iva e C.F. 01009760628
www.aziendaospedalierrarummo.it

Oggetto: chiarimenti –

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura *di 1200 FILTRI ANTIBATTERICI AUTOUMIDIFICANTI HME PER LE RIANIMAZIONE FASC. ALFA 82/2018*

Delle ditte hanno fatto pervenire le seguenti richieste di chiarimenti:

DOMANDE:

In merito al catetere mount gradiremmo sapere se è in PVC fisso eppure in PE estensibile inoltre per meglio individuare il prodotto di Vs. Interesse vorremmo avere il Produttore e il codice del prodotto attualmente in uso.

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, dall'allegato 1 si desume che il catetere di mount debba essere parte integrante del filtro antibatterico HME; si richiede se sia possibile fornire il catetere di mount e il filtro antibatterico confezionati singolarmente. Si richiede, inoltre, di specificare se i dispositivi richiesti siano per neonatali, pediatrici, adulti o tracheostomizzati.

CHIARIMENTI:

In riscontro alle note in oggetto, relative alla richiesta di chiarimenti da parte delle ditte GVS e ALEA per la fornitura di filtri antibatterici/autoumidificanti HME, si precisa che i singoli componenti possono essere offerti singolarmente e la misura richiesta è per adulti.

Si precisa inoltre che il codice prodotto attualmente in uso è: Filtro umidificante HYGROVENT codice: 355001010.