

**“FORNITURA DI N.1 SISTEMA DI ASPIRATORE AD ULTRASUONI
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER ESEGUIRE
PROCEDURE CHIRURGICHE DI ASPIRAZIONE TUMORE
OCCORRENTI ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA”**

Allegato C/1: Parametri a punteggio

In questo allegato sono riportati i parametri a punteggio che la commissione valutatrice dovrà utilizzare.

Sub-Criteri/parametri	Descrizione Parametro/criterio richiesto	Punti max (Ppmax,n)
n	Strumentazione	
1	Facilità d'uso, ergonomia, compattezza, grado di integrazione	7
2	Modalità e tipologie di Funzioni quali aspirazione, irrigazione e frammentazione	5
3	Modalità e Tipologie di controllo di regolazione della potenza	5
4	Elementi migliorati e di pregio non ricompresi nei punti precedenti	3
Totale parziale 1		20
Materiale e dispositivi medici monouso e pluriuso per procedure chirurgiche		
5	Tipologia, qualità ed ampiezze di gamma di puntale a scelta per tessuti molli e/o calcifici	15
6	Tipologia, qualità ed ampiezze di gamma di puntali a scelta per osso	15
7	Qualità e tipologia di set e di accessori necessari per l'utilizzo fino al “pronto all'uso” con esclusione dei punti precedenti	15
8	Elementi migliorati e di pregio non ricompresi nei punti precedenti	5
Totale parziale 2		50

**“FORNITURA DI N.1 SISTEMA DI ASPIRATORE AD ULTRASUONI
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER ESEGUIRE
PROCEDURE CHIRURGICHE DI ASPIRAZIONE TUMORE
OCCORRENTI ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA”**

Allegato C/1: Parametri a punteggio

	Totale punteggio tecnico massimo	70
--	---	-----------

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per accettazione

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore U.O.C. di Neurochirurgia : Dr. Giuseppe Catapano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca