

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI
ASPIRATORE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE CHIRURGICHE DI APIRAZIONE
TUMORE PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA FASC. T 331-2017

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA : *Nei requisiti minimi (allegato B1) si dichiara che la singola procedura deve contenere :*

manipolo pluriuso per puntali

puntale per osso

puntale per tessuti

set di raccolta

quanto altro necessario

si chiede di chiarire se nel valore della procedura dovranno essere inclusi: due puntali di cui uno per osso ed uno per tessuti ed anche il manipolo pluriuso.

O se invece si richiede se il sistema che offriamo possiede tale requisito, ovvero una gamma di puntali compresi quelli per osso e per tessuti ed una gamma di manipoli compatibili con i puntali.

RISPOSTA: Si conferma che deve essere incluso tutto quanto necessario per effettuare le procedure richieste in gara ivi compresi i puntali per osso per tessuti oltre che il/i manipolo/i pluriuso/io indispensabili per il "pronto all'uso".