



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI
II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 21/06/2018

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura MANICHINO PER SIMULAZIONE AVANZATA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO FASC.ALFA 127/2018.

L'anno duemila**DICIOTTO**, il giorno 21 del mese di Giugno, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (*pad. "Direzione e Servizi Generali"*) dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso

come risulta dal ***VERBALE DI GARA N°1 DEL 05/06/2018:***

che a seguito di nota prot. 10138 del 20/04/2018, dalla UOC di Anestesia e Rianimazione è stata trasmessa richiesta per l'acquisto l'acquisto di un manichino per la gestione avanzata delle funzioni vitali, precisando che tale attività è di fondamentale importanza per un corretto e completo training del personale medico e infermieristico dell'Azienda Ospedaliera,

che questa Azienda ha provveduto a compulsare senza esito positivo il Mercato elettronico – Acquisti in rete della P.A.,

che, premesso quanto innanzi, con nota del 09/05/18, si è provveduto alla pubblicazione sul Sito A.O.Rummo-Sez. Bandi e contratti, dell'**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA** per la fornitura di **MANICHINO PER SIMULAZIONE AVANZATA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO**

che alla data e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito **il 28/05/2018** sono pervenuta n.3 offerte: A.T.M. SERVICA SRL, LAERDAL MEDICAL AS, AMBU SRL

che il Seggio di gara ha trasmesso le schede tecniche di prodotto al Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione che procederà, in modo riservato, all'esame dell'offerta tecnica.

Letta la nota del 20/06/2018, con la quale, il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione ha trasmesso valutazione, precisando che:

il manichino Ambu, pur presentando le caratteristiche per effettuare le manovre avanzate, appare decisamente meno flessibile alle esigenze di simulazione ad alta fedeltà e successivo de briefing, i

manichini proposti da A.T.M. e Laerdal appaiono più idonei per la gestione dei casi con alta fedeltà (possibilità di interagire con il paziente attraverso microfono) e il manichino proposto da Laerdal è più completo nella fase di debriefing essendo stata proposta anche la possibilità di registrazione video della performance e successiva revisione in gruppo.

Il presente verbale consta di n°3 (*pagine*), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI

(firmato) TESTIMONE Sig.ra Giovanna De Marco Collaboratore Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo