



AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”

**Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 P.Iva e C.F. 01009760628**

www.aziendaospedaliarummo.it

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824 57562 - 57549 - Fax 0824 57572

e-mail nicoletta.mercuri@ao-rummo.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4
ECOCARDIOGRAFI – FASC. PIN 333/2017 (DA CITARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI
FUTURA COMUNICAZIONE) LOTTO 1 CIG 7469398638 - LOTTO 2 CIG 7469403A57
LOTTO 3 CIG 7469406CD0 - CODICE UNIVOCO UFFICIO – IPA: 7CXXRP

N. 3 RISPOSTA CHIARIMENTI

DOMANDA : Lotto 3 Si chiede di chiarire se l’ecocardiografo da Voi richiesto al Lotto n. 3 è un ecotomografo portatile (non carrellato) oppure un ecotomografo carrellato, considerati alcuni requisiti tecnici richiesti nel capitolato;

RISPOSTA: Si chiarisce che trattasi di ecotomografo carrellato;

DOMANDA : Lotto n. 3, alla voce monitor da almeno 18”, si conferma 18” o è un refuso;

RISPOSTA: Si conferma 18”;

DOMANDA: Lotto n. 3, abbiamo riscontrato che la somma dei punteggi tecnici è 65 e non 70 come riportato nel totale;

RISPOSTA: Lotto 3 Allegato C/3: al punto 8 (Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti) il punteggio è 10. Per mero errore di battitura era stato indicato il punteggio 5. Si conferma pertanto il punteggio 10 al punto 8.

DOMANDA: Si chiede se sono, per mero errore, stati invertiti gl’importi a base d’asta dei Lotti 2 e 3, in quanto nel lotto n. 2, è stata richiesta una sonda Transesofagea 2D/3D, ad un valore inferiore rispetto al Lotto 3.

RISPOSTA: Si confermano gl’importi indicati nel CSA.

DOMANDA: Per quanto concerne il certificato PassOE ed il pagamento del contributo ANAC, il sito ANAC, all’inserimento dei CIG risponde nel seguente modo: “il codice inserito è valido, ma non è attualmente disponibile per il pagamento”. Comunicerete in seguito i codici CIG per la generazione PassOE?

RISPOSTA: Sarà cura della Scrivente procedere al perfezionamento dei CIG sul sito ANAC, contestualmente alla pubblicazione, sul Sito aziendale, delle risposte alle richieste di chiarimenti. Pertanto s’invita a riprovare la procedura sul sito ANAC.