



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 P.Iva e C.F. 01009760628
www.aziendaospedalierarummo.it

U.O. INGEGNERIA CLINICA

Tel 082457582 fax 082457270
e-mail: sic@ao-rummo.it

**PROCEDURA DI INGRESSO
DELLE TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI**

A garanzia di un accesso controllato delle tecnologie all'interno della Azienda Ospedaliera, si chiede di seguire scrupolosamente la seguente procedura di accesso, secondo quanto di seguito specificato:

1. Contattare la Società Hospital Consulting tel. 0824/57828 (collaboratrice con il Servizio di Ingegneria Clinica) per concordare la data della consegna, data del collaudo, le modalità di svolgimento del corso formativo. Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto in presenza del personale sanitario preposto all'uso delle/a apparecchiature/a oggetto della fornitura- (formazione all'uso), del personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica (collaudo tecnico-amministrativo).
2. Ai fini del collaudo dovrà essere presentata **tassativamente la seguente documentazione:**
 - copie del manuale d'uso in italiano (di cui almeno una copia in formato cartaceo);
 - copia del manuale di service e accessi software;
 - cd rom o supporti esterni similari leggibili dal sistema consegnato, contenente i software di ripristino della configurazione forniti;
 - copia del certificato di marcatura CE secondo le direttive vigenti per le classi tecnologiche oggetto della fornitura;
 - certificato di garanzia.

La ditta fornitrice procederà, in sede di collaudo, per il tramite del proprio personale, all'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica, e relative prove particolari, secondo le normative vigenti in materia rispetto alle tecnologie oggetto della fornitura.

Qualsiasi variazione alla presente procedura dovrà essere concordata con il Servizio di Ingegneria Clinica e comunicata mezzo fax **0824 57270**.

Il corretto adempimento dei punti sopra esposti vincola l'esito positivo del collaudo tecnico, necessario per la liberazione al pagamento della relativa fattura (se nell'ambito di un contratto oneroso) e per l'autorizzazione all'uso clinico delle tecnologie.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio di Ingegneria Clinica.

IL TECNICO RESPONSABILE
p.i. Domenico Tiso

IL DIRIGENTE AREA TECNICA MANUTENTIVA
arch. Filippo Serino