



**AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”**

B E N E V E N T O

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL’ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

COPIA INTEGRALE DEL VERBALE DI

***ESTRATTO DEL VERBALE DI GARA N°1 DEL 05/06/2018***

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

\*\*\*\*\*

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura *MANICHINO PER SIMULAZIONE AVANZATA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO -FASC.ALFA 127/2018.***

L’anno duemila**DICI**otto, il giorno 5 del mese di **GIUGNO**, presso gli uffici dell’Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (*pad. “Direzione e Servizi Generali”*) dell’“Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso

-Che con nota prot. 10138 del 20/04/2018 il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione ha trasmesso richiesta per l’acquisto l’acquisto di un manichino per la gestione avanzata delle funzioni vitali, precisando che tale attività è di fondamentale importanza per un corretto e completo training del personale medico e infermieristico dell’Azienda Ospedaliera,

- Che questa Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (Spending review), ha provveduto, attraverso lo strumento del Mercato elettronico – Acquisti in rete della P.A., a cercare quanto richiesto e che con nota prot.9824 del 12/04/2018, l’Area P.E., ha provveduto a trasmettere le schede tecniche per la relativa valutazione;

-Che con nota del 08/05/2018 il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione ha, in relazione alle schede tecniche trasmesse, comunicato che i prodotti mostrati non corrispondono a quanto richiesto.

-Che nella medesima nota il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione specificava le caratteristiche generali del manichino, necessarie per la formazione avanzata, ovvero:

1. *Possibilità di gestione avanzata delle vie aeree*
2. *Possibilità di defibrillare*

3. *Possibilità di visualizzazione sul monitor dei parametri vitali, compresa etCO2*
4. *Possibilità di costruire scenari clinici e modificarli.*
5. *Possibilità di avere libreria di scenari precostituiti*
6. *Possibilità di gestione a distanza wireless*
7. *Possibilità di poter interagire con gli allievi tramite microfono*

- Che, premesso quanto innanzi, con nota del 09/05/18, si è provveduto alla pubblicazione sul Sito A.O.Rummo-Sez. Bandi e contratti, dell'**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA** per la fornitura di **MANICHINO PER SIMULAZIONE AVANZATA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO**

- Che alla data e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito **il 28/05/2018,** risultano per la gara di cui in epigrafe pervenuta n.3 offerte:

1. A.T.M. SERVICIA SRL
2. LAERDAL MEDICAL AS
3. AMBU SRL

Dal riscontro effettuato emerge che i plichi risultano integri, regolarmente sigillati e controfirmati nei lembi di chiusura.

Il Seggio di gara procede quindi, all'esame del contenuto delle buste "*BUSTA contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*" e verifica che i concorrenti come sopra indicati hanno presentato tutti i documenti richiesti e sono ammessi alla fase successiva.

Il Seggio di gara conclude le verifiche sulla documentazione amministrativa e procede alla trasmissione delle schede tecniche di prodotto al Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione che procederà, in modo riservato, all'esame dell'offerta tecnica.

Il presente verbale consta di n°2 (*due pagine*), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante. Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

**(firmato) PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI**

**(firmato) TESTIMONE Dott.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo**

**(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo**