



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 P.Iva e C.F. 01009760628
www.aziendaospedalierarummo.it

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824 57562-57539 - 57549 - Fax 0824 57572

e-mail nicoletta.mercuri@ao-rummo.it

pec: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Neuronavigatore più dispositivi per Neurochirurgia – Fasc. mauri 92/2018. Deliberazione di indizione n. 204 del 30.03.2018. Cig 7467677A00. Codice Univoco Ufficio – IPA: 7CXXRP

N. 1 RISPOSTA CHIARIMENTI

DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di confermare il requisito minimo che *“gli strumenti di neuronavigazione ad infrarosso dovranno poter essere sia attivi , con led posti sui manici dello strumento, sia passivi, con sfere riflettenti...”* posto che quella dei marker attivi è una tecnologia da considerarsi superata in quanto i produttori di visori infrarossi hanno già reso obsoleti gli active tool (con cavi) mentre hanno mantenuto al momento la compatibilità con i wireless active tool, nonostante i problemi di gestione di questi ultimi in termini di alimentazione e sterilizzazione (batteria a circuito elettronico a bordo del tool).

RISPOSTA: Si precisa che il requisito minimo è il seguente: *“gli strumenti di neuronavigazione ad infrarosso dovranno poter essere sia attivi, con led posti sui manici dello strumento, sia passivi, con sfere riflettenti: la scelta sarà riservata all'utilizzatore a secondo dell'intervento programmato”*.