



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI
II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 17/07/2018

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

**AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DA
UTILIZZARE SULL'APPARECCHIATURA LEADPOINT**

FASC. ALFA 352/2016

L'anno duemila**DICIOTTO**, il giorno 17 del mese di LUGLIO, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (*pad. "Direzione e Servizi Generali"*) dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso

come risulta dal **VERBALE DI GARA N°1 DEL GARA N 1 DEL 06/07/2017**

-che è pervenuta, con nota 18314 del 08/09/2016, richiesta del Direttore U.O. Farmacia per l'acquisto di dispositivi da utilizzare sull'apparecchiatura Leadpoint presente presso la U.O. di Neurochirurgia, con la indicazione del fabbisogno annuo;

-che con nota *Prot. N° 18997 del 19/09/2016*, si è provveduto a chiedere alla **SO.RE.SA. S.p.A. in assenza di gara centralizzata, l'autorizzazione all'espletamento in autonomia della procedura di acquisizione**, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 12 mesi per l'ACQUISTO DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO DA UTILIZZARE SULL'APPARECCHIATURA LEADPOINT. -FASC. ALFA 352/2016

-che "SO.RE.SA. S.p.A.", con propria nota SRA 0013094-2016 del 26/09/2016, acquisita al protocollo dell'A.O. al n°7 in data 28/09/2016 ed inoltrata all'Area P.E. in data 03/10/2016, ha "*autorizzato quest'Azienda Ospedaliera a procedere ad espletare direttamente la procedura di gara per l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte della stessa SO.RE.SA. S.p.A. in seguito a gare centralizzate*";

-che con nota *Prot. N° 18997 del 19/09/2016*, si è provveduto a chiedere alla SO.RE.SA. S.p.A. **in assenza di gara centralizzata, l'autorizzazione all'espletamento in autonomia della procedura di acquisizione**, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 12 mesi per l'ACQUISTO DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO DA UTILIZZARE SULL'APPARECCHIATURA LEADPOINT.

- che con prot. 825 è pervenuta una ulteriore richiesta del Direttore U.O. Farmacia per l'acquisto di dispositivi da utilizzare sull'apparecchiatura Leadpoint presente presso la U.O. di Neurochirurgia,

con la previsione di fabbisogno biennale;

-che con nota *Prot. N° 1468 del 24/01/2017*, si è provveduto ad una ulteriore richiesta alla SO.RE.SA. S.p.A. con la previsione del fabbisogno biennale;

-che l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento ha pubblicato-nota prot. 9692 del 02/05/2017, di avviso di un'indagine conoscitiva per accertare l'esistenza sul mercato di ditte fornitrici che commercializzano gli stessi prodotti o beni simili a quelli da acquisire;

-che sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione corredate, come richiesto, dalla documentazione tecnico illustrativa richiesta e, precisamente: ditta EB NEURO SPA e ditta E.M.S. SRL, trasmessa alla Commissione di Gara, nominata giusta Deliberazione .533 del 16/11/2017;

-Letta la nota del 07/07/2018, a firma congiunta dei membri della Commissione di gara a tenore della quale si esplicita che la Commissione debitamente riunita ha rilevato la non rispondenza ai requisiti minimi elencati nell'allegato A del capitolato, nello specifico:

Ditta EB NEURO S.P.A. :

- Offerti elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso da 100 a 200cm, mentre erano richiesti cavi da 250 cm;

- Offerti elettrodi adesivi monousol5x20 mm e25x20 mm con cavo da 120 a250 cm, mentre erano richiesti elettrodi accoppiati 20 cmx2Tcm con lunghezza250 cm;

- Offerti elettrodi adesivi monouso EBN a bottone 35x45 mm e 50x90 mm, mentre erano richiesti elettrodi di dimensione 35 x 50 mm;

- Offerte sonda di stimolazione da 25, 45,85, 90 e 130 mm, mentre erano richiesti da 100mm;

- Offerti elettrodi laringei, mentre erano richiesti tubi armati endotracheali

Ditta E.M.S. S.R.L. :

- Offerti probe di stimolazione monouso da 80, 90, 160 e 200mm, mentre erano richiesti da 100mm.

Il presente verbale consta di n°2 (*pagine*), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI

(firmato) TESTIMONE Sig.ra Giovanna De Marco Collaboratore Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo