

Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE CONTINUA (CRRT) IN RIANIMAZIONE

Allegato C/1: Parametri a punteggio

Attribuzione Punteggio x Offerta Tecnica

In base alla documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici concorrenti ed con il supporto di eventuali campionatura/visione/prova, la Commissione Valutatrice, procederà, in primo luogo a verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara. Le offerte che posseggono i requisiti minimi (offerta tecnica valida) potranno accedere alla seconda fase della gara per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

Punteggio Discrezionale

La Commissione Valutatrice procederà all'attribuzione del punteggio qualitativo formulando un giudizio discrezionale per i "Parametri a punteggio" di tipo discrezionale (D), Allegato C/1, ai quali sono associati coefficienti numerici secondo la "Tabella 1: Criteri di Valutazione":

Tabella 1: Criteri di Valutazione

j	Giudizio	Coefficiente V_{j,n}
1	Inadeguato	0
2	Non pienamente sufficiente	0.25
3	Sufficiente	0,50
4	Buono	0.75
5	Eccellente	1

Il massimo punteggio tecnico attribuibile per il criterio esaminato moltiplicato per il coefficiente qualitativo assegnato dalla commissione al criterio stesso ($V_{j,n} * P_{max, n}$), determina il punteggio tecnico corrisposto al criterio dell'offerta tecnica esaminata. Questa operazione è ripetuta per ogni sub-criterio di ogni offerta tecnica valida.

L'utilizzo di criteri di valutazione rende quanto più oggettivo e maggiormente aderente la valutazione degli elementi di natura qualitativa al giudizio discrezionale formulato per ogni singolo sub-criterio.

Punteggio tabellare

La Commissione Valutatrice procederà all'attribuzione del punteggio qualitativo di tipo tabellare (T), Allegato C/1, attribuendo direttamente i punteggi tabellari secondo i criteri per i "Parametri a punteggio" di tipo tabellare presenti rilevando il valore offerto dalla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Formula punteggio qualità

In definitiva, il punteggio tecnico PT_i dei "Parametri a punteggi" attribuito all'offerta del concorrente i-esimo è determinato sommando algebricamente i punteggi tabellari e discrezionali per ciascun criterio esaminato secondo la formula:

$$PT_i = \sum_n V_{j,n} * P_{pmax, n} + P_{pmax, m} i$$



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE CONTINUA (CRRT) IN RIANIMAZIONE

Allegato C/1: Parametri a punteggio

dove:

i : rappresenta il concorrente i-esimo

$\sum_{n=1}$ rappresenta la sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti in maniera discrezionale, che va da **n=1** al numero max di criteri discrezionali previsti per la gara;

$V_{j,n}$: rappresenta il coefficiente attribuito al relativo criterio secondo la Tabella 1;

Ppmax,n i: rappresenta il massimo punteggio tecnico parziale disponibile relativo al criterio considerato di tipo discrezionale dell'operatore economico i-esimo esaminato:

Ppmax,m i : rappresenta il valore del punteggio di tipo tabellare assegnato dalla Commissione per il criterio tabellare relativo all'operatore economico i-esimo esaminato.

Riparametrazione Punteggi Tecnici

Il punteggio conseguito dall'offerta tecnica dell'operatore economico i-esimo (**PTi**), purché maggiore del 50% del massimo punteggio disponibile, sarà riparametrato nel modo che segue:

- all'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio tecnico più alto verrà attribuito automaticamente il Totale punteggio tecnico massimo disponibile previsto per la gara;
- alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

$$P Ti \text{ def} = (70 \times P Ti) / PT \text{ max}$$

dove:

P Ti def : rappresenta il punteggio definitivo della ditta i-esima riparametrizzato;

P Ti : rappresenta il punteggio risultante dalla valutazione della Commissione Giudicatrice/valutatrice per la ditta i-esima senza riparametrazione;

PTmax : è il punteggio tecnico più grande totale assegnato dalla Commissione Giudicatrice/valutatrice tra gli operatori ammessi alla gara tra quelli che hanno superato la soglia di sbarramento.

Pertanto, è interesse dei partecipanti alla gara fornire tutta la documentazione tecnica e/o auto-dichiarazioni (redatta secondo la normativa vigente in materia) tale da consentire una adeguata valutazione dei beni/servizi offerti alla Commissione Giudicatrice.

Il punteggio tecnico è suddiviso nella tabella seguente:

Parametri a punteggi

Criterio	Descrizione criterio richiesto	Descrivere con indicazione di	Criterio Discrezionale (D)/	Max punti disponibili Ppmax, n i / Ppmax, m i






**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE CONTINUA
(CRRT) IN RIANIMAZIONE**

Allegato C/1: Parametri a punteggio

		dove reperire l'informazione (compilazione a cura del concorrente)	Criterio Tabellare (T)	
Strumentazione				
1	Software dedicato per anticoagulazione regionale con citrato tramite soluzioni isotoniche di citrato con concentrazioni di sodio ≤ 140 mmol/l; l'utilizzo del citrato deve consentire la massima fruizione delle potenzialità dell'apparecchiatura in CVVH e CVVHDF		T	Si = 8 Punti No = 0 Punti
2	Reinfusione in pre e post diluizione <u>contemporaneamente</u>		T	Si = 5 Punti No = 0 Punti
3	Possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento evitando interruzioni anche momentanee dello stesso		T	Si = 15 Punti No = 0 Punti
4	Sistema per la tracciabilità dei kit (es. tramite barcode e relativo lettore) per la corretta impostazione dei parametri consentiti		T	Si = 5 Punti No = 0 Punti
5	Monitor a colori da almeno 12"		T	Si = 3 Punti No = 0 Punti
6	Monitor a colori touch-screen		T	Si = 4 Punti No = 0 Punti
7	Eliminazione di aria e schiuma dal		T	Si = 6 Punti



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento


CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE CONTINUA (CRRT) IN RIANIMAZIONE

Allegato C/1: Parametri a punteggio

	circuito extracorporeo con procedura automatizzata			No = 0 Punti
8	Allarme (o segnalazione) sullo stato di vita del filtro		T	Si = 3 Punti No = 0 Punti
9	Memorizzazione di tutti gli eventi relativi agli ultimi trattamenti effettuati con possibilità di archiviazione e recupero dati		T (il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di trattamenti memorizzati e richiamati più recenti)	n.4 trattamenti = 2 Punti n.3 trattamenti=1,5 Punti n.2 trattamenti =1 Punto n.1 trattamento=0,5 Punti Nessun trattamento = 0 Punti
10	Soluzioni previste per evitare interferenze (artefatti) con i sistemi ECG		D	1
Caratteristica dei kit				
12	Caratteristiche tecniche dei kit		D	Ppmax= 10 Punti
Ulteriori caratteristiche di innovativa e di pregio				
13	Caratteristiche e accorgimenti tecnici del sistema (KIT+strumentazione) che consentono di effettuare ulteriori trattamenti non ricomprese nei requisiti minimi		D	Ppmax= 4 Punti
14	Caratteristiche e accorgimenti tecnici del sistema (KIT+strumentazione) migliorativi in termini di sicurezza		D	Ppmax= 4 Punti

RAA
[Signature]

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI E
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE CONTINUA
(CRRT) IN RIANIMAZIONE**



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

Allegato C/1: Parametri a punteggio

dell'operatore e del paziente non ricomprese nei criteri precedenti			
Totale punteggio tecnico Massimo disponibile			70/100

L'operatore economico concorrente (Timbro e Firma del rappresentante della ditta partecipante o RTI)
per presa visione ed accettazione incondizionata

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore U.O.C. di Rianimazione: Dr. Elvio De Blasio

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca