

Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

Procedura aperta per la fornitura di n° 2 Monitor Defibrillatori manuali/semiautomatici e relativi accessori per l'UOC di Cardiologia Interventistica ed UTIC dell'A.O. "G. RUMMO" di BENEVENTO

Lotto n.4 Allegato C/1: Parametri a punteggio

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI

Le modalità di attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo ed criteri di valutazione con i relativi pesi sono riportati di seguito.

Solo esclusi dalla gara i Concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano raggiunto la soglia minima del 50% del punteggio tecnico massimo disponibile.

Attribuzione Punteggio x Offerta Tecnica

In base alla documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici concorrenti in fase di gara, la Commissione Giudicatrice, procederà, in primo luogo a verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara. Successivamente le offerte che rispondono ai requisiti minimi (offerta tecnica valida) potranno accedere alla seconda fase della gara per la valutazione qualitativa ed attribuzione dei punteggi tecnici.

L'attribuzione dei punteggi tecnici avviene mediante la valutazione qualitativa secondo le tre tipologie di:

- Punteggio di natura discrezionale (D)
- Punteggio di natura tabellare (T)
- Punteggio di natura quantitativo (Q).

Punteggio Discrezionale

La Commissione Giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio di natura discrezionale attribuendo un coefficiente numerico di natura discrezionale secondo la "Tabella 1: Criteri di Valutazione" per ciascun parametro:

Tabella 1: Criteri di Valutazione

j	Giudizio	Coefficiente $V_{j,n}$
1	Nulla	0
2	Appena sufficiente	0.25
3	Sufficiente	0,50
4	Buono	0.75
5	Eccellente	1

Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il massimo punteggio parziale disponibile ($P_{max,n}$) per il parametro esaminato.

Punteggio tabellare

La Commissione Giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio qualitativo di tipo tabellare (T), attribuendo direttamente i punteggi tabellari previo verifica del relativo criterio.

Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760628

Lotto n.4 Allegato C/1: Parametri a punteggio

Punteggio Quantitativo

La Commissione Giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio qualitativo di tipo quantitativo (Q), attribuendo il punteggi mediante la formula riportata per il relativo criterio esaminato rilevando il valore offerto/dichiarato dalla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Formula punteggio qualitativo

Il punteggio tecnico totale PTi dei "Parametri a punteggi" relativo all'offerta del concorrente i-esimo è determinato sommando algebricamente i punteggi discrezionali, tabellari e quantitativi per ciascun criterio esaminato secondo la formula:

$$PTi = \sum_n V_{j,n} * Pp_{max\ n,i} + \sum_m Pp_{m,i}$$

dove:

i: rappresenta l'offerta del concorrente i-esimo

\sum_n : rappresenta la sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti in maniera discrezionale

$V_{j,n}$: rappresenta il coefficiente attribuito al relativo criterio secondo la Tabella 1

$Pp_{max,n\ i}$: rappresenta il massimo punteggio tecnico parziale disponibile relativo al criterio considerato n di tipo discrezionale dell'offerta dell'operatore economico i-esimo esaminato

\sum_m : rappresenta la sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti in maniera tabellare e quantitativo

$Pp_{m,i}$: rappresenta il valore del punteggio di tipo tabellare e quantitativo assegnato dalla Commissione per il criterio tabellare o quantitativo relativo all'offerta dell'operatore economico i-esimo esaminato.

Riparametrazione Punteggi Tecnici

Il punteggio conseguito dall'offerta tecnica dell'operatore economico i-esimo (PTi), purché maggiore del 50% del massimo punteggio disponibile, sarà riparametrato nel modo che segue:


- all'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio tecnico più alto verrà attribuito automaticamente il Totale punteggio tecnico massimo disponibile previsto per la gara;
- alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

$$P\ Ti\ def = (70 \times P\ Ti) / PT\ max$$

dove:

P Ti def: rappresenta il punteggio definitivo dell'operatore economico i-esimo riparametrizzato





Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

Procedura aperta per la fornitura di n° 2 Monitor Defibrillatori manuali/semiautomatici e relativi accessori per l'UOC di Cardiologia Interventistica ed UTIC dell'A.O. "G. RUMMO" di BENEVENTO

Lotto n.4 Allegato C/1: Parametri a punteggio

P_{Ti} : rappresenta il punteggio risultante dalla valutazione della Commissione Giudicatrice per l'operatore economico i-esimo senza riparametrizzazione;

PT_{max}: è il massimo punteggio tecnico totale assegnato dalla Commissione Giudicatrice tra le offerte tecniche valide (ossia offerte che hanno superato la soglia di sbarramento).

I Concorrenti dovranno fornire indicazioni, anche mediante analitica descrizione, sulle caratteristiche sia di minima che qualitative nella documentazione tecnica presentata.


Nel caso in cui tali informazioni non fossero deducibili dalla documentazione tecnica o campionatura presentata ovvero non fossero possibile avviare una procedura di chiarimento/completamento secondo la normativa vigente in materia, la Commissione Giudicatrice dovrà considerare tali informazioni come non possedute e conseguentemente come caratteristica mancante nel sistema offerto.

Pertanto, è interesse dei partecipanti alla gara fornire tutta la documentazione tecnica e/o auto-dichiarazioni (redatta secondo la normativa vigente in materia) tale da consentire una adeguata valutazione dei beni/servizi offerti alla Commissione Giudicatrice.

Parametro	Descrizione parametro	Compilazione a cura dell'OE (1)	Criterio D=discrezionale	Criterio Q=quantitativo	Criterio T = tabellare	Massimo Punteggio parziale (P _{pmax,n})
		Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto				
1	Monitor a colori				Si= 7 No= 0	7
2	Rilevazione dell'ECG a 12 derivazioni				Si= 7 No= 0	7
3	Durata in minuti delle batteria interna	Pi=		Pi/Pmax * (P _{pmax,n})		7
4	Valutazione della qualità dei materiali, ingombro e facilità di trasporto		D			7

Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760628



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

Procedura aperta per la fornitura di n° 2 Monitor Defibrillatori manuali/semiautomatici e relativi accessori per l'UOC di Cardiologia Interventistica ed UTIC dell'A.O. "G. RUMMO" di BENEVENTO

Lotto n.4 Allegato C/1: Parametri a punteggio

5	Monitoraggio della Temperatura del paziente con tutti gli accessori necessari				Si= 7 No= 0	7
6	Monitoraggio pressione invasiva con tutti gli accessori necessari				Si= 7 No= 0	7
7	Monitoraggio della capnometria con tutti gli accessori necessari				Si= 7 No= 0	7
8	Supporto mobile a rotelle o similare				Si= 7 No= 0	7
9	Dotazione di borsa/e per il trasporto paziente				Si= 7 No= 0	7
10	Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti		D	Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti		7
Totale sub-punteggio tecnico						70
Totale punteggio tecnico totale						70


Legenda:

(1) L'operatore economico concorrente (OEC) dovrà indicare il valore posseduto per i parametro relativi ai criteri quantitativi richiesti ovvero il possesso o meno della caratteristica (si/no) per i parametro relativi ai criteri tabellari ovvero breve descrizione della caratteristica per i parametro relativi ai criteri discrezionale. In ogni caso dovrà indicare il riferimento alla pagine e relativo riferimento (scheda tecnica/manuale/relazione tecnica) ove si evince il possesso di tale informazione.

Pi valore numerico della durata espresso in minuti (verrà presa a riferimento esclusivamente i minuti, eventuali valori contenenti anche i secondi non verranno considerati; Pmax valore numerico massimo della durata espresso in minuti delle offerte presentate in gara)

Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760628



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

Procedura aperta per la fornitura di n° 2 Monitor Defibrillatori manuali/semiautomatici e relativi accessori per l'UOC di Cardiologia Interventistica ed UTIC dell'A.O. "G. RUMMO" di BENEVENTO

Lotto n.4 Allegato C/1: Parametri a punteggio

L'operatore economico concorrente (Timbro e Firma del rappresentante)

UOC Cardiologia ed UTIC: il Dirigente medico Dott. Dario Formigli