

Allegato B/1: Requisiti minimi

Lotto n. 1: Stampigliatrice per cassette istologiche e relativo materiale di consumo

Descrizione Lotto:

La Stampigliatrice di cassette istologiche è un'apparecchiatura essenziale nel programma di automazione del laboratorio. E' utilizzata nella sala macroscopica per preparare le bio-cassette che contengono i campioni biotipici prelevati apponendo un protocollo identificativo del paziente. Il sistema richiesto si prefigge l'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'identificazione del campione istologico ed evitare eventuali errori di trascrizione e di cancellazione dei dati identificativi.

Quantitativi e caratteristiche minime

Strumentazione

N.1 STAMPIGLIATRICE PER CASSETTE ISTOLOGICHE avente le seguenti caratteristiche minime:

Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto
Stampante con scrittura indelebile ad elevata risoluzione per comuni cassette istologiche presenti sul mercato (elencare le marche compatibili)		
Sistema di fissazione rapida dell'inchiostro		
Possibilità di stampa singola ed in serie		
Velocità di stampa in serie di almeno 15 cassette al minuto (indicare il numero di cassette)		
Possibilità di stampa di codici a barre uni e bidimensionali, loghi e caratteri alfanumerici		
Capacità di carico in continuo almeno di 480 cassette di diversi colori con coperchio (indicare il numero di cassette)		
Possibilità di scelta di stampa da diversi caricatore inseriti sulla macchina (indicare il numero di caricatore)		
Software flessibile con spie di stato dell'inchiostro e del caricamento delle cassette oltre che di eventuali errori		

Allegato B/1: Requisiti minimi

Lotto n. 1: Stampigliatrice per cassette istologiche e relativo materiale di consumo

del sistema (descrivere)		
Possibilità di inserire una stazione di raccolta delle cassette stampate con segnale acustico per il “full”		
Possibilità di Connessione al Software applicativo di gestione del Servizio di Anatomia Patologica (WINDOPATH–Noemalife) ed in caso di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere alla connessione, senza costi aggiuntivi oltre quelli offerti in gara.		

Consumabili:

I materiali di consumo devono rispondere a requisiti e caratteristiche chimiche di qualità in rapporto all’utilizzo dell’apparecchiatura specifica per non pregiudicare il funzionamento della macchina e la qualità dei campioni istologici.

Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto	Quantità annuo	Taglio
Cassettine per inclusione di vari colori, con parte anteriore zigrinata idonea per la scrittura (Si/no) con peso non inferiore a 3,5 g (indicare il peso)			Nr. 80.000	Predisposte in caricatori per stampante
Balsamo per montaggio vetrini			Nr. 22	Confezione da 500 ml
Vetrini porta oggetto tipo “Menzel” con bordo molato, con banda sabbiata, mm 26 x 76 (ISO 8037), di alta qualità, spessore minimo mm 1 /descrivere)			Nr. 130.000	
Vetrini copri oggetto, mm circa 24x50, di alta qualità (descrivere)			Nr. 150.000	



“FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO DI BENEVENTO”

Allegato B/1: Requisiti minimi

Lotto n. 1: Stampigliatrice per cassette istologiche e relativo materiale di consumo

--	--	--	--	--

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per accettazione

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo