



**“ FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA
ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO
DI BENEVENTO”**

Allegato B/6 (Requisiti minimi)

**Lotto n. 6 : Microtomo rotativo con piastra fredda e bagnomaria
stendifette con relativo materiale di consumo**

Descrizione lotto:

Il microtomo ed i suoi accessori sono apparecchiature indispensabili nel laboratorio di Anatomia Patologica per il taglio da inclusioni in paraffina di sezioni molto sottili, di 5 Micron, da portare poi su vetrino apposito che successivamente viene colorato. Attualmente Il laboratorio della U.O. di Anatomia Patologica è provvisto di soli due microtomi rotativi di vecchia generazione, che risultano insufficienti per smaltire adeguatamente i carichi di lavoro giornalieri (di circa 200 inclusioni in media) cioè le inclusioni in paraffina di biopsie per esami istologici.

N.1 MICROTOMO ROTATIVO avente le seguenti caratteristiche minime

Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto
Display integrato per controllo funzioni		
Avanzamento del campione automatico		
Modalità di sezionamento selezionabili dall'utente: Taglio / Sgrossatura		
Sezionamento da spessore 0.5 a 100 µm		
Spessore di sgrossamento da spessore 1 a 600 µm		
Funzione di retroazione disinseribile		
Corsa verticale di almeno 50 mm		
Sistema di orientamento del campione		
Vaschetta di raccolta scarti sotto al portapezzo		
Lama posizionabile con orientamento della lama in più posizioni		
Sistema di ricambio o espulsione della lama		



**“ FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA
ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO
DI BENEVENTO”**

**Lotto n. 6 : Microtomo rotativo con piastra fredda e bagnomaria
stendifette con relativo materiale di consumo**

Per tale apparecchiatura si richiede il seguente materiale di consumo:

Dispositivi medici

N. 8000 LAME monouso per campioni di routine avente i seguenti requisiti minimi		
Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possessione del requisito richiest
Marchio CE		
In lega di acciaio Breton		
Con angolo di taglio a 35°		
Rivestimento del filo di taglio con Diaflon		
il confezionamento deve contenere un massimo 100 pezzi		

**N.B. E' richiesto una campionatura di 10 pezzi di lame da inserire nell'offerta tecnica per
eseguire una prova/visione del dispositivo medico offerto.**

N.1 PIASTRA FREDDA (ossia raffreddante) per campioni istologici inclusi in paraffina da tagliare al microtomo avente le seguenti caratteristiche minime

Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto
Ospitare almeno n. 70 inclusioni in paraffina		
Capacità di raffreddamento adeguato per consentire la regolazione della temperatura di lavoro fino ad almeno – 20 °C		
Display digitale integrato per lettura e regolazione temperatura		
Sistema di raffreddamento privo di CFC		



**“ FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA
ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO
DI BENEVENTO”**

Allegato B/6

**Lotto n. 6 : Microtomo rotativo con piastra fredda e bagnomaria
stendifette con relativo materiale di consumo**

N.1 BAGNO STENDIFETTE per raccolta su vetrino delle sezioni istologiche ottenute da microtomo avente le seguenti caratteristiche minime:

Requisito da possedere ed offrire in gara	Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no	Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto
Vaschetta rimovibile in pirex con capacità minima di 1 L di acqua		
Illuminazione della vasca		
Termometro del bagno minimo fino a 70° C		
Regolazione della temperatura		
Termostato elettronico con display digitale		
Piano di appoggio superiore riscaldato per vetrini con sezione istologica		
Superficie riscaldata del piano con superficie utile minimo per 20 vetrini		

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per accettazione _____

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca