

1 “FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO DI BENEVENTO”

Allegato C/3: Punteggio tecnico

Lotto n. 3 : Processore/inclusore e relativo materiale di consumo

Criteri	Descrizione parametro	Descrivere con indicazione di dove reperire l'informazione a cura del concorrente	Criterio Tabellare (T) Discrezionale (D)	Punteggio massimo (P_{pmax, n}) ovvero V_{k,m}
	Processore automatico per campioni istologici			
1	Software di gestione reagenti e sistema di purificazione delle paraffine;		D	5
2	Sistema per il carico/scarico dei reagenti per evitare l'esposizione dell'Operatore		D	5
3	Modalità di espulsione dei fumi all'esterno		D	5
4	Possibilità di programmazione rapida e numero di processi programmabili oltre 10;		D	5
	Processore di riserva			
5	Strumentazione nuova di fabbrica e prima installazione sul mercato		T	Si=punti 5 No= punti 0
	Centralina di inclusione della paraffina			
6	Qualità della termostazione e capacità della piastra fredda, Moduli di dispensazione, moduli termoelettrici refrigeranti		D	5
7	Qualità degli accessori (N° porta pinzette riscaldanti, illuminazione adeguata, sistema di drenaggio ecc...)		D	5
8	Sistemi e comandi di dispensazione paraffina, regolazione del flusso e drenaggio paraffina. Sistemi di regolazione e controllo delle impostazioni di lavoro di semplice e pratico utilizzo		D	5
	Consumabile			
9	Numero di taniche reagenti oltre le 10: Taniche precaricate già pronte all'uso con una capacità di almeno 2,5 lt		T	n.10 taniche punti 0; Punti 2 per ogni tanica oltre 10 fino ad un

1 “FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO DI BENEVENTO”

Allegato C/3: Punteggio tecnico

Lotto n. 3 : Processatore/inclusore e relativo materiale di consumo

				massimo di 10 punti
10	Ulteriori Qualità dei consumabili offerti, non ricompresa nel punto precedente		D	15
11	Caratteristiche di pregio ed innovative non ricomprese nei punti precedenti		D	5
Totale massimo punteggio tecnico				70

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per accettazione

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo