

Allegato C/1: Parametri a punteggio

Lotto n. 1: Stampigliatrice per cassette istologiche e relativo materiale di consumo

Criterio	Descrizione Parametro/criterio richiesto	Descrivere con indicazione di dove reperire l'informazione a cura del concorrente	Criterio Discrezionale (D)	Punteggio massimo (Ppmax,n) ovvero V_{k,m}
	Stampigliatrice per cassette istologiche			
1	Fissazione rapida ed indelebile dell'inchiostro, scrittura indelebile ad elevata risoluzione con scrittura di codici, loghi, caratteri alfanumerici		D	10
2	Capacità operativa e di carico superiore a 480 cassette di colori diversi con coperchio		D	10
3	Caratteristiche del Software di gestione		D	20
4	Caratteristiche innovative e/o di pregio non ricomprese nei parametri precedenti		D	10
	Consumabile			
5	Qualità dei consumabili con particolare riguardo alle cassetine e vetrini		D	20
Totale punteggio tecnico				70

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per accettazione _____

Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo