

**“FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO DI BENEVENTO”**

**Allegato C/2: Parametri a Punteggi**

**Lotto n. 2: Immunocoloratore automatico e relativi reagenti e consumabile**

<b>N. Criteri</b>	<b>Descrizione parametro</b>	<b>Descrivere con indicazione di dove reperire l'informazione a cura del concorrente</b>	<b>Criterio T= Tabellare D= Discrezionale</b>	<b>Punteggio massimo (Ppmax,n) ovvero V<sub>k,m</sub></b>
	<b>1. Immunocoloratore automatico</b>			
1	Capacità operativa e gestione indipendente dei protocolli . Sistema con capacità di dispensare un volume di reagente dal contenitore originale sufficiente per coprire l'intera sezione (minimo 25 microlitri) direttamente sul vetrino		D	10
2	Programmazione per singolo vetrino, completa automazione e sistema di controllo della temperatura e dei reattivi per singolo vetrino per tutta la durata della fase lavorativa		D	10
3	Scarico di eventuali sostanze tossiche (in particolare della DAB) all'interno della stessa tanica con formazione di tappo chimico antievaporazione		T	Si=10 No= 0
4	Approvazione FDA o altra/e certificazione/i di qualità dello strumento offerto e dei prodotti per la farmacodiagnostica in esso utilizzabili		D	5
5	Possibilità di preparare la DAB direttamente sul vetrino in esame e sotto camera chiusa		D	5
6	Possibilità di effettuare in automatico, oltre alle metodiche di		D	5

**“FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA A.O. G. RUMMO DI BENEVENTO”**

**Allegato C/2: Parametri a Punteggi**

**Lotto n. 2: Immunocoloratore automatico e relativi reagenti e consumabile**

	immunoistochimica, procedure supplementari come ISH per proteina HER2 , ALK ed eventuali altre metodiche			
7	Possibilità di accesso continuo senza alcuna limitazione per quanto riguarda i sistemi di rilevazione, procedure e/o metodiche		D	5
	<b>2. reagenti e/o dispositivi medici e/o consumabili:</b>			
8	Qualità reagenti e/o dispositivi medici del materiale di consumo		D	15
9	Caratteristiche di pregio ed innovative non ricomprese nei punti precedenti		D	5
Totale massimo punteggio tecnico				<b>70</b>

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) per accettazione

**Il Consulente Tecnico dell' U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano**

**Il Responsabile Anatomia ed istologia Patologica: Dr. Giovanni Melillo**

**Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca**