

CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA

Art 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per endoscopia, dettagliatamente descritti per lotti nella "SCHEDA ALLEGATO A", parte integrante del presente capitolato. I prodotti elencati rappresentano l'occorrente per soddisfare le esigenze triennali. Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti per l'Ente Appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull'effettivo utilizzo dei singoli prodotti.

Art 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà **durata 3 (tre) anni** con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione della fornitura. Le Dite Aggiudicatrici dovranno impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l'esecuzione della nuova procedura di gara.

Art 3 - REQUISITI DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti, le quantità e le caratteristiche del materiale occorrente, **riferiti a tre anni di fornitura**, sono quelle indicate nella SCHEDA ALLEGATO A. La ditta può presentare offerta per uno o più lotti. I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di un anno, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo.

Art 4 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

1. Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non tramite etichette autoadesive anonime.
2. Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno essere apposte sia sui confezionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull'imballaggio secondario.
3. I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che riportano a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, e comunque secondo la normativa vigente.
4. Tutti i prodotti, anche in funzione della loro eventuale scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.



CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA

Art 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per endoscopia, dettagliatamente descritti per lotti nella "SCHEDE ALLEGATO A", parte integrante del presente capitolato. I prodotti elencati rappresentano l'occorrente per soddisfare le esigenze annuali. Le quantità riportate sono indicative e non vincolanti per l'Ente Appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull'effettivo utilizzo dei singoli prodotti.

Art 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà durata **3 (tre) anni** con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione della fornitura. Le Ditte Aggiudicatrici dovranno impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l'esecuzione della nuova procedura di gara.

Art 3 - REQUISITI DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti, le quantità e le caratteristiche del materiale occorrente, **referiti ad un anno di fornitura**, sono quelle indicate nella SCHEDE ALLEGATO A. La ditta può presentare offerta per uno o più lotti. I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di un anno, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo.

Art 4 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

1. Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non tramite etichette autoadesive anonime.
2. Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno essere apposte sia sui confezionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull'imballaggio secondario.
3. I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che riportano a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, e comunque secondo la normativa vigente.
4. Tutti i prodotti, anche in funzione della loro eventuale scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.

Le Etichette devono riportare:

1. Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o se non residente nella Comunità, con indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità).
2. Indicazioni per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo.
3. La dicitura "Sterile" per i prodotti sterili.
4. Il numero di lotto o il numero di serie.
5. La data di fabbricazione e la data di scadenza.
6. La dicitura "Monouso" o similare per i prodotti non riutilizzabili.
7. Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione.
8. Eventuali istruzioni di uso.
9. Avvertenze e/o precauzioni.
10. La destinazione d'uso e il marchio "CE".
11. Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Le Istruzioni per l'uso (Foglietti illustrativi) devono riportare:

1. Indicazioni già previste nelle etichette.
2. Prestazioni assegnate dal fabbricante ed eventuali effetti collaterali.
3. Le istruzioni in caso di danneggiamento dell'involucro.
4. Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Art 5 - LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dovrà essere effettuata presso il Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G:RUMMO", secondo le modalità di seguito riportate:

A) Buono d'ordinazione e Documento di trasporto Le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste con buono d'ordine nei tempi previsti contrattualmente indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento:

1. numero e data del buono d'ordine;
2. elenco descrittivo del materiale consegnato;
3. lotto di produzione, data di produzione e data di scadenza;
4. indicazione del regime di temperatura di trasporto per gestione della catena del freddo.

B) Consegna La ditta fornitrice è obbligata a rispettare le seguenti modalità di consegna:

1. consegne monolotto per ciascuna fornitura;
2. confezionamento alla consegna assolutamente integro e correttamente imballato;
3. ciascun collo deve riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e il relativo confezionamento;

C) Caratteristiche dei colli Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio esterno. La data di scadenza e il numero del lotto devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Se la consegna verrà effettuata con modalità diverse da quelle sopraindicate, il Servizio di Farmacia si riserva la piena facoltà di NON ACCETTARE la merce, respingendola al mittente e riservandosi la facoltà di applicare le penali





Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

AZIENDA OSPEDALIERA "G.Rummo"
Via dell'Angelo,1 – 82100 Benevento CF e IVA 010097606
Direzione Generale
Sito web : www.ao-rummo.it
U.O.C. FARMACIA

previste contrattualmente. Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della ditta. La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. La consegna del materiale, nei quantitativi richiesti di volta in volta negli ordini, dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni naturali consecutivi data ordine, nel luogo ivi indicato, salvo termini più ravvicinati nei casi d'urgenza. In tali casi la ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sugli ordinativi.

Art 6 - VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 3/4 di validità complessiva del prodotto. La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare ed accreditare prodotti non utilizzati dall'Azienda Ospedaliera "G.RUMMO", prossimi alla scadenza, e provvedere alla sostituzione.

Art 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato successivamente all'accettazione dei colli; **la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.** La quantità e la qualità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata, successivamente, in farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione.

Art 8 - VARIAZIONI PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la Ditta aggiudicataria, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica e parere tecnico favorevole degli utilizzatori, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione dovrà essere formalizzata ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliera.

Art 9 - VINCOLI CONTRATTUALI, RITIRO E SOSTITUZIONE

La ditta concorrente s'impegna fin da ora a soddisfare il seguente requisito: ciascun prodotto inviato deve possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione e, in ogni caso, sulla bolla di consegna dovrà essere indicato il numero di lotto/lotti e la data di scadenza. Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà resa con bolla di reso. I prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante FAX/PEC/e-mail, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o

Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'Angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760620



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

AZIENDA OSPEDALIERA "G.Rummo"
Via dell'Angelo,1 – 82100 Benevento CF e IVA 010097606
Direzione Generale
Sito web : www.ao-rummo.it
U.O.C. FARMACIA

allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo. In tal caso la ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi, non compatibili, non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro lavorativi di calendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni lavorativi; i termini decorrono dalla data del ricevimento del FAX/PEC/e-mail di contestazione.

Art 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I Prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura, e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura. Inoltre tutti i prodotti dovranno essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati nella F.U. vigente, e relativi supplementi ed aggiornamenti, nonché essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici attuata con il d. lgs. 24.02.1997, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dispositivi sterili monouso il prodotto offerto dovrà rispondere a tutti i saggi previsti dalla normativa vigente che dovranno essere riportati nella scheda tecnica. La documentazione tecnica dovrà riportare tassativamente il numero di Repertorio e l'indicazione del relativo CND. I requisiti minimi sono quelli riportati nella SCHEDA ALLEGATO A, in mancanza dei quali non si procederà alla successiva valutazione per l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Art 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine della valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio di "Qualità", le ditte concorrenti, dovranno far pervenire **entro il termine tassativo previsto per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara**, quanto di seguito richiesto:

A) **schede tecniche** di tutta la gamma dei prodotti proposti, **riportanti tassativamente il lotto di riferimento nell'ALLEGATO A.**

B) **Elenco riportante i dispositivi offerti, con specifico riferimento ai numeri di lotto riportati nell'ALLEGATO A, con indicazione dei dispositivi offerti, azienda produttrice, CND, numero di repertorio, codice prodotto**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda.

C) **documentazione tecnico-scientifica che deve riportare tassativamente il lotto di riferimento nella SCHEDA ALLEGATO A.**

La mancata presentazione di quanto su richiesto esclude automaticamente la ditta dalla partecipazione alla gara. Sul pacco contenente la documentazione tecnica dovrà essere riportata l'indicazione "Contiene documentazione tecnica per gara "Documentazione tecnica dispositivi medici per Endoscopia".

Art 12 – CAMPIONATURA

Le ditte concorrenti, pena esclusione, dovranno inviare, a titolo gratuito **almeno n. 1 campione per ciascun lotto di partecipazione**, rispettando le seguenti prescrizioni:

Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'Angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760620



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

AZIENDA OSPEDALIERA "G.Rummo"
Via dell'Angelo,1 – 82100 Benevento CF e IVA 010097606
Direzione Generale
Sito web : www.ao-rummo.it
U.O.C. FARMACIA

1. i campioni dovranno essere consegnati in confezione ed etichetta originale;
2. i campioni dovranno essere appositamente etichettati e devono riportare obbligatoriamente il riferimento al lotto di gara;

La campionatura si intende fornita da parte delle ditte concorrenti senza alcun onere per questa Azienda e resterà di proprietà dell'A.O. Il mancato rispetto delle consegne rispetto alla campionatura depositata costituirà, se non autorizzata, motivo di interruzione immediata del contratto. L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di richiedere una integrazione della campionatura nel caso in cui la Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione di qualità, ritenga insufficiente quella inviata e/o richiesta. Sul pacco contenente i campioni, dovrà essere riportata l'indicazione "contiene campioni per gara Dispositivi medici per Endoscopia".

Art 13 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà per ogni singolo lotto ed in presenza anche di una sola offerta, tra prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche descritte nell'ALLEGATO A, a favore della ditta che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai parametri soggetti a valutazione, riportati per singolo lotto nella SCHEDA ALLEGATO A.

Art 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto a favore della Ditta che avrà proposto l'offerta complessivamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri: **QUALITA' max punti 70/100**. Tale valutazione sarà effettuata sulla base dei parametri di valutazione specificati nella SCHEDA ALLEGATO A. Una Commissione giudicatrice, costituita ad hoc, attribuirà i punteggi qualitativi, a proprio giudizio, sulla base dei criteri di valutazione riportati - per singolo lotto - nella SCHEDA ALLEGATO A, previa verifica di conformità ai requisiti minimi. **Verranno ritenute idonee, e saranno pertanto ammesse alla fase di valutazione solo le offerte che risulteranno in possesso dei requisiti minimi richiesti.** La valutazione di conformità ai requisiti minimi e l'assegnazione del punteggio da assegnare in base ai **criteri di valutazione** verranno effettuate sulla base della documentazione e della campionatura. La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà, nella fase preliminare di valutazione, di richiedere informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto offerto.

Il punteggio di qualità assegnato verrà riparametrato assegnando punti 70 al punteggio più elevato e punteggi proporzionali alle altre offerte, secondo la seguente formula: **A : 70 = B : X** dove:

A = punteggio qualità più alto ottenuto

B = punteggio qualità ottenuto dall'offerta da considerare

X = punteggio da attribuire.

Art 15 - MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora dovessero pervenire all'AO indicazioni da parte della Centrale Regionale degli acquisti **Soresa**, in forza delle quali l'acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l'Azienda, nel caso


Azienda Ospedaliera G. Rummo
Via dell'Angelo 1 - 82100 Benevento

www.ao-rummo.it
C.F. 01009760620


in cui la procedura di gara non si sia ancora conclusa, si riserva la facoltà di **annullare la presente gara oppure**, nel caso in cui la procedura di gara si sia conclusa, a **interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza** a decorre dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.

Inoltre qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

Dr.ssa Francesca Russo



Dr.ssa Emilia M. Bizzarro



SCHEDA ALLEGATO A DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA

LOTTO 1-EMOSTASI	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
1.a	Aghi per iniezione 23-25G. Monouso. Lunghezza ago 4-6mm.	800
1.b	Clip endoscopica premontata monouso ruotabile dal primo operatore, diametro apertura 11mm, possibilità di aprire la clip più volte prima del rilascio, certificata per prevenzione del sanguinamento post polipectomia	300
1.c	Legatori a banda multipla a 7 lacci per varici, latex-free.	60
1.d	Catetere per elettroemostasi termica bipolare da 7 e da 10 Fr con ago e senza ago	50

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Forza di ritenzione	Max Punti 15
Efficacia dell'emostasi	Max Punti 15
Maneggevolezza	Max Punti 10
Praticità d'uso	Max Punti 10
Capacità di tenuta del laccio	Max Punti 10
Capacità di rilascio del laccio	Max Punti 10

LOTTO 2 ERCP: sistema a scambio rapido	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
2.a	Sfinterotomo monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm circa) o lungo (450 cm circa) con punta idrofila da 5 cm, zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido. Lo sfinterotomo deve avere un meccanismo di sicurezza per impedire le iniezioni sottomucose	25
2.b	Ago da precut monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Estensione ago da 4 mm a 6 mm circa	10
2.c	Catetere da estrazione calcoli monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Punto di reperi radiopaco sull'estremità prossimale del palloncino. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 2 diversi	25

	diametri memorizzati. Diametri del palloncino da 9mm circa a 18 mm circa. Il pallone deve mantenere la spalla quadrata a ogni diametro.	
2.d	Cestello per estrazione calcoli. Monouso. Filoguidato. Compatibile con sistema a scambio rapido. 4 fili in lega metallica. Possibilità di rottura in emergenza della punta. Punta biocompatibile. Possibilità di litotrixxia di emergenza	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza e facilità di iniezione; efficacia nello scambio	Max Punti 20
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida	Max Punti 20
Capacità di mantenere la forma originaria, apertura simmetrica dei fili del cestello	Max Punti 15
Maneggevolezza e agilità dell'incannulamento, capacità di taglio	Max Punti 15

LOTTO 3 ERCP: protesi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
3.a	Stent biliare precaricato, riposizionabile. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido. Stent da 7 Fr con diametro interno di 1.7 mm; stent da 8.5 Fr con diametro interno di 2.1 mm; stent da 10 Fr con diametro interno di 2.3 mm. Monouso. Latex Free. Piegatura centrale in polietilene 7-8.5-10Fr, da 5 a 18cm. Piegatura duodenale in polietilene 7-8.5-10 Fr, da 5 a 18 cm. Stent pancreatico da 4 Fr compatibile con guida da 0.035	15
3.b	Protesi biliare in platino totalmente coperta, parzialmente coperta e non coperta. Copertura in Permalume, con corpo da 8 mm o da 10 mm, lunghezze 4 – 6 – 8 cm. Sistema di rilascio monorail da 8,5 Fr, estremità svasate, quattro punti di repere fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza. Presenza di un doppio coppia di recupero integrato per rimovibilità in acuto e fino a 12 mesi dopo il posizionamento per patologie benigne. Compatibile con sistema a scambio rapido.	10
3.c	Filo guida in nitinol, ricoperto in PTFE, a doppia punta idrofila radiopaca, tipo zebrato, provvisto di marcatori radiopachi, punta dritta o curva, dispositivo di torsione, lunghezze 450 cm e 260 cm, calibro 0.035"	35

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Variabilità della gamma delle misure della protesi	Max Punti 20
Scorrevolezza;	Max Punti 20
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio e certificazione d'uso;	Max Punti 15
Scorrevolezza e maneggevolezza del filo guida	Max Punti 15

LOTTO 4 ERCP: papillotomi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
4.a	Papillotomo monouso a tre lumi, compatibile con filo guida da 0,025" - 0,035", filo di taglio 20 - 30 mm con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, lunghezza naso 3 - 7 mm. Punta dotata di marker radiopaco distale, rastremata e precurvata, compatibile canale 2.8 mm, lunghezza operativa 1700 mm. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.	55
4.b	Papillotomo monouso per precut, 3 lumi, ago retrattile 5 mm. Compatibile canale 2.8 mm e lunghezza operativa 1700 mm. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.	10
4.c	Sistema "2 in 1" per la sfinteroplastica biliare, costituito da un unico device che incorpora: un papillotomo monorail adatto anche all'operativa a guida corta, con filo di taglio dotato di rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, naso da 7mm rastremato a 4,4Fr, filo di taglio da 20-25-30mm; un palloncino in poliuretano per dilatazione dello Sfintere di Oddi (sfinteroplastica biliare) a 3 diametri crescenti (12-15-18 mm), dotato di marker radiologico a ciascuna estremità e di marker endoscopico al centro del palloncino. Manipolo ergonomico. Compatibile con filo guida da 0,025" e da 0,035". Monouso, sterile.	10
4.d	Papillotomo per Billroth II. Pluriuso.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Capacità di taglio;	Max Punti 20

Scorrevolezza;	Max Punti 20
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max Punti 15
Efficacia della iniezione del contrasto	Max Punti 15

LOTTO 5 ERCP: estrazione calcoli	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
5.a	Catetere a palloncino monouso, per estrazione dei calcoli a 3 diametri precalibrati da 8,5-11,5-15mm e 15-18-20mm per dotti dilatati; n.2 bande di repere prossimali e n. 1 distale sotto al palloncino, 3 lumi separati, disponibilità uscita del liquido di contrasto sopra o sotto il palloncino. Filoguida compatibile: 0,035".	55
5.b	Cestello monouso recupero calcoli, a fiore, ampiezza 20-22mm, filoguidabile in punta (0,035"), manico integrato, lunghezza 190cm, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare	13
5.c	Cestello monouso recupero calcoli, basket a 4 o 8 fili, ampiezza 20-22mm, rotante, manico integrato, lungh.190cm circa, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare	7
5.d	Sistema di litotrissia intracanalare premontato, costituito da un cestello monouso sterile, premontato, ampiezza cestello 26 - 30 mm, con camicia interna in Teflon e camicia esterna in acciaio, preassemblato, rotante, filoguidabile (0,035"), con connessione luer-lock, radiopaco, lunghezza operativa 1950 mm circa, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale. N.B: deve essere fornito a titolo gratuito manico in acciaio pluriuso autoclavabile specifico.	5

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Resistenza del palloncino	Max Punti 20
Memoria del cestello	Max Punti 20
Efficacia della litotrissia	Max Punti 15
Semplicità del meccanismo di assemblaggio	Max Punti 15

LOTTO 6 ERCP: fili guida	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'

6.a	Filo guida monouso, sterile, isolato, punta diritta e angolata, lunghezza 450 cm e 270 cm, calibro 0.035" - 0,025". Anima in Nitino, rivestimento fluorinato, porzione distale tipo Terumo. Capacità di rotazione 1:1, dotato di markers endoscopici e radiologici	50
6.b	Filo guida monouso sterile, isolato, punta diritta e angolata, lunghezza 450 cm e 270 cm, calibro 0.035" - 0,025". Anima in Ni-Ti, rivestimento fluorinato, porzione distale Terumo. Capacità di rotazione 1:1, terminale radiopaco di 5 cm, ulteriore marker radiopaco a 7 cm e marker endoscopico elicoidale contiguo al rivestimento incrociato, rastremato per tecnica Alpha-loop	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Maneggevolezza	Max Punti 15
Visibilità al controllo radiologico	Max Punti 15
Scorrevolezza	Max Punti 20
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 20

LOTTO 7 ERCP: cannula	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
7.a	Cannula con punta rastremata, angolabile per l'incannulamento selettivo, con adattatore di tenuta, compatibile con filo guida da 0,035", canale compatibile 3.2 mm. Monouso	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Diversità delle fogge della parte distale	Max Punti 15
Funzionalità d'uso	Max Punti 15
Visibilità al controllo radiologico	Max Punti 20
Scorrevolezza	Max Punti 20

LOTTO 8 ERCP: Ercp: pinza per recupero protesi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
8.a	Pinza pluriuso autoclavabile, rotante, specifica per il recupero	2



	protesi plastiche, lunghezza operativa 1800 mm. Valve ad alligatore con dente di topo. Manico integrato. Connessione luer-lock per iniezione liquido detergente e lubrificante	
--	--	--

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Efficacia della presa	Max Punti 30
Funzionalità del meccanismo di apertura e chiusura	Max Punti 30
Qualità dei materiali	Max Punti 10

LOTTO 9 ERCP: cateterismo naso-biliare	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
9.a	Kit per cateterismo naso-biliare. Sterile. Monouso	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Ampiezza gamma diametri	Max Punti 25
Atraumaticità del tubo di trasferimento nasale	Max Punti 25
Facilità di lavaggio/iniezione	Max Punti 20

LOTTO 10 EUS: aghi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
10.a	Ago in lega di cromo cobalto, con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, affilatura acuminata della punta, connettore luer di ottone per collegamento all'ecoendoscopio, clip integrata nel mandrino per blocco in sicurezza, misure 25 – 22 – 19 G.	12
10.b	Ago in Nitinol, con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, affilatura acuminata della punta, connettore luer di ottone per collegamento all'ecoendoscopio, clip integrata nel mandrino per blocco in sicurezza, misura 19 G.	3
10.c	Ago da FNB in cromocobalto con 4 punte taglienti asimmetriche	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Flessibilità dell'ago	Max Punti 25
Ergonomia dell'impugnatura	Max Punti 20



LOTTO 11 EUS: sistemi di drenaggio	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
11.a	Sistema di drenaggio ecoendoscopico di pseudocisti pancreatiche con cistotomo integrato	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20
Ergonomia	Max Punti 25

LOTTO 12 PEG	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
12.a	Kit per PEG completo per gastrostomia percutanea endoscopica tecnica pull e push, per alimentazione enterale con attacco ENFITT, rimovibile dall'esterno composto da: <ol style="list-style-type: none"> 1. sonda per alimentazione in silicone o altro idoneo materiale biocompatibile a lunga permanenza, misura almeno 20Fr e 24 Fr, radiopaco, 2. dispositivo di bloccaggio interno, 3. connettore per l'alimentazione a Y, 4. ago introduttore, 5. filo guida, 6. dilatatore. 	60
12.b	Kit pallone di sostituzione per alimentazione enterale in puro silicone, con attacco ENFITT, profilo standard, tubo di connessione dritto o angolato. Misure 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 28 Fr.	60
12.c	Kit sonda di alimentazione digiunale (sonda J) attraverso la PEG (TTP) a 3 porte: decompressione, nutrizione e somministrazione farmaci. Configurazioni della punta a pigtail o piegata. 8.5 e 12 Fr. Lungh. 68 cm.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Variabilità della gamma diametri	Max Punti 15
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 20
Configurazioni della punta della sonda a J	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 10

LOTTO 13 ESD	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
13.a	Punte elettrificate monouso per dissezione sottomucosa, compatibile canale 2.8 mm, modelli: "a pallina", in ceramica, diametro pallina 2.2 mm, lunghezza operativa 1650 mm circa; "ad uncino", rotante, lunghezza operativa 1650-2300mm circa; "a pomello", per incisione e taglio, lunghezza operativa 1650- 2300 mm circa; "cilindrica" con piattina di taglio circolare, lunghezza operativa 1650- 2300 mm circa.	8
13.b	Punta elettrificata monouso "a pomello". Con funzione "a getto d'acqua", lunghezza operativa 1650 - 2300 mm circa. Markers endoscopici per la misurazione della profondità di inserimento della punta. Compatibile canale 2.8 mm.	4
13.c	Tubi monouso di raccordo tra punta da ESD e pompa di lavaggio, attacco luer-lock. Valvola antiritorno integrata. Presenza di tacche di reperi per rotore della pompa. Lunghezza 250-350 mm circa. Monouso, sterile.	10
13.d	Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio	12

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Capacità e sicurezza del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma del forme	Max Punti 20

LOTTO 14 Pinze per biopsia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
14.a	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate, con ago di puntamento, diametro compatibile con canale operativo da 2.0 mm; sterile, monouso. Compatibile con tutti gli endoscopi di uso pediatrico. Lunghezza minima 150cm.	10

14.b	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate con e senza ago di puntamento, compatibili con endoscopi frontali e laterali di tutte le aziende; sterile, monouso. Diametro da 2,2 mm; lunghezza da 160 a 280 mm.	700
14.c	Pinza da biopsia per canali operativi 2-2.8-3.2mm. Valve fenestrate ovali, con e senza ago. A morso netto. Pluriuso. Lunghezza non inferiore a 1500mm	5

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Marcatura markers visivi di riferimento	Max Punti 25
Guaina in acciaio	Max Punti 25
Funzionalità con gli strumenti endoscopici in uso (gastroscopio, duodenoscopio, colonscopio)	Max Punti 20

LOTTO 15 Anse per mucosectomia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
15.a	Ansa monouso per polipectomia, tipo crescent asimmetrica, filo intrecciato. Apertura ansa circa 25 mm, lunghezza operativa circa 1650 mm (per gastroscopio) e 2300 mm (colonscopio), compatibile canale 2.8 mm. Manico integrato	30
15.b	Ansa monouso per polipectomia di lesioni piatte, tipo ovale, effetto "grasping". Apertura ansa 20 mm, lunghezza operativa 2300 mm circa, compatibile canale 2.8 mm. Manico integrato.	30

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Funzionalità d'uso (risposta apertura e chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 25
Efficacia del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20

LOTTO 16 Anse da Polipectomia standard	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
16.a	Ansa da polipectomia ovale. Filo intrecciato. Monouso. Diametro da 10 a 30mm. Lunghezza 230cm	50

16.b	Ansa da polipectomia ovale. Monofilamento. Monouso. Diametro da 10 a 30mm. Lunghezza 230cm.	30
16.c	Ansa per polipectomia a freddo. Specifica per polipi diminutivi. Lunghezza 230cm. Apertura 9mm. Monouso.	50
16.d	Mini ansa a monofilamento di forma romboidale a sezione diversa, piatta e a lama, e anello di giuntura per la torsione. Monouso. Apertura 14mm. Lunghezza 230cm.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Vvariabilità delle forme	Max Punti 15
Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 15
Gamma delle misure	Max Punti 20
Efficacia del taglio	Max Punti 20

LOTTO 17 Sistemi di emostasi per polipectomia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
17.a	Applicatore clip per emostasi in fase pre e post-polipectomia pluriuso, autoclavabile Lunghezza operativa 2300mm, rotante, facilità di montaggio della clip, per canali da 2,8mm	3
17.b	Clip per emostasi compatibili con applicatore pluriuso/monouso, di varie grandezze ed apertura	500
17.c	Sistema di legatura monouso per polipi in fase pre e post-polipectomia, precaricato, pronto all'uso con manico premontato, lunghezza 2300mm, apertura 30mm	5
17.d	Pinza elettrochirurgica monopolare monouso per emostasi, rotante, con valve zigriate internamente tipo ad alligatore, apertura valve 4 mm - 5mm, lunghezza operativa 1650 mm - 2300 mm	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Tenuta della clip	Max Punti 15
Facilità del meccanismo di rilascio	Max Punti 15
Possibilità di rotazione della clip	Max Punti 20
Efficacia della emostasi	Max Punti 15
Maneggevolezza	Max Punti 5



LOTTO 18 Caps per polipectomia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
18.a	Cappuccio distale trasparente obliquo, tipo morbido, monouso. Ampiezza cappuccio >15 mm	50
18.b	Cappuccio distale trasparente, rigido, obliquo e diritto. Compatibili con strumenti in dotazione	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Stabilità della connessione allo strumento endoscopico	Max Punti 30
Qualità della visione endoscopica	Max Punti 20
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 19 Retino per recupero polipi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
19.a	Retino di Roth tipo ottagonale per recupero polipi. Monouso. Lunghezza 230mm.	100

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Gamma dei diametri del retino	Max Punti 25
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 20 Cannula per colorazione vitale	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
20.a	Cannula spray per colorazione vitale. Monouso	120

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Maneggevolezza	Max Punti 25
Capacità d'inserimento	Max Punti 25
Efficacia dello spray	Max Punti 20



LOTTO 21 Kit per tatuaggio endoscopico	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
21.a	Kit per tatuaggio endoscopico costituito da siringa precaricata di pigmento di carbone sterile ed ago per iniezione. Lunghezza 230mm. Monouso	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Fuoriuscita e penetrazione dell'ago con tutti gli strumenti	Max Punti 25
Scorrevolezza	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 22 Protesi metalliche autoespandibili esofagee enterali	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
22.a	Protesi esofagee metalliche. Parzialmente e completamente ricoperte. Autoespandibili. OTW e TTS. Varie misure di lunghezza e calibro. Dotate di lacci di riposizionamento e rimozione. Rimovibili. Disponibili nelle tipologie con valvola antireflusso ad S, standard, asimmetriche e per stenosi benigne.	6
22.b	Protesi esofagee metalliche per complicanza chirurgica. Ricoperte. Doppia copertura PTFE e silicone. Autoconformanti. Varie misure di lunghezza e calibro.	3
22.c	Protesi piloriche-duodenali. Non ricoperte e parzialmente ricoperte. Dotate di lacci di riposizionamento e rimozione. In nitinol. A rilascio controllato. Varie misure di lunghezza e calibro.	3
22.d	Protesi coliche in nitinol. Non ricoperte e parzialmente ricoperte. Rimovibili. Autoconformanti. Varia lunghezza e diametro.	7

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 15
Maneggevolezza nel posizionamento	Max Punti 15
Conformabilità nella sede anatomica	Max Punti 20
Visibilità dei marcatori endoscopici e radiologici	Max Punti 20

LOTTO 23 Rimozione corpi estranei	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
23.a	Pinza per corpi estranei ad alligatore. Pluriuso	2
23.b	Pinza per corpi estranei a denti di topo ed alligatore. Pluriuso.	2
23.c	Retino tipo ottagonale per recupero corpi estranei. Varie misure. Monouso.	20
23.d	Overtube con camicia di sicurezza e valvola antisfiato per accesso endoscopico per molteplici introduzioni di strumento. Monouso. Lunghezza 25 e 50cm.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Funzionalità del sistema di apertura/chiusura della pinza	Max Punti 20
Efficacia della presa	Max Punti 20
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 20
Scorrevolezza	Max Punti 10

LOTTO 24 Campana in lattice per estrazione corpi estranei	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
24.a	Campana in lattice per estrazione corpi estranei. Monouso	15

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza	Max Punti 25
Facilità e robustezza del sistema di ancoraggio della campana all'endoscopio	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 25 Polvere o gel per emostasi	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
25.a	Dispositivo endoscopico emostatico in polvere o in gel per utilizzo in urgenza.	5



Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Facilità d'uso	Max Punti 25
Efficacia del meccanismo dell'emostasi	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 26 Riparazione di tessuto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
26.a	Sistema premontato per posizionamento di Endoclip in nitinol (tipo Over-the-scope-clip, OTSC), a memoria di forma. Monouso.	2
26.b	Pinza a due morsi per la centratura e l'allineamento dei lembi di tessuto, varie lunghezze.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Facilità d'uso	Max Punti 25
Efficacia della presa	Max Punti 25
Robustezza della clip	Max Punti 20

LOTTO 27 Dilatazione pneumatica- acalasia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
27.a	Palloncino esofageo, pilorico, colico e biliare (indicazione DASE). Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 3 diversi diametri memorizzati a cui corrispondono 3 pressioni predeterminate. Diametri esterni dai 6 ai 20 mm. Lunghezza pallone di 5.5 cm. Monouso. Latex free. N.B: deve essere fornito in uso gratuito sistema di gonfiaggio munito di manometro.	10
27.b	Pallone dilatatore per acalasia. Monouso, Compatibile con filo guida 0.038 inch. Lunghezza pallone minimo 8cm. Diametro pallone 30-35-40mm. N.B.: deve essere fornito in uso gratuito sistema di gonfiaggio munito di manometro	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza	Max Punti 15

Atraumaticità della punta	Max Punti 15
Efficacia del sistema di insufflazione	Max Punti 20
Lunghezza del pallone	Max Punti 10
Pressione massima raggiungibile per misura	Max Punti 10

LOTTO 28 Dilatazione meccanica	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
28.a	Dilatatori meccanici tipo "Savary-Gillard". Pluriuso. Diametri variabili da 5 a 20mm. Lunghezza 70cm	2
28.b	Filo guida in acciaio tipo Savary. Pluriuso	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 29 Sonde per argon plasma coagulation	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
29.a	Sonda per argon plasma coagulation. Monouso. Frontale e laterale. Vari lunghezza e calibro.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza	Max Punti 25
Direzione del flusso di gas	Max Punti 25
Robustezza	Max Punti 20

LOTTO 30 Boxer per colonscopia	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
30.a	Boxer per colonscopia. Monouso. Apertura posteriore. Misura unica.	1.800

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
---	-----------------------



Idrorepellente	Max Punti 15
Antibatterico	Max Punti 15
Qualità del tessuto	Max Punti 20
Facilità d'uso per il paziente	Max Punti 20

LOTTO 31 Sonda per emostasi esofagea	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
31.a	Sonda a pallone per emostasi esofagea tipo Sengstaken-Blakemore	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Scorrevolezza	Max Punti 25
Robustezza del pallone	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 25

LOTTO 32 Alimentazione enterale per neonati	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
32.a	Sistema completo di inserzione di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) metodo pull rimovibile dall'esterno, diametro 12-14Fr	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Variabilità della gamma	Max Punti 25
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO 33 Drenaggio ecoendo-guidato di raccolte pancreatiche	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
33.a	Cistotomo per drenaggio ecoendo-guidato di raccolte	2

	pancreatiche costituito da ago, filo guida, pallone dilatatore e stent pigtail	
--	--	--

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Maneggevolezza	Max Punti 25
Facilità di inserzione	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO 34 Sistema per colangioscopia digitale	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
34.a	Sistema per colangioscopia digitale a singolo operatore. N.B.: la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire il processore in comodato d'uso gratuito.	5
34.b	Pinza da biopsia monouso per colangioscopio	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Qualità dell'immagine endoscopica	Max Punti 25
Facilità di utilizzo	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO 35	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
35.a Sistema per rilascio capsula endoscopica in duodeno	Sistema per il rilascio della videocapsula endoscopica in duodeno.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Facilità di rilascio della capsula	Max Punti 25
Scorrevolezza	Max Punti 25
Funzionalità del sistema	Max Punti 20

LOTTO 36	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
36.a Cateteri per ph- metria con impedenziometria	Ph-metro bicanalare monouso: sondino in materiale plastico, monouso, compatibile con l'apparecchiatura Digitrapper Medtronic di proprietà dell'Ospedale	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Maneggevolezza	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO 37 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
37.a	Spazzolini per pulizia canale monouso combinato a doppia spazzola o spazzola/spazzolino apertura canale, per colonscopi in dotazione, guaina flessibile per evitare attorcigliamenti e punta arrotondata atraumatica	300

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Maneggevolezza	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Facilità di utilizzo	Max Punti 20

LOTTO 38 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
38.a	Boccagli monouso con ampia apertura e fori laterali per dilatatori esofagei fino a 60 fr e migliore possibilità di aspirazione, fascette precollegate per fissaggio facile, in materiale morbido per evitare traumi al paziente, confezionati singolarmente	6.000

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Atraumaticità	Max Punti 15
Facilità di inserimento	Max Punti 15
Superficie interna liscia	Max Punti 20
Stabilità del sistema di fissaggio	Max Punti 20

LOTTO 39 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
39.a	Valvole aria/acqua per strumenti in dotazione	20
39.b	Valvole aspirazione per strumenti in dotazione	20

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Semplicità di utilizzo	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO 40 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
40.a	Valvole per canale bioptico "semidisposable"	250

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Semplicità di utilizzo	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO 41 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'

41.a	Gel lubrificante per endoscopi, per orifici naturali del tratto gastro/intestinale superiore e inferiore, senza anestetici, senza medicinali, inodore, incolore, insapore, completamente idrosolubile, non a base di petrolio, priva di oli, grassi, paraffine, siliconi. Confezione almeno da 100g.	500
-------------	--	------------

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Ipoallergenicità	Max Punti 30
Trasparenza ottica	Max Punti 20
Compatibilità con la guaina dell'endoscopio	Max Punti 20

LOTTO 42 Varie	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
41.a	Capsula per endoscopia del piccolo intestino e del colon con angolo di campo nel tenue di almeno 150°, e di almeno 2 x 170° nel colon, con sistema di scatto automatizzato a seconda della motilità intestinale, sistema real time viewer, batterie non tossiche N.B.: la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire "in service gratuito" l'apparecchiatura per l'utilizzo.	20

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Qualità delle immagini	Max Punti 15
Profondità di campo	Max Punti 15
Angolo di visuale	Max Punti 20
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

Dr.ssa Francesca Russo



Dr.ssa Emilia M. Bizzarro

