



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

tel. 0824.57539 – fax 0824.57572

e-mail claudia.casazza@ao-rummo.it

pec: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

ALLEGATO A

KIT PER CHEMIOTERAPIA IPERTERMICA INTRAPERITONEALE

Il kit è da utilizzare con una apparecchiatura che è sostanzialmente una pompa per infusione intraperitoneale di liquidi, portati ad una temperatura di 44°.

L'apparecchiatura è dotata di sonde termiche che vengono posizionate nella cavità addominale del paziente per controllare che venga mantenuta costante la temperatura del liquido contenente il chemioterapico infuso in cavità peritoneale.

La pompa ha la possibilità di regolare il flusso con il quale si effettua la circolazione del liquido fino ad un massimo di 1200 ml/minuto.

La rapidità nella velocità di infusione ha il vantaggio di raggiungere e mantenere rapidamente e costantemente le concentrazioni di chemioterapico nell'addome in modo da massimizzare l'efficacia tumoricida, riducendo al minimo la dispersione di calore.

Inoltre il riscaldamento è ottenuto mediante scambio di calore con il vantaggio di minimizzare il rischio di brusche variazioni della temperatura e lo scambiatore di calore, a fibre cave, permette una diffusione di calore uniforme

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 313111