



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 24706 del 10/10/18

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda:

In merito al lotto 1 (coloratore automatico con montavetrini), si richiede al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto da parte delle aziende, di rimuovere la caratteristica di minima la "possibilità di inserire una stazione di raccolta delle cassette stampate con segnale acustico di full"

Risposta:

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

Domanda:

Lotto 5 . Coloratore automatico con montavetrini

Si richiede al fine di garantire a maggiore partecipazione al lotto da parte delle aziende, di rimuovere dalle caratteristiche minime le seguenti caratteristiche .

- Sistema che utilizzi reagenti pronti all'uso in taniche precaricate
- Software di gestione CQI
- Tramutare la richiesta di minima " Software di gestione con interfaccia utente grafica per il monitoraggio del processo, procedure e di colorazione e stato reagenti " in " software di gestione con interfaccia in lingua italiana, interattivo e con interfaccia utente grafica per il monitoraggio del processo, procedure e di colorazione"

Risposta:

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fase T319/2017 – Riscontro nota prot. 24191 del 04/10/2018.

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda:

Richiesta di campionatura : si chiede di confermare la possibilità di inviare solo parte di un Kit, rispondenti alle esigenze di visione e comprensive di quanto previsto nel Vostro Allegato B -"requisiti minimi", anzichè la confezione minima di vendita composta da 500 pezzi

Risposta:

E' possibile inviare un quantitativo minimo della campionatura sufficiente per esame e valutazione della stessa in funzione dell'apparecchiatura proposta

Domanda:

Si chiede la possibilità di presentare anche le Dichiarazioni di conformità in lingua originale, così come da voi confermato per le Certificazioni ISO nel chiarimento pubblicato sul vostro sito aziendale in data 26/09/2018

Risposta:

Si conferma che è possibile presentare *le Dichiarazioni di conformità in lingua originale.*

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 23288 del 25/09/2018

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda

Si chiede la possibilità, laddove fosse necessario accompagnare la documentazione prodotta con relativa traduzione, se quest'ultima può essere resa, non giurata, ma semplice, e quindi fedele all'originale, resa ed avvalorata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R- 445/00.

RISPOSTA : Si conferma che la documentazione prodotta con relativa traduzione può essere resa, non giurata, ma semplice, e quindi fedele all'originale, resa ed avvalorata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R- 445/00.

Domanda

Si chiede di specificare se anche le Certificazioni attestanti il possesso del Sistema di qualità delle serie ISO, presentate in copia conforme agli originali ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/00, devono essere correlate da traduzione?

RISPOSTA

No, non devono essere presentate le traduzioni.

Domanda

Lotto n° 5 Coloratore automatico con motavetrini - Allegato B/5, Requisiti minimi

Si chiede la possibilità di partecipare al Lotto n.5 offrendo un modello e tipo di coloratore chiuso totale garanzia di protezione per l'utilizzatore e ambiente di lavoro, che possiede un sistema di aspirazione integrato di fumi e vapori dei reagenti e che prevede l'espulsione degli stessi direttamente all'esterno del laboratorio, incanalandoli nel sistema di aerazione del laboratorio

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “*Gaetano Rummo*”
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*”
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prof. 24472 del 08/10/2018

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda:

Si chiede di confermare che gli unici marcatori di farmaco-diagnostica richiesti sono i seguenti : HER 2 (350 test) e ALK (50Test).

In caso contrario si chiede di precisare il tipo di marcatore ed il relativo quantitativo richiesto

Risposta :

Si conferma.

Domanda:

In riferimento all'art. 12 Disciplinare di Gara in cui viene richiesta tutta la documentazione in lingua italiana o eventualmente correlata da traduzione giurata in lingua italiana, chiediamo conferma della disponibilità di presentare le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e strumenti offerti, redatta da Casa madre in lingua inglese e correlata da dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti sono conformi alla normativa vigente in materia.

Risposta :

Si conferma che le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e strumenti offerti possono essere presentati in lingua originale.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 24707 del 10/10/2018.

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda:

In merito alla produttività minima, richiesta nel Lotto 4, si chiede di confermare se l'indicazione 20 è da intendersi un refuso di stampa in luogo di 2 campioni/vetrini per ora essendo la stessa valutata tra le caratteristiche preferenziali una produttività superiore

Risposta:

“20 campioni/vetrini” è un mero refuso di stampa poiché non è stato inserito la virgola tra il 2 e lo zero, pertanto si devono intendere “2,0” vetrini come produttività minima.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo



AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 24611 del 09/10/2018.

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Lotto n° 6 Microtomo rotativo

Domanda:

Per quanto riguarda il microtomo rotativo la funzione di taglio deve poter essere anche automatica oppure soltanto manuale ?

Risposta :

L'operatore economico potrà offrire sia il microtomo rotativo con funzione di taglio manuale oppure automatico.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 24613 del 09/10/18

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda:

Si chiede la conferma che si tratti di un Service quinquennale, in caso affermativo, si chiede di poter modificare il Vostro file allegato (mail DE27/09).

Risposta

Si conferma che la strumentazione deve essere offerta in comodato d'uso a titolo gratuito. Si conferma altresì che l'Appalto ha una durata di **5 (cinque) anni** con decorrenza la data di collaudo definitivo della strumentazione aggiudicata per singolo lotto.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

Al Dirigente Responsabile Area P.E.

Benevento

Prot. _____ del _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017 – Riscontro nota prot. 23842 del 01/10/2018

In merito all'oggetto, di seguito sono riportate le risposte ai quesiti di propria pertinenza.

Domanda :

Lotto 1 Stampigliatrice per cassette istologiche. Allegato B1- Consumabili

Voce - Balsamo per vetrini

Si chiede di prendere in considerazione anche confezionamenti da 475 ml o da 250 ml in un numero di confezioni il cui volume sia pari a quello richiesto.

Risposta : Sì, nel rispetto dei volumi previsti nel capitolato di gara.

Domanda:

Lotto 1, Stampigliatrice per cassette istologiche. Allegato C/1- Requisiti a punteggio
voce 3 , Caratteristiche del Software di Gestione

Si chiede di specificare cosa si intende per "caratteristiche del Software di gestione" essendo il software gestionale di altro fornitore e già presente presso la struttura

Risposta:

Con "caratteristiche del Software di gestione" si intende la valutazione delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali del software di gestione relativamente al bene offerto per il lotto n.5.

Domanda

Lotto 5, Coloratore Automatico. Con montavetrino, Allegato B/5 – Montavetrini - requisiti minimi:

Voce : Possibilità di usare tutti i principali tipi di montante in commercio

Si chiede di considerare anche strumenti che prevedono l'uso di montanti dedicati.

Risposta: Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita "[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda :

Lotto 5. Coloratore Automatico. Allegato C/5 Parametri a punteggio.

Voce 7 . Possibilità di programmare la sostituzione di taniche precaricate

Si chiede di precisare se per programmazione si intende previsione ed avviso del reagente da sostituire

Risposta: Si.

Domanda:

Lotto 5. Coloratore Automatico con montavetrino, Allegato C/5 – Parametri a punteggio.

Voce 9 : Strumento che consenta l'uso di cestelli/rack/vassoi e reagenti non esclusivi

Si chiede di precisare se il termine non esclusivo trattasi di refuso essendo le attrezzature fornite in modalità service e pertanto obbligatoriamente complete di tutti gli accessori ed i reagenti necessari alla fornitura

Risposta:

La locuzione “non esclusivo” deve intendersi deve riferirsi ai “reagenti”.

Domanda

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette.

Allegato B/6 Requisiti minimi

Voce , in lega di acciaio Breton

Si chiede, per il principio di equivalenza di considerare anche lame in acciaio e diffusamente usate

Risposta:

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette. Allegato B/6 Requisiti minimi,

Voce, Rivestimento con filo di taglio in Daflon

Si chiede per il principio di equivalenza di prendere in considerazione anche lame in Teflon di uso diffuso

Risposta :

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette. Allegato B/6 Requisiti minimi,

Voce, Rivestimento con filo di taglio in Daflon

Voce, Il confezionamento deve contenere un massimo di 100 pezzi

Si chiede di precisare se verranno prese in considerazione pacchetti di lame non superiori a 100 pezzi come da richiesta anche se racchiusi in confezioni di più pacchetti

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”

Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Risposta :

Le lame devono avere un confezionamento primario non superiore a 100 pezzi. Il confezionamento secondario può contenere qualsiasi numero di lame nel rispetto dei quantitativi previsti in capitolato.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

Procedura aperta per l'affidamento quinquennale di dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per l'anatomia e istologia patologica. Fasc T319/2017

FAQ 1 del 15-10-18

Domanda 1:

Si chiede la conferma che si tratti di un Service quinquennale, in caso affermativo, si chiede di poter modificare il Vostro file allegato (mail DE27/09).

Risposta

Si conferma che la strumentazione deve essere offerta in comodato d'uso a titolo gratuito. Si conferma altresì che l'Appalto ha una durata di **5 (cinque) anni** con decorrenza la data di collaudo definitivo della strumentazione aggiudicata per singolo lotto.

Domanda 2:

In merito al lotto 1 (coloratore automatico con montavetrini), si richiede al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto da parte delle aziende, di rimuovere la caratteristica di minima la "possibilità di inserire una stazione di raccolta delle cassette stampate con segnale acustico di full"

Risposta:

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

Domanda 3:

Lotto 5 . Coloratore automatico con montavetrini

Si richiede al fine di garantire a maggiore partecipazione al lotto da parte delle aziende, di rimuovere dalle caratteristiche minime le seguenti caratteristiche .

- Sistema che utilizzi reagenti pronti all'uso in taniche precaricate
- Software di gestione CQI
- Tramutare la richiesta di minima " Software di gestione con interfaccia utente grafica per il monitoraggio del processo, procedure e di colorazione e stato reagenti " in " software di gestione con interfaccia in lingua italiana, interattivo e con interfaccia utente grafica per il monitoraggio del processo, procedure e di colorazione"

Risposta :

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

Domanda 4:

Richiesta di campionatura: si chiede di confermare la possibilità di inviare solo parte di un Kit, rispondenti alle esigenze di visione e comprensive di quanto previsto nel Vostro Allegato B -"requisiti minimi", anziché la confezione minima di vendita composta da 500 pezzi

Risposta:

E' possibile inviare un quantitativo minimo della campionatura sufficiente per esame e valutazione della stessa in funzione dell'apparecchiatura proposta

Domanda 5:

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Si chiede la possibilità di presentare anche le Dichiarazioni di conformità in lingua originale, così come da voi confermato per le Certificazioni ISO nel chiarimento pubblicato sul vostro sito aziendale in data 26/09/2018

Risposta:

Si conferma che è possibile presentare le Dichiarazioni di conformità in lingua originale.

Domanda 6:

Si chiede la possibilità, laddove fosse necessario accompagnare la documentazione prodotta con relativa traduzione, se quest'ultima può essere resa, non giurata, ma semplice, e quindi fedele all'originale, resa ed avvalorata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R- 445/00.

Risposta : Si conferma che la documentazione prodotta con relativa traduzione può essere resa, non giurata, ma semplice, e quindi fedele all'originale, resa ed avvalorata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R- 445/00.

Domanda 7:

Si chiede di specificare se anche le Certificazioni attestanti il possesso del Sistema di qualità delle serie ISO, presentate in copia conforme agli originali ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/00, devono essere correlate da traduzione?

Risposta:

No, non devono essere presentate le traduzioni.

Domanda 8:

Lotto n° 5 Coloratore automatico con motavetrini - Allegato B/5, Requisiti minimi

Si chiede la possibilità di partecipare al Lotto n.5 offrendo un modello e tipo di coloratore chiuso totale garanzia di protezione per l'utilizzatore e ambiente di lavoro, che possiede un sistema di aspirazione integrato di fumi e vapori dei reagenti e che prevede l'espulsione degli stessi direttamente all'esterno del laboratorio, incanalandoli nel sistema di aerazione del laboratorio

Risposta:

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda 9:

Lotto n° 6 Microtomo rotativo

Per quanto riguarda il microtomo rotativo la funzione di taglio deve poter essere anche automatica oppure soltanto manuale?

Risposta :

L'operatore economico potrà offrire sia il microtomo rotativo con funzione di taglio manuale oppure automatico.

Domanda 10:

In merito alla produttività minima, richiesta nel Lotto 4, si chiede di confermare se l'indicazione 20 è da intendersi un refuso di stampa in luogo di 2 campioni/vetrini per ora essendo la stessa valutata tra le caratteristiche preferenziali una produttività superiore

Risposta:

“20 campioni/vetrini” è un mero refuso di stampa poiché non è stato inserito la virgola tra il 2 e lo zero,

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

pertanto si devono intendere “2,0” vetrini come produttività minima.

Domanda 11:

Si chiede di confermare che gli unici marcatori di farmaco-diagnostica richiesti sono i seguenti : HER 2 (350 test) e ALK (50Test).

In caso contrario si chiede di precisare il tipo di marcatore ed il relativo quantitativo richiesto

Risposta :

Si conferma.

Domanda 12:

In riferimento all'art. 12 Disciplinare di Gara in cui viene richiesta tutta la documentazione in lingua italiana o eventualmente correlata da traduzione giurata in lingua italiana, chiediamo conferma della disponibilità di presentare le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e strumenti offerti, redatta da Casa madre in lingua inglese e correlata da dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti sono conformi alla normativa vigente in materia.

Risposta :

Si conferma che le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e strumenti offerti possono essere presentati in lingua originale.

Domanda 13:

Lotto 1 Stampigliatrice per cassette istologiche. Allegato B1- Consumabili

Voce - Balsamo per vetrini

Si chiede di prendere in considerazione anche confezionamenti da 475 ml o da 250 ml in un numero di confezioni il cui volume sia pari a quello richiesto.

Risposta : Si, nel rispetto dei volumi previsti nel capitolato di gara.

Domanda14:

Lotto 1, Stampigliatrice per cassette istologiche. Allegato C/1- Requisiti a punteggio voce 3 , Caratteristiche del Software di Gestione

Si chiede di specificare cosa si intende per "caratteristiche del Software di gestione" essendo il software gestionale di altro fornitore e già presente presso la struttura

Risposta:

Con “caratteristiche del Software di gestione” si intende la valutazione delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali del software di gestione relativamente al bene offerto per il lotto n.5.

Domanda 15:

Lotto 5, Coloratore Automatico. Con montavetrino, Allegato B/5 – Montavetrini - requisiti minimi:

Voce : Possibilità di usare tutti i principali tipi di montante in commercio

Si chiede di considerare anche strumenti che prevedono l'uso di montanti dedicati.

Risposta: Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda 16:

Lotto 5. Coloratore Automatico. Allegato C/5 Parametri a punteggio.

Voce 7 . Possibilità di programmare la sostituzione di taniche precaricate

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Si chiede di precisare se per programmazione si intende previsione ed avviso del reagente da sostituire

Risposta: Si.

Domanda 17:

Lotto 5. Coloratore Automatico con montavetrino, Allegato C/5 – Parametri a punteggio.

Voce 9 : Strumento che consenta l'uso di cestelli/rack/vassoi e reagenti non esclusivi

Si chiede di precisare se il termine non esclusivo trattasi di refuso essendo le attrezzature fornite in modalità service e pertanto obbligatoriamente complete di tutti gli accessori ed i reagenti necessari alla fornitura

Risposta:

La locuzione “non esclusivo” deve intendersi deve riferirsi ai “reagenti”.

Domanda18:

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette.

Allegato B/6 Requisiti minimi

Voce , in lega di acciaio Breton

Si chiede, per il principio di equivalenza di considerare anche lame in acciaio e diffusamente usate

Risposta:

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda 19:

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette. Allegato B/6 Requisiti minimi, Voce, Rivestimento con filo di taglio in Daflon

Si chiede per il principio di equivalenza di prendere in considerazione anche lame in Teflon di uso diffuso

Risposta :

Si conferma quanto previsto negli atti di gara. In ogni caso, è comunque applicabile l'art.68 del D.Lgs 50/2018, che recita “[...] le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche [...]”.

Domanda 20:

Lotto 6. Microtomo rotativo con piastra fredda e bagno stendifette. Allegato B/6 Requisiti minimi, Voce, Rivestimento con filo di taglio in Daflon


Voce, Il confezionamento deve contenere un massimo di 100 pezzi

Si chiede di precisare se verranno prese in considerazione pacchetti di lame non superiori a 100 pezzi come da richiesta anche se racchiusi in confezioni di più pacchetti

Risposta:

Le lame devono avere un confezionamento primario non superiore a 100 pezzi. Il confezionamento secondario può contenere qualsiasi numero di lame nel rispetta dei quantitativi previsti in capitolato.

UO Ingegneri Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano
UOC Anatomia Patologica, Dr. Giovanni Melillo



AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628