

Sito web: www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

SCHEDA ALLEGATO A DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
1	Emostasi: aghi per iniezione 23-25G. Monouso. Lunghezza ago circa 4-6mm.	800

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Forza di ritenzione	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 20
Praticità d'uso	Max Punti 30

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
2	Emostasi: Clip endoscopica premontata monouso ruotabile dal primo operatore, diametro apertura 11mm circa, possibilità di aprire la clip più volte prima del rilascio	300

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Forza di ritenzione	Max Punti 20
Efficacia dell'emostasi	Max Punti 20
Certificazione per la prevenzione del sanguinamento post polipectomia	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 5
Praticità d'uso	Max Punti 5

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	Emostasi: Legatori a banda multipla a 7 lacci per varici.	60

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Efficacia dell'emostasi	Max Punti 15
Maneggevolezza	Max Punti 10
Praticità d'uso	Max Punti 10
Capacità di tenuta del laccio	Max Punti 20
Capacità di rilascio del laccio	Max Punti 5
Latex-free	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA '
	Emostasi : Catetere per elettroemostasi termica bipolare da 7 e da 10 Fr con ago e senza ago	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Azlenda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento







Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Forza di ritenzione	Max Punti 20
Efficacia dell'emostasi	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 15
Praticità d'uso	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
5	ERCP: Sfinterotomo monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm circa) o lungo (450 cm circa) con punta idrofila da 5 cm, zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza e facilità di iniezione; efficacia nello scambio	Max Punti 20
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida	Max Punti 20
Meccanismo di sicurezza per impedire le iniezioni sottomucose	Max Punti 10
Maneggevolezza e agilità dell'incannulamento, capacità di taglio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
6	ERCP: Ago da precut monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Estensione ago da 4 mm a 6 mm circa	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza e facilità di iniezione; efficacia nello scambio	Max Punti 20
Stabilità e maneggevolezza	Max Punti 20
Efficacia nello scambio	Max Punti 10
Capacità di taglio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
7	ERCP: Catetere da estrazione calcoli monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Punto di repere radiopaco sull'estremità prossimale del palloncino. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 2 diversi diametri memorizzati. Diametri del palloncino da 9mm circa a 18 mm circa. Il pallone deve mantenere la spalla quadrata a ogni diametro.	25

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro		
Scorrevolezza e facilità di iniezione	Max Punti 20		

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento







Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Stabilità e maneggevolezza	Max Punti 20
Resistenza del palloncino	Max Punti 20
Efficacia dello scambio	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
8	ERCP: Cestello per estrazione calcoli. Monouso. Filoguidato. Compatibile con sistema a scambio rapido. 4 fili in lega metallica. Possibilità di rottura in emergenza della punta. Punta biocompatibile.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza e facilità di iniezione; efficacia nello scambio	Max Punti 5
Maneggevolezza e stabilità	Max Punti 5
Capacità di mantenere la forma originaria, apertura simmetrica dei fili del cestello	Max Punti 20
Apertura simmetrica dei fili del cestello	Max Punti 20
Possibilità di litotrissia di emergenza	Max Punti 20

LOTTO	TTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: Q			
9	Stent biliare precaricato, riposizionabile. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido. Stent da 7 Fr con diametro interno di circa 1.7 mm; stent da 8.5 Fr con diametro interno di circa 2.1 mm; stent da 10 Fr con diametro interno di circa 2.3 mm. Monouso. Latex Free. Piegatura centrale in polietilene 7-8.5-10Fr, da 5 a 18cm. Piegatura duodenale in polietilene 7-8.5-10 Fr, da 5 a 18 cm. Stent pancreatico da 4 Fr compatibile con guida da 0.035	15		

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza;	Max Punti 25
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max Punti 15
Scorrevolezza e maneggevolezza del filo guida	Max Punti 15
Praticità d'uso	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
10	Protesi biliare in platinol totalmente coperta, parzialmente coperta e non coperta. Copertura in Permalume, con corpo da 8 mm o da 10 mm, lunghezze 4 – 6 – 8 cm. Sistema di rilascio monorail da 8,5 Fr, estremità svasate, quattro punti di repere fluoroscopici. Recuperabile	10

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

fino	all'80%	della	sua	lunghezza.	Compatibile	con	sistema	a
scam	bio rapido	0.		6	1.60			

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma delle misure della protesi	Max Punti 20
Scorrevolezza;	Max Punti 20
Possibilità di recupero in acuto e fino a 12 mesi dopo il posizionamento	Max Punti 20
Scorrevolezza e maneggevolezza del filo guida	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
11	Filo guida in nitinol, ricoperto in PTFE, a doppia punta idrofila radiopaca, tipo zebrato, provvisto di marcatori radiopachi, punta dritta o curva, dispositivo di torsione, lunghezze 450 cm e 260 cm, calibro 0.035"	35

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Visibilità radiologica	Max Punti 25
Scorrevolezza;	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20

LOTTO	The state of the s	QUANTITA'
12	ERCP: Papillotomo monouso a tre lumi, compatibile con filo guida da 0,025" - 0,035", filo di taglio 20 - 30 mm con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, lunghezza naso 3 - 7 mm. Punta dotata di marker radiopaco distale, rastremata e precurvata, compatibile canale 2.8 mm, lunghezza operativa 1700 mm. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida separati. Manico integrato.	55

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità di taglio;	Max Punti 20
Scorrevolezza;	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 15
Efficacia della iniezione del contrasto	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
13	ERCP: Papillotomo monouso per precut, 3 lumi, ago retrattile 5 mm. Compatibile canale 2.8 mm e lunghezza operativa 1700 mm. Ingressi di iniezione mezzo di contrasto e di inserimento del filo guida	10

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento



Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

separati. Manico integrato.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Capacità di taglio;	Max Punti 20	
Scorrevolezza;	Max Punti 20	
Maneggevolezza	Max Punti 15	
Efficacia della iniezione del contrasto	Max Punti 15	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
14	 ERCP: Sistema "2 in 1" per la sfinteroplastica biliare, costituito da un unico device che incorpora: un papillotomo monorail adatto anche all'operativa a guida corta, con filo di taglio dotato di rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale, naso da 7mm rastremato a 4,4Fr, filo di taglio da 20-25-30mm; un palloncino in poliuretano per dilatazione dello Sfintere di Oddi (sfinteroplastica biliare) a 3 diametri crescenti (12-15-18 mm), dotato di marker radiologico a ciascuna estremità e di marker endoscopico al centro del palloncino. Compatibile con filo guida da 0,025" e da 0,035". Monouso, sterile. 	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità di taglio;	Max Punti 20
Resistenza del palloncino	Max Punti 20
Visibilità radiologica	Max Punti 15
Ergonomia del manipolo	Max Punti 15

Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
ERCP: Papillotomo per Billroth II. Monouso.	4
	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: ERCP: Papillotomo per Billroth II. Monouso.

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità di taglio;	Max Punti 20
Scorrevolezza;	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 15
Efficacia della iniezione del contrasto	Max Punti 15

LOTTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: QUANTITA'

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> U.O.C. FARMACIA

16

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Resistenza del palloncino	Max Punti 20
Memoria del palloncino	Max Punti 20
Efficacia della estrazione dei calcoli	Max Punti 15
Scorrevolezza	Max Punti 15

LOTTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:		QUANTITA'
17	ERCP: Cestello monouso recupero calcoli, a fiore, ampiezza 20-22mm, filoguidabile in punta (0,035"), manico integrato, lunghezza circa 190cm, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare	13

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 20
Memoria del cestello	Max Punti 20
Efficacia della litotrissia	Max Punti 15
Apertura e resistenza dei fili	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
18	ERCP: Cestello monouso recupero calcoli, basket a 4 o 8 fili, ampiezza 20-22mm, rotante, manico integrato, lungh.190cm circa, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare	7

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 20
Memoria del cestello	Max Punti 20
Efficacia della litotrissia	Max Punti 15
Apertura e resistenza dei fili	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
19	ERCP: Sistema di litotrissia intracanalare premontato, costituito da un cestello monouso sterile, premontato, ampiezza cestello 26 - 30 mm, con camicia interna in Teflon e camicia esterna in acciaio, preassemblato, rotante, filoguidabile (0,035"), con connessione luerlock, radiopaco, lunghezza operativa 1950 mm circa, compatibile con	5

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Beneventn





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

litotri	tore di	emerge	nza extra	-ca	nale.					
N.B:	deve	essere	fornito	a	titolo	gratuito	manico	in	acciaio	
pluri	uso au	toclaval	bile spec	ific	.0.					

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 20
Memoria del cestello	Max Punti 20
Efficacia della litotrissia	Max Punti 15
Semplicità del meccanismo di assemblaggio	Max Punti 15

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	ERCP: Filo guida monouso, sterile, isolato, punta diritta e angolata, lunghezza 450 cm e 270 cm, calibro 0.035" - 0,025". Anima in Nitinol, rivestimento fluorinato, porzione distale tipo Terumo. Capacità di rotazione 1:1, dotato di markers endoscopici e radiologici	50

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza	Max Punti 15
Visibilità al controllo radiologico	Max Punti 15
Scorrevolezza	Max Punti 20
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
21	ERCP: Filo guida monouso sterile, isolato, punta diritta e angolata, lunghezza 450 cm e 270 cm, calibro 0.035" - 0,025". Anima in Ni-Ti, rivestimento fluorinato, porzione distale tipo Terumo. Capacità di rotazione 1:1, terminale radiopaco di 5 cm, ulteriore marker radiopaco a 7 cm e marker endoscopico elicoidale contiguo al rivestimento incrociato, rastremato per tecnica Alpha-loop	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza	Max Punti 15
Visibilità al controllo radiologico	Max Punti 15
Scorrevolezza	Max Punti 20
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
22	ERCP: Cannula sterile con punta rastremata, angolabile per l'incannulamento selettivo, con adattatore di tenuta, compatibile con filo guida da 0,035", canale compatibile 3.2 mm. Monouso	10

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web: www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Diversità delle fogge della parte distale	Max Punti 15
Funzionalità d'uso	Max Punti 15
Visibilità al controllo radiologico	Max Punti 20
Scorrevolezza	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
23	ERCP: Pinza pluriuso autoclavabile, rotante, specifica per il recupero protesi plastiche, lunghezza operativa 1800 mm. Valve ad alligatore con dente di topo. Manico integrato. Connessione luer-lock per iniezione liquido detergente e lubrificante	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Efficacia della presa	Max Punti 30
Funzionalità del meccanismo di apertura e chiusura	Max Punti 30
Qualità dei materiali	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	ERCP: Kit per cateterismo naso-biliare. Sterile. Monouso	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Ampiezza gamma diametri	Max Punti 25
Atraumaticità del tubo di trasferimento nasale	Max Punti 25
Facilità di lavaggio/iniezione	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
25	EUS: Ago in lega di cromo cobalto o altro materiale idoneo, con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, affilatura acuminata della punta, connettore luer di ottone per collegamento all'ecoendoscopio, clip integrata nel mandrino per blocco in sicurezza, misure 25 – 22 – 19 G.	15

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Flessibilità dell'ago	Max Punti 25
Ergonomia dell'impugnatura	Max Punti 20

LOTTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: QUANTITA'

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web: www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

26	EUS: Ago flessibile in Nitinol o altro materiale idoneo, con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, affilatura acuminata della punta, connettore luer di ottone per	3
	collegamento all'ecoendoscopio, clip integrata nel mandrino per blocco in sicurezza, misura 19 G.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Flessibilità dell'ago	Max Punti 25
Ergonomia dell'impugnatura	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
27	EUS: Ago da FNB in cromocobalto o altro materiale idoneo con 4 punte taglienti asimmetriche	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Flessibilità dell'ago	Max Punti 25
Ergonomia dell'impugnatura	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	EUS: Sistema di drenaggio ecoendoscopico di pseudocisti	3
	pancreatiche con cistotomo integrato	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Visibilità ecografica	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20
Ergonomia	Max Punti 25

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
29	Kit per PEG completo per gastrostomia percutanea endoscopica tecnica pull e push, per alimentazione enterale con attacco ENFITT, rimovibile dall'esterno composto da: 1. sonda per alimentazione in silicone o altro idoneo materiale biocompatibile a lunga permanenza, misura almeno 20Fr e 24 Fr, radiopaco, 2. dispositivo di bloccaggio interno, 3. connettore per l'alimentazione a Y, 4. ago introduttore, 5. filo guida,	60

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> U.O.C. FARMACIA

-	4.4	1		
6.	(11)	101	101	tore.
v.	ui.	ı cı	u	LUIC.

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma diametri	Max Punti 25
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
30	Kit pallone di sostituzione per alimentazione enterale in puro silicone, con attacco ENFITT, profilo standard, tubo di connessione dritto o angolato. Misure $12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 28$ Fr.	60

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma diametri (oltre le misure richieste)	Max Punti 25
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
31	Kit sonda di alimentazione digiunale (sonda J) attraverso la PEG (TTP) a 3 porte: decompressione, nutrizione e somministrazione framaci. Configurazioni della punta a pigtail o piegata. 8.5 e 12 Fr. Lunghezza circa 68 cm.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma diametri (oltre le misure richieste)	Max Punti 15
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 20
Configurazioni della punta della sonda a J	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
32	ESD: Punte elettrificate monouso per dissezione sottomucosa, compatibile canale 2.8 mm, modelli: 1. "a pallina", in ceramica, diametro pallina 2.2 mm, lunghezza operativa circa 1650 mm; 2. "ad uncino", rotante, lunghezza operativa circa 1650-2300mm; 3. "a pomello", per incisione e taglio, lunghezza operativa circa 1650-2300 mm; 4. "cilindrica" con piattina di taglio circolare, lunghezza operativa circa 1650-2300 mm.	8

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità e sicurezza del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma del forme	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
33	ESD: Punta elettrificata monouso "a pomello". Con funzione "a getto d'acqua", lunghezza operativa 1650 - 2300 mm circa. Markers endoscopici per la misurazione della profondità di inserimento della punta. Compatibile canale 2.8 mm.	4

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità e sicurezza del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma delle forme	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
34	ESD: Tubi monouso di raccordo tra punta da ESD e pompa di lavaggio, attacco luer-lock. Valvola antiritorno integrata. Presenza di tacche di repere per rotore della pompa. Lunghezza 250-350 mm circa. Monouso, sterile.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità e sicurezza del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma del forme	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
35	ESD: Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio	12

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Capacità e sicurezza del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma del forme	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
36	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate, con ago di puntamento,	10

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento







Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

diametro compatibile con	canale operativo da 2.0 mm; sterile,
monouso. Compatibile con	tutti gli endoscopi di uso pediatrico.
Lunghezza minima 150cm.	THE CONTROL OF THE CO

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Marcatura markers visivi di riferimento	Max Punti 25
Guaina in acciaio	Max Punti 25
Funzionalità con gli strumenti endoscopici in uso (gastroscopio, duodenoscopio, colonscopio)	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
37	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate con e senza ago di puntamento, compatibili con endoscopi frontali e laterali di tutte le aziende; sterile, monouso. Diametro da 2,2 mm; lunghezza da 160 a 280 mm.	700

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Marcatura markers visivi di riferimento	Max Punti 25
Guaina in acciaio	Max Punti 25
Funzionalità con gli strumenti endoscopici in uso (gastroscopio, duodenoscopio, colonscopio)	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
38	Pinza da biopsia per canali operativi 2-2.8-3.2mm. Valve fenestrate ovali, con e senza ago. A morso netto. Pluriuso. Lunghezza non inferiore a 1500mm	5

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Marcatura markers visivi di riferimento	Max Punti 25
Guaina in acciaio	Max Punti 25
Funzionalità con gli strumenti endoscopici in uso (gastroscopio, duodenoscopio, colonscopio)	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
39	Ansa monouso per polipectomia, tipo crescent asimmetrica, filo intrecciato. Apertura ansa circa 25 mm, lunghezza operativa circa 1650 mm (per gastroscopio) e 2300 mm (colonscopio), compatibile canale 2.8 mm. Manico integrato	30

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web: www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Funzionalità d'uso (risposta apertura e chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 25
Efficacia del taglio	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
40	Ansa monouso per polipectomia di lesioni piatte, tipo ovale, effetto "grasping". Apertura ansa circa 20 mm, lunghezza operativa 2300 mm circa, compatibile canale 2.8 mm. Manico integrato.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Funzionalità d'uso (risposta apertura e chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 25	
Efficacia del taglio	Max Punti 25	
Maneggevolezza	Max Punti 20	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
41	Ansa da polipectomia ovale. Filo intrecciato. Monouso. Diametro da 10 a 30mm. Lunghezza circa 230cm	50

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità delle forme	Max Punti 15
Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 15
Gamma delle misure	Max Punti 20
Efficacia del taglio	Max Punti 20


LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
42	Ansa da polipectomia ovale. Monofilamento. Monouso. Diametro da 10 a 30mm. Lunghezza circa 230cm.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità delle forme	Max Punti 15
Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 15
Gamma delle misure	Max Punti 20
Efficacia del taglio	Max Punti 20

LOTTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: QUANTITA'

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> U.O.C. FARMACIA

43	Ansa per polipectomia a freddo. Specifica per polipi diminutivi.	50
	Lunghezza circa 230cm. Apertura circa 9mm. Monouso.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità delle forme	Max Punti 15
Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 15
Gamma delle misure	Max Punti 20
Efficacia del taglio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
44	Mini ansa a monofilamento di forma romboidale a sezione diversa, piatta e a lama, e anello di giuntura per la torsione. Monouso. Apertura circa 14mm. Lunghezza circa 230cm.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità delle forme	Max Punti 15
Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla massima angolazione dello strumento)	Max Punti 15
Gamma delle misure	Max Punti 20
Efficacia del taglio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	
45	Applicatore clip per emostasi in fase pre e post-polipectomia pluriuso, autoclavabile Lunghezza operativa 2300mm, rotante, facilità di montaggio della clip, per canali da 2,8mm	QUANTITA'

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Tenuta della clip	Max Punti 15
Facilità del meccanismo di rilascio	Max Punti 15
Possibilità di rotazione della clip	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
46	Clip per emostasi compatibili con applicatore pluriuso/monouso, di varie grandezze ed apertura	500

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Tenuta della clip	Max Punti 15

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Facilità del meccanismo di rilascio	Max Punti 15
Possibilità di rotazione della clip	Max Punti 20
Efficacia della emostasi	Max Punti 15
Maneggevolezza	Max Punti 5

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
47	Sistema di legatura monouso per polipi in fase pre e post- polipectomia, precaricato, pronto all'uso con manico premontato, lunghezza 2300mm, apertura 30mm	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Facilità del meccanismo di rilascio	Max Punti 25
Efficacia della emostasi	Max Punti 25
Maneggevolezza	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
48	Pinza elettrochirurgica monopolare monouso per emostasi, rotante, con valve zigrinate internamente tipo ad alligatore, apertura valve 4 mm - 5mm, lunghezza operativa 1650 mm - 2300 mm	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Efficacia della emostasi	Max Punti 30
Maneggevolezza	Max Punti 20
Praticità d'uso	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
49	Cappuccio per polipectomia distale trasparente obliquo, tipo morbido, monouso. Ampiezza cappuccio >15 mm	50

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Stabilità della connessione allo strumento endoscopico	Max Punti 30
Qualità della visione endoscopica	Max Punti 20
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
50	Cappuccio per polipectomia distale trasparente, rigido, obliquo e diritto. Compatibili con strumenti in dotazione	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione Peso parametro

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> U.O.C. FARMACIA

Stabilità della connessione allo strumento endoscopico	Max Punti 30
Qualità della visione endoscopica	Max Punti 20
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
51	Retino di Roth per recupero polipi. Monouso. Lunghezza circa 230mm.	100

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Gamma dei diametri del retino	Max Punti 25
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
52	Cannula spray per colorazione vitale. Monouso	120

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza	Max Punti 25
Capacità d'inserimento	Max Punti 25
Efficacia dello spray	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
53	Kit per tatuaggio endoscopico costituito da siringa precaricata di pigmento di carbone sterile ed ago per iniezione. Lunghezza circa 230mm. Monouso	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Fuoriuscita e penetrazione dell'ago con tutti gli strumenti	Max Punti 25	
Scorrevolezza	Max Punti 25	
Qualità dei materiali	Max Punti 20	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
54	Protesi esofagee metalliche. Parzialmente e completamente ricoperte. Autoespandibili. OTW e TTS. Varie misure di lunghezza e calibro. Dotate di lacci di riposizionamento e rimozione. Rimovibili. Disponibili nelle tipologie con valvola antireflusso ad S, standard, asimmetriche e per stenosi benigne.	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

as participation of the partic	gio di atti ibuzione.
Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> <u>U.O.C. FARMACIA</u>

Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 15
Maneggevolezza nel posizionamento	Max Punti 15
Conformabilità nella sede anatomica	Max Punti 20
Visibilità dei marcatori endoscopici e radiologici	Max Punti 20

LOTTO	O Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	
55	Protesi esofagee metalliche per complicanza chirurgica. Ricoperte. Doppia copertura PTFE e silicone. Autoconformanti. Varie misure di lunghezza e calibro.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 15
Maneggevolezza nel posizionamento	Max Punti 15
Conformabilità nella sede anatomica	Max Punti 20
Visibilità dei marcatori endoscopici e radiologici	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
56	Protesi piloriche-duodenali. Non ricoperte e parzialmente ricoperte. Dotate di lacci di riposizionamento e rimozione. In nitinol. A rilascio controllato. Varie misure di lunghezza e calibro.	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 15
Maneggevolezza nel posizionamento	Max Punti 15
Conformabilità nella sede anatomica	Max Punti 20
Visibilità dei marcatori endoscopici e radiologici	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
57	Protesi coliche in nitinol. Non ricoperte e parzialmente ricoperte. Rimovibili. Autoconformanti. Varia lunghezza e diametro.	9

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 15	
Maneggevolezza nel posizionamento	Max Punti 15	
Conformabilità nella sede anatomica	Max Punti 20	
Visibilità dei marcatori endoscopici e radiologici	Max Punti 20	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	Pinza per rimozione corpi estranei ad alligatore. Pluriuso	2

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Funzionalità del sistema di apertura/chiusura della pinza	Max Punti 20
Efficacia della presa	Max Punti 20
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 20
Scorrevolezza	Max Punti 10

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
59	Pinza per rimozione corpi estranei a denti di topo ed alligatore. Pluriuso.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Funzionalità del sistema di apertura/chiusura della pinza	Max Punti 20	
Efficacia della presa	Max Punti 20	
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 20	
Scorrevolezza	Max Punti 10	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
60	Retino tipo ottagonale per recupero corpi estranei. Varie misure. Monouso.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Funzionalità del sistema di apertura/chiusura della pinza	Max Punti 20	
Efficacia della presa	Max Punti 20	
Robustezza delle maglie del retino	Max Punti 20	
Scorrevolezza	Max Punti 10	

LOTTO	OTTO Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	
61	Overtube con camicia di sicurezza e valvola antisfiato per accesso endoscopico per molteplici introduzioni di strumento. Monouso. Lunghezza 25 e 50cm.	QUANTITA' 10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Peso parametro	
Max Punti 20	
Max Punti 20	
Max Punti 20	
Max Punti 10	

-		
LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : <u>www.ao-rummo.it</u> U.O.C. FARMACIA

Campana in lattice per estrazione corpi estranei. Monouso

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 25
Facilità e robustezza del sistema di ancoraggio della campana all'endoscopio	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
63	Polvere o gel per emostasi: dispositivo endoscopico emostatico in polvere o in gel per utilizzo in urgenza.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Facilità d'uso	Max Punti 25
Efficacia del meccanismo dell'emostasi	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
64	Sistema premontato per posizionamento di Endoclip in nitinol (tipo Over-the-scope-clip, OTSC), a memoria di forma. Monouso.	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Facilità d'uso	Max Punti 25
Efficacia della presa	Max Punti 25
Robustezza della clip	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	Pinza a due morsi per la centratura e l'allineamento dei lembi di tessuto, varie lunghezze.	4

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Facilità d'uso	Max Punti 25
Efficacia della presa	Max Punti 25
Robustezza della clip	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
66	Dilatazione pneumatica-acalasia: Palloncino esofageo, pilorico, colico e biliare (indicazione DASE). Possibilità di gonfiare ogni	9
	palloncino a 3 diversi diametri memorizzati a cui corrispondono 3	

Azienda Ospedaliera G. Rummo VIa dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web: www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

pressioni predeterminate.	Diametri	esterni	dai	6	ai	20	mm.	
Lunghezza pallone di 5.5 cm	n. Monous	o. Latex	free.					
N.B: deve essere fornito munito di manometro.	in uso gr	atuito s	istem	ia (di g	onfi	aggio	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro		
Scorrevolezza	Max Punti 15		
Atraumaticità della punta	Max Punti 15		
Efficacia del sistema di insufflazione	Max Punti 20		
Lunghezza del pallone	Max Punti 10		
Pressione massima raggiungibile per misura	Max Punti 10		

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
67	Dilatazione pneumatica-acalasia: Pallone dilatatore per acalasia. Monouso.Compatibile con filo guida 0.038 inch. Lunghezza pallone minimo 8cm. Diametro pallone 30-35-40mm. N.B.: deve essere fornito in uso gratuito sistema di gonfiaggio munito di manometro	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 15
Atraumaticità della punta	Max Punti 15
Efficacia del sistema di insufflazione	Max Punti 20
Lunghezza del pallone	Max Punti 10
Pressione massima raggiungibile per misura	Max Punti 10

LOTTO 28 Dilatazione meccanica	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
68	Dilatatori meccanici tipo "Savary-Gillard". Pluriuso. Diametri variabili da 5 a 20mm. Lunghezza 70cm. Completi di filo guida in acciaio tipo Savary. Pluriuso	1

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 25
Variabilità della gamma delle misure	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 20

Azienda Ospedaliera G. Rummo Vla dell'angelo 1 - 62100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
69	Sonda per argon plasma coagulation. Monouso. Frontale e laterale. Vari lunghezza e calibro.	10

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 25
Direzione del flusso di gas	Max Punti 25
Robustezza	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
70	Boxer per colonscopia. Monouso. Apertura posteriore. Misura unica.	5.000

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Idrorepellente	Max Punti 15
Antibatterico	Max Punti 15
Qualità del tessuto	Max Punti 20
Facilità d'uso per il paziente	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
71	Emostasi esofagea: Sonda a pallone per emostasi esofagea tipo Sengstaken-Blakemore	6

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Scorrevolezza	Max Punti 25
Robustezza del pallone	Max Punti 20
Maneggevolezza	Max Punti 25

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
72	Alimentazione enterale per neonati: Sistema completo di inserzione di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) metodo pull rimovibile dall'esterno, diametro 12-14Fr	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Variabilità della gamma	Max Punti 25	
Completezza degli accessori nella confezione	Max Punti 25	
Qualità dei materiali	Max Punti 20	

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
73	Cistotomo per drenaggio ecoendo-guidato di raccolte pancreatiche costituito da ago, filo guida, pallone dilatatore e stent pigtail	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione Peso parametro	
Maneggevolezza	Max Punti 25
Facilità di inserzione	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
74	Sistema per colangioscopia digitale a singolo operatore. N.B.: la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire il processore in comodato d'uso gratuito.	5

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Qualità dell'immagine endoscopica	Max Punti 25
Facilità di utilizzo	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
75	Sistema per colangioscopia digitale: Pinza da biopsia monouso per colangioscopio N.B.: la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire il processore in comodato d'uso gratuito.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Qualità dell'immagine endoscopica	Max Punti 25	
Facilità di utilizzo	Max Punti 25	
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
	Sistema per il rilascio della videocapsula endoscopica in duodeno.	2

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Facilità di rilascio della capsula	Max Punti 25
Scorrevolezza	Max Punti 25
Funzionalità del sistema	Max Punti 20

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento





Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
77	Cateteri per ph-metria con impedenziometria: Ph-metro bicanalare monouso: sondino in materiale plastico, monouso, compatibile con l'apparecchiatura Digitrapper Medtronic di proprietà dell'Ospedale SI RICHIEDE DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA'	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
78	Spazzolini per pulizia canale monouso combinato a doppia spazzola o spazzola/spazzolino apertura canale, per colonscopi in dotazione, guaina flessibile per evitare attorcigliamenti e punta arrotondata atraumatica	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza	Max Punti 25
Qualità dei materiali	Max Punti 25
Facilità di utilizzo	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Atraumaticità	Max Punti 15
Facilità di inserimento	Max Punti 15
Superficie interna liscia	Max Punti 20
Stabilità del sistema di fissaggio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
80	Valvole per canale bioptico "semidisposable"	250

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento







Sito web : www.ao-rummo.it U.O.C. FARMACIA

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Semplicità di utilizzo	Max Punti 25	
Qualità dei materiali	Max Punti 25	
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20	

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
81	Gel lubrificante per endoscopi, per orifizi naturali del tratto gastro/intestinale superiore e inferiore, senza anestetici, senza medicinali, inodore, incolore, insapore, completamente idrosolubile, non a base di petrolio, priva di: oli, grassi, paraffine, siliconi. Confezione almeno da 100g.	500

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Ipoallergenicigità	Max Punti 30
Trasparenza ottica	Max Punti 20
Compatibilità con la guaina dell'endoscopio	Max Punti 20

LOTTO	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	QUANTITA'
82	Capsula per endoscopia del piccolo intestino e del colon con angolo di campo nel tenue di almeno 150°, e di almeno 2 x 170° nel colon, con sistema di scatto automatizzato a seconda della motilità intestinale, sistema real time viewer, batterie non tossiche N.B.: la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire "in service gratutito" l'apparecchiatura per l'utilizzo.	20

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Qualità delle immagini	Max Punti 15
Profondità di campo	Max Punti 15
Angolo di visuale	Max Punti 20
Studi clinici e letteratura scientifica del prodotto	Max Punti 20

Dr.sssa Francesca Russo_

Dr.ssa Emilia M. Bizzarro

Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'angelo 1 - 82100 Benevento