



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Direttore D.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824/57544- Fax 0824/57572

pec-mail: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

Benevento

Prot. 25343 del 15/10/18

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI ELETTROFISIOLOGIA PER IL LABORATORIO DI ELETTROSTIMOLAZIONE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC. FASC. T 319/2018.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerte per l'affidamento della fornitura di materiale di elettrofisiologia per il laboratorio di elettrostimolazione della U.O.C. di Cardiologia Interventistica e Utic.

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse /offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per almeno 15 gg.

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

fornitura di materiale di elettrofisiologia per il laboratorio di elettrostimolazione della U.O.C. di Cardiologia Interventistica e Utic, come da elenco allegato (A).

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del minor prezzo (rectius prezzo più basso) ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa verifica della conformità dell'offerta ai requisiti minimi obbligatori.

IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire entro il 05.11.2018 presso l'Azienda Ospedaliera "San Pio" -Via dell'Angelo,1-82100 Benevento, UN PLICO CHIUSO riportante la seguente dicitura:

"NON APRIRE- AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura di MATERIALE DI ELETTROFISIOLOGIA PER IL LABORATORIO DI ELETTROSTIMOLAZIONE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC. FASC. T 319/2018.

Il suddetto plico può pervenire sia mediante consegna a mano, sia mediante Servizio Postale o agenzia di recapito ad esclusivo rischio dei concorrenti. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo presso quest'Azienda.

All'interno del plico devono essere inserite due buste chiuse : una contenente la documentazione amministrativa e tecnica, riportante la dicitura " Documentazione amministrativa e tecnica ", e un'altra busta contenente l'offerta economica , con la dicitura "Offerta Economica".

La busta " Documentazione amministrativa e tecnica " deve contenere la seguente documentazione :

a) Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal titolare o rappresentante legale, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016;

b) Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal titolare o rappresentante legale, attestante l'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;

c) Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal titolare o rappresentante legale, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3, c. 7 della legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dal D.L. n° 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante , in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

- degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;

- delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;

- dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.

d) Dichiarazione del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60gg dalla data della fattura;

e) duplice copia delle schede tecniche di prodotto riportanti il Codice CND e il numero di repertorio dei dispositivi offerti.

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

La busta " Offerta economica" deve contenere la seguente documentazione:

f) Offerta economica, firmata dal titolare o rappresentante legale, con esplicita accettazione delle condizioni sopra riportata, al netto d'IVA.

Ulteriori condizioni contrattuali sono le seguenti:

- la validità dell'offerta è di anni 1;
- il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa;
- la ditta aggiudicataria dovrà consegnare i dispositivi in questione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine scritto, con trasporto e imballaggio a carico di codesta ditta.

V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

In caso di più domande pervenute si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica, per le ditte ammesse alla fase successiva, alla lettura delle offerte economiche per la formazione della graduatoria di gara.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo di scambio di lettere.

VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R RUP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale.


Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è individuato nellapersona della D.ssa Maria Nicoletta Mercuri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Concetta Inglese)



IL DIRIGENTE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri)



AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO QUADRIPOLORE E DECAPOLARE A PUNTA FISSA		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Lunghezza non inferiore a 90 cm	SI/NO	30
Disponibilità di calibro 5F e 6F	SI/NO	
elettrodi in platino/iridio	SI/NO	
Ampia disponibilità di spaziature		
Ampia disponibilità di curve	SI/NO	
Manegevolezza e stabilità	SI/NO	
ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO DECAPOLARE CURVA ORIENTABILE		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Lunghezza non inferiore a 90 cm	SI/NO	25
Disponibile in calibro da 6F e 7F	SI/NO	
Disponibile in varie curve, monodirezionale e bidirezionale	SI/NO	
Disponibile con tecnologia che consente il riconoscimento automatico da parte del sistema di mappaggio	SI/NO	
Manovrabilità della punta	SI/NO	
ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO Multipolare		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Lunghezza non inferiore a 90 cm	SI/NO	7
Disponibile nella versione 20 poli per il mappaggio della parete laterale dell'atrio destro	SI/NO	
Elettrodi in platino	SI/NO	
Ampia disponibilità di spaziature	SI/NO	
Ampia disponibilità di curve	SI/NO	
Manovrabilità della punta	SI/NO	
ELETTROCATETERI ABLATORI		
ELETTROCATETERE PER ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA IRRIGATO		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Lunghezza non inferiore a 90 cm	SI/NO	3
Disponibile in varie curve, monodirezionale e bidirezionale, simmetrico e non	SI/NO	
Lunghezza elettrodo di ablazione 3,5mm o 4mm	SI/NO	
Catetere ablatore dotato di circuito di irrigazione esterno a 56 fori	SI/NO	
Ampia disponibilità di curve	SI/NO	
Manovrabilità della punta	SI/NO	
ELETTROCATETERE PER ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA 4MM		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Lunghezza tra 90 e 115 cm	SI/NO	10
Elettrodi in platino iridio	SI/NO	
Lunghezza elettrodo di ablazione 4mm	SI/NO	
Disponibile in ampia gamma di curve	SI/NO	
Disponibile in calibro 6 e 7 Fr	SI/NO	
Disponibile con sensore di temperatura sia con termocoppia che Termistore	SI/NO	
ELETTROCATETERE PER ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA AD ALTA RISOLUZIONE		
Requisiti Minimi Obbligatori		
Disponibile nella versione bidirezionale	SI/NO	

Elettrodi in platino iridio	SI/NO
Lunghezza del catetere non inferiore a 90cm	SI/NO
Disponibile nelle versione 8 mm	SI/NO
Dotato di 3 microelettrodi in punta	SI/NO
Manovrabilità della punta	SI/NO