

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
Direttore D.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Fax 0824/57572

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI ELETTROFISIOLOGIA PER IL LABORATORIO DI ELETTROSTIMOLAZIONE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC. FASC. T 319/2018.

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI

DOMANDA: *Si chiede conferma se in riferimento al requisito minimo “disponibile con sensore di temperatura sia con termistore che con termocoppia” relativo al lotto ELETTRICATETERE PER ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA 4MM” si richieda la disponibilità sia di modelli con sensore a termocoppia che di modelli con sensore a termistore.*

RISPOSTA : Si confermano i requisiti minimi dell'elettrocateretere per ablazione a R.F. 4 mm, in particolare dotato di sensore sia a termocoppia che con termistore.

In riferimento all'avviso di manifestazione di interesse in oggetto e all'ultimo chiarimento in pubblicazione per consentire a tutti gli operatori economici interessati di presentare offerta (o integrazione della stessa)si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 23.11.2018 , viene rinviato alla data del 03.12.2018 .

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111