



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

**AREA PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO**

Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Telef.0824 – 57544 – Fax 0824 57572

**OGGETTO: (FASC G 443/2017) PROCEDURA APERTA per la fornitura, per sei anni, di “strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effettuare test di Laboratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici). LOTTI N°09
CHIARIMENTI**

DOMANDA: In riferimento al Capitolato tecnico Lotto 1 Autoimmunità, alla voce, “Descrizione della fornitura”, si chiede di confermare, (come si evince a pag. 14, riga14 “Allegato A)”, che il sistema automatico richiesto consenta sia la preparazione dei vetrini IFA che l’esecuzione dei test ELISA in micropiastra.

RISPOSTA: Le aziende partecipanti devono offrire strumentazione che effettua sia vetrini in IFA che l’esecuzione dei test ELISA in contemporanea.

DOMANDA:In riferimento al Capitolato tecnico Lotto 1 Autoimmunità, alla voce “Allegato B) Caratteristiche tecniche preferenziali per la valutazione del progetto” Software gestionale di settore, alla richiesta: “Interfacciamento di semplice utilizzo e a bassa interferenza luminosa sulla visione fluoroscopica con tecnologia touch screen” si chiede di voler confermare che il software proposto debba essere progettato e realizzato per l’utilizzo touch screen in camera scura e che non basti poter abbassare l’intensità dello schermo per ridurre l’interferenza luminosa.

RISPOSTA:Le aziende dovranno offrire un software di sezione che abbiano le caratteristiche minime richieste nella descrizione della fornitura Allegato A. Saranno valutate positivamente anche le proposte che vedranno la fornitura di monitor touch screen e che abbiano la possibilità di ridurre manualmente la luminosità.

%

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

DOMANDA: In riferimento al Capitolato tecnico Lotto 1 Autoimmunità alla voce “Allegato B) *Caratteristiche tecniche preferenziali per la valutazione del progetto*”. Reagenti alla richiesta: “Frequenza della calibrazione (dichiarare), si debba intendere che la Frequenza della calibrazione sia riferita allo strumento con tecnologia alternativa all’ELISA.

RISPOSTA: Si conferma.

DOMANDA: Nelle caratteristiche minime relativa al software gestionale di settore viene richiesto “interfacciamento bidirezionale al LIS di Laboratorio del software gestionale di settore, al fine di predisporre la ns migliore offerta si richiede:

1. Il LIS di Laboratorio attualmente installato presso la Vs. Struttura
2. Se i costi relativi per tale interfacciamento saranno a carico dell’Ente o delle Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Il LIS di laboratorio attualmente in uso è DNLAB della ditta Noemalife e il costo dell’interfacciamento è a carico della ditta aggiudicataria del lotto.

DOMANDA: Nelle caratteristiche preferenziali per la strumentazione viene richiesta “*la possibilità di incubazione piastre ELISA a temperatura controllata*”; considerando che i principali test per la ricerca di auto-anticorpi non necessita di tale incubazione al fine di poter effettuare la nostra migliore offerta, si chiede se tale caratteristica possa essere eliminata dai parametri oggetto di valutazione.

RISPOSTA: La caratteristica “Possibilità di incubazione piastre ELISA a temperatura controllata” è criterio di valutazione e quindi saranno valutati dalla commissione i sistemi che avranno tale caratteristica.

DOMANDA: Per il parametro oggetto di valutazione “*Numero delle metodiche in linea su tutta la strumentazione proposta*”, in considerazione delle differenti metodologie analitiche richieste e delle differenti frequenze analitiche dei vari test, si chiede se il parametro di valutazione sarà la somma delle metodiche in linea delle strumentazioni proposte o la comparazione del numero di metodiche in linea di ciascuna strumentazione similare proposta; a titolo esemplificativo comparazione del numero di metodiche in linea dei preparatori di vetrini IFA proposti dai concorrenti e comparazione del numero di metodiche in linea dei sistemi automatici per i dosaggi autoanticorpali.

RISPOSTA: Le caratteristiche oggetto di valutazione conferiscono alla nostra struttura un valore organizzativo e qualitativo aggiunto e verrà attribuito un punteggio da parte della commissione in base a quanto indicato nella Relazione Tecnica.

DOMANDA: Si richiede se la documentazione tecnica, oltre a quanto richiesto al punto 16 del disciplinare di gara, dovrà comprendere schede tecniche, schede di sicurezza e dichiarazione di conformità CE dei diagnostici offerti. Nel caso fosse richiesta la presentazione dei certificati di conformità CE si chiede se questi possono essere presentati in lingua originale.

RISPOSTA: Nella documentazione tecnica, oltre a quanto richiesto al punto 16 del disciplinare di gara, dovrà comprendere schede tecniche, schede di sicurezza e dichiarazione di conformità CE anche in lingua originale dei diagnostici offerti.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628