

**" PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIDO NITRICO E  
DISPOSITIVO DI SOMMINISTRAZIONE"**

Una Ditta interessata, ha fatto pervenire la seguente richiesta di chiarimenti :

***Domanda N. 1)*** *Tra le richieste dall'allegato B per il sistema di somministrazione vi è la "batteria ricaricabile che garantisca la durata di 360 minuti". Rileviamo, a tal proposito, che la batteria nasce per spostamenti di breve durata (non più di tre ore circa) per cui non riteniamo necessario richiedere batterie della durata di 6 ore. Pertanto, nell'ottica di garantire la massima concorrenza e partecipazione delle aziende presenti sul mercato, si chiede di accettare batterie della durata effettiva e certificata di 4 ore.*

**Risposta :** Si conferma la richiesta di dispositivi che garantiscano l'autonomia delle apparecchiature di che trattasi, in quanto la medesima è scaturita da esperienze pregresse di trasferimenti di pazientini critici della durata superiore ai 360 minuti suindicati.