

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER N. 1 MONITOR FUNZIONALITA'
CEREBRALE NEONATALE PER L'U.O.C. DI TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE.
FASC PTR 121.2019**

Oggetto: acquisto MONITOR CEREBROFUNZIONALE per il reparto di TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche minime del MONITOR CEREBROFUNZIONALE a pena di esclusione.

1 monitor per la funzionalità cerebrale neonatale (CFM), con incluso nella fornitura:

- monitor medicale per la visualizzazione in tempo reale di forme d'onda e parametri,
- modulo amplificatore (testina di connessione elettrodi) dedicata al monitoraggio aEEG neonatale (numero elettrodi non superiore cinque) e con chiari riferimenti per la connessione degli elettrodi, per l'agevole, semplice ed immediato posizionamento.
- funzione per il riconoscimento in automatico delle convulsioni, che permetta una rapida identificazione delle zone dei tracciati EEG sospette per episodi critici.
- carrello o altro sistema per il trasferimento rapido da una postazione di rianimazione all'altra, regolabile in altezza.
- dotato di memoria per la registrazione di forme d'onda, parametri monitorati, dati paziente, per una facile e rapida analisi degli eventi occorsi durante il trattamento del paziente critico.
- compatibile con i comuni elettrodi presenti sul mercato, con possibilità di sostituzione anche di un singolo elettrodo in corso di monitoraggio, tale ultima caratteristica è importante per l'economicità e per non determinare esclusività di acquisto del materiale di consumo.