



U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Direttore D.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824/57544- Fax 0824/57572

e-mail: concetta.inglese@ao-rummo.it

pec-mail: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA ED ABLAZIONI DELLE ARITMIE CARDIACHE PER L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA E UTIC. FASC. T 162-2018.

RICHIESTA

"Per il lotto 26 il sistema indica una caratteristica di valutazione "elettrodi bombati dotati di termocoppia" esclusiva di un solo sistema sul mercato.

Il sistema di rilevazione della temperatura che vorremo proporre possiede "elettrodi dotati di termistori"; le due tecnologie per la rilevazione delle temperature sono equivalenti.

Saranno considerati anche eventuali sistemi con tecnologia differente?"

CHIARIMENTO

PER IL LOTTO IN OGGETTO, LA CARATTERISTICA DEGLI ELETTRODI VIENE VALUTATA IN MANIERA DISCREZIONALE. NON RISULTA , PERTANTO, UNA CARATTERISTICA ESCLUSIVA E VERRA' QUINDI VALUTATA IN SEDE DI AGGIUDICA.