

Kit-cateteri arteriosi con prolunga, mis. Varie

DITTE	Requisiti minimi: Il kit-catetere deve essere costituito da cateteri, fili guida ed ago introduttore, i cateteri devono essere in poliuretano, la prolunga deve essere premontata, di lunghezza minimo 5cm e deve essere dotata di clamp, latex-free.		TOTALE
	parametri di valutazione	punteggio assegnato	
		punteggio massimo	
	1. maneggevolezza dei dispositivi	25	
	2. presenza di alette	20	offerta non conforme perche il prodotto offerto non è un kit-catetere con prolunga premontata dotata di clamp
	3. distanza tra punto di inserzione del catetere e punto di emergenza	10	
	4. minima invasività	15	
B.BRAUN	1. maneggevolezza dei dispositivi	25	offerta non conforme perche il
	2. presenza di alette	20	
	3. distanza tra punto di inserzione del catetere e punto di emergenza	10	
	4. minima invasività	15	
MOVI	1. maneggevolezza dei dispositivi	25	prodotto offerto non è dotato di clamp
	2. presenza di alette	20	25
	3. distanza tra punto di inserzione del catetere e punto di emergenza	10	20
	4. minima invasività	15	10
TELEFLEX	1. maneggevolezza dei dispositivi	25	15
	2. presenza di alette	20	15
	3. distanza tra punto di inserzione del catetere e punto di emergenza	10	20
	4. minima invasività	15	0
VYGON	1. maneggevolezza dei dispositivi	25	10
	2. presenza di alette	20	15
	3. distanza tra punto di inserzione del catetere e punto di emergenza	10	
	4. minima invasività	15	