



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Tel. 082457539- Fax 082457572
e-mail claudia.casazza@ao-rummo.it
ufficio1gare@pec.ao-rummo.it

Benevento

Prot. 17046 del 12/11/19

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA

L' Azienda Ospedaliera "San Pio" rende noto con il presente avviso che intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerte per l'affidamento della fornitura di :

KIT PER CHEMIOIPERTERMIA INTRAVESCICALE

per la U.O.C UROLOGIA- FASC. CLA 213/2019
vedi ALL. A

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'avviso è pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell'Amministrazione **per almeno 15 gg.**

In ogni caso e in qualsiasi momento, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura e/o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa e su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) o la CONSIP spa , aggiudichino analoghe forniture/servizi in seguito a gare centralizzate.

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Fornitura di KIT PER CHEMIOIPERTERMIA INTRAVESCICALE per la U.O.C UROLOGIA-FASC. CLA 213/2019 (ALL A.)

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti; in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46 nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016.

Non saranno ammesse offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate od espresse in modo indeterminato

IV-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire **entro il 29/07/2019**, presso **l'Azienda Ospedaliera "San Pio" - Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento**, UN PLICO chiuso riportante la seguente dicitura:

"NON APRIRE - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura di :
KIT PER CHEMIOIPERTERMIA INTRAVESCICALE (vedi ALL.A)

per la U.O.C UROLOGIA- FASC. CLA 213/2019

Il suddetto plico può pervenire sia mediante consegna a mano, sia mediante Servizio Postale o agenzia di recapito ad esclusivo rischio dei concorrenti. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo presso quest'Azienda.

All' interno del plico devono essere inserite almeno **due buste chiuse**: una contenente la documentazione amministrativa e tecnica, riportante la dicitura "Documentazione amministrativa e tecnica", e un'altra busta contenente l'offerta economica, con la dicitura "Offerta Economica"

La busta "Documentazione amministrativa e tecnica" deve contenere la seguente documentazione:

a) **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal titolare o rappresentante legale, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'Art.80 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016.

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

- b) **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 dal titolare o rappresentante legale, attestante l'iscrizione al registro imprese della CCIAA ;
- c) **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
- degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
 - delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
 - dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
- d) **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;
- e) **duplice copia delle schede tecniche** di prodotto riportanti il **Codice CND e il numero di repertorio** dei dispositivi offerti

La busta "Offerta economica" deve contenere la seguente documentazione:

- f) **Offerta economica**, per ciascun lotto di partecipazione firmata dal titolare o rappresentante legale, con esplicita accettazione delle condizioni sopra riportate, espressa in percentuale di ribasso **al netto d'IVA**. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, né offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate od espresse in modo indeterminato.

Ulteriori condizioni contrattuali sono le seguenti:

- la validità dell'offerta è di anni 1 ;
- il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa;
- la ditta aggiudicataria dovrà consegnare i dispositivi in questione nel più breve tempo possibile presso e, comunque non oltre i 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine scritto, con trasporto ed imballaggio a carico di codesta ditta;
- indicare la percentuale di sconto applicato.

V-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

In caso di più domande pervenute si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica, per le ditte ammesse alla fase successiva, alla lettura delle offerte economiche per la formazione della graduatoria di gara.

La gara è valida anche in presenza di una sola richiesta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo scambio di lettere.

VI-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUP

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "*Gaetano Rummo*"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:


- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Claudia CASAZZA)

IL DIRETTORE AREA P.E.
Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri



AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

ALL. A

- Sistema completamente a circuito chiuso con rimozione sicura del chemioterapico attraverso una sacca di espulsione collegata al circuito stesso;
- Nessuna corrente elettrica e/o radiofrequenza all'interno del paziente;
- Scambiatore di calore in alluminio biocompatibile brevettato, che riscalda il chemioterapico esternamente al paziente;
- Controllo della temperatura a 43°C attraverso un sensore di temperatura;
- Sensore di pressione interna del circuito;
- Catetere più (16fr) a tre vie in morbido silicone;
- Allarmi visivi e sonori di alta/bassa temperatura e pressione;
- Allarme sonoro e arresto automatico del sistema a fine trattamento