

Ann. A)

- composti da metacrilatodi polimetile (PMMA);
- precaricati in un sistema di iniezione monouso;
- il diametro compreso tra 11/13 mm;
- disponibile per l'applicazione in senso orario e antiorario;

I vantaggi dei suddetti impianti consentono:

1. condizioni operative stabili;
2. facilitano la facoemulsificazione, la rimozione della corteccia e l'impianto di IOL;
3. impediscono lo svuotamento unilaterale del sacco capsulare;
4. estensione circolare del sacco capsulare, riducono le pieghe sulla membrana capsulare posteriore;
5. permettono un centraggio maggiore della IOL, evitano lussazioni;
6. dividono la pressione su tutte le fibre zonulari, impedendo il caricamento unilaterale su fibre zonulari singole.

CND: P0380 *PROTESI OCULISTICHE – ACCESSORI*

Descrizione: anelli di tensione capsulare, non ottici per l'espansione del sacco capsulare a seguito interventi di facoemulsificazione.

REQUISITI MINIMI:

1. In metacrilato di polimetilene;
2. Precaricati in un sistema di iniezione monouso;
3. Diametro compreso tra 11cm e 13cm;
4. Con possibilità di applicazione in senso orario e antiorario.

CONFEZIONAMENTO

I dispositivi medici dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

- Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non tramite etichette autoadesive anonime.
- Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, se del caso, sia sui condizionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull'imballaggio secondario.
- I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni di spedizione tale che ne garantiscano il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, ma comunque secondo la normativa vigente.
- **Le Etichette devono riportare:**
- Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o se non residente nella Comunità,

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo, 1 - Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it - protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

- indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità).
- Indicazioni per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo contenuto nella confezione.
- La dicitura "Sterile".
- Il numero di lotto o il numero di serie.
- La data di fabbricazione e la data di scadenza.
- La dicitura "Monouso".
- Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione.
- Eventuali istruzioni di uso.
- Avvertenze e/o precauzioni.
- La destinazione d'uso e il marchio "CE".

CAMPIONATURA

L'offerta tecnica dovrà contenere **scheda tecnica** del dispositivo e **n. 2 campioni**, indispensabili per effettuare la valutazione di conformità.

MODALITA' DI FORNITURA

La richiesta dei dispositivi sarà effettuata, di volta in volta e in ragione delle necessità, con ordine scritto che conterrà le caratteristiche dei beni richiesti, le quantità, il prezzo unitario e il luogo di consegna. Copia del detto ordine va allegato alla fattura; la consegna dovrà essere effettuata entro il termine tassativo di dieci giorni dalla ricezione dell'ordine e per tutta la quantità richiesta. In caso di inadempienza verranno applicate le penalità capitolari in materia. Resta, al riguardo ancora inteso che a fronte dell'ordine la ditta emetterà la relativa fattura che sarà liquidata, previo collaudo favorevole della fornitura, nei termini pattuiti. Nel caso di inosservanza degli obblighi posti ai punti che precedono, verranno immediatamente applicate e senza obbligo di messa in mora le disposizioni capitolari in materia di inadempimento.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti minimi indicati per ciascun lotto.

Distinti saluti

Direttore UOC FARMACIA

D^{ssa} Assunta Racca



AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo, 1 - Benevento C.F. 01009760628

www.ao-sanpio.it - protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111