



AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI
II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

VERBALE DI GARA N°2 DEL 21/08/2019

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI DPI/ DISPOSITIVI INDIVIDUALI OCULARI(OCCHIALI) E VERSIERE TOTAL FACE CON CASCO, PER LA U.O.C. DI MEDICINA D'URGENZA-FASC. ALFA 194/2019

L'anno **duemilaDICIANNOVE**, il giorno 21 del mese di agosto, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad. "Direzione e Servizi Generali") dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso

come risulta dal **VERBALE DI GARA N°1 DEL 18/06/2019**

- Che con nota prot. 12803 del 28/05/2019, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ha trasmesso, in allegato, richiesta della UOC di Medicina d'Urgenza, per l'acquisto di DPI/ DISPOSITIVI INDIVIDUALI OCULARI(occhiali) E VERSIERE TOTAL FACE CON CASCO;

- Che, nella precitata nota, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione evidenzia che dotare i lavoratori di idonei DPI è obbligo del datore di lavoro a sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., peraltro, infatti, l'ALLEGATO VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI prevede che i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

- Che, si deve procedere all'acquisto, in relazione al numero di dipendenti del comparto afferenti all'U.O.C. di Medicina d' Urgenza, e dunque n.80 personale del comparto e n.16 personale medico, oltre al 50% da tenere come scorta a magazzino.

- Che con nota prot. 13377 del 03/06/2019, pertanto, si è proceduto alla pubblicazione sul sito A.O..San Pio-Sez Bandi di Gara e contratti, dell'AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DE QUA, al fine di verificare la disponibilità sul mercato di ditte in grado di fornire quanto richiesto;

- Che per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it, entro e non oltre il giorno 16/06/2019;

- Che entro la data stabilita hanno fatto pervenire istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e tecnica le seguenti ditte: SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL, UBERROSS SPA E AMS SRL;

- Che con nota prot. 14814 del 18/06/2019, le schede tecniche sono state trasmesse al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per la valutazione di conformità;

Letta la nota prot.18578 del 02/08/2019, con la quale il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, unitamente al C.P.S.C. e Preposto UOC Medicina d'Urgenza, ha trasmesso relazione, rappresentando quanto segue:

1) I prodotti offerti dall'operatore economico (OE) Uber Ross non risultano conformi poiché trattasi di elmetto chirurgico per la protezione del Chirurgo;

2) I prodotti offerti dall'OE Selc Medical Technologie srl risultano conformi sia con riguardo ai codici del casco e sia agli occhiali protettivi

3) I prodotti offerti dall'OE AMS srl risultano conformi sia con riguardo ai codici del casco e sia agli occhiali protettivi.

CONSIDERATO QUANTO INNANZI si procede a comunicare alla ditta **Uber Ross** la “non conformità di quanto offerto” e, successivamente a richiedere l'offerta economica alla ditte **SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL** e **AMS srl** ;

Il presente verbale consta di n°2 (pagine).

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE

(firmato) TESTIMONE

(firmato) SEGRETARIO