



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO BIENNALE DI MICROCATERI TIPO " FINECROSS" PER L'UOC DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC . FASC. T. 271/2019.

Estratto Verbale n. 2

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 12,00 presso la sede dell'A.O. " San Pio" sita in Via dell'Angelo ,1 si è riunito il Seggio di gara così composto :

D.ssa Nicoletta Mercuri – Presidente

D.ssa Concetta Inglese – Segretario verbalizzante

Sig.ra Giovanna De Marco - Testimone

Premesso che con verbale di gara n. 1 del 17.09.2019 il Seggio di gara , preso atto che a seguito di indagine di mercato esperita tramite avviso da pubblicare sul sito internet aziendale , avevano fatto pervenire istanza le Ditte CARDIVA I. SRL, LAMONEA MEDICAL SRL, TELEFLEX M. SRL, KARDIA SRL, IMED SRL, GADA I. SPA e verificato che i concorrenti come sopra indicati avevano presentato la documentazione richiesta nell'Avviso , aveva deciso di trasmettere la documentazione tecnica inviata dalle sopracitate Ditte al direttore di Farmacia affinché esprimesse relazione tecnica di conformità .

Letto la relazione della conformità/non conformità delle offerte ricevute del Direttore della UOC di Cardiologia Interventistica e Utic, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso e trasmessa con nota prot. 22741 del 03.10. 2019 dal Direttore di Farmacia.

Il Seggio di gara, per quanto sopra, decide di comunicare alle Ditte CARDIVA, IMED, KARDIA e TELEFLEX la esclusione dal prosieguo della procedura per i motivi esplicitati nella sua relazione dal Direttore della UOC di Cardiologia Interventistica e Utic .

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

firmato

IL PRESIDENTE

firmato

IL TESTIMONE

firmato

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO - Benevento

DEA di II Livello - Ospedale G. Rummo

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare

Cardiologia Interventistica e UTIC

Centro HUB di I Livello - Centrale Cardiologica

Direttore: Dr. Marino Scherillo

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ/NON CONFORMITÀ DELLE OFFERTE RICEVUTE IN SEGUITO ALL'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO BIENNALE DI MICROCATETERI PER IL TRATTAMENTO DI OCCLUSIONI CRONICHE CORONARICHE PER L'UOC DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ED UTIC. FSC. T. 271/2019

DITTA	Codici offerti	Conformità SI/No	Eventuali motivazioni di non conformità
CARDIVA	MCCC14135001 (135cm) MCCC14150001 (150cm)	NO (1,2,3,4,5,6,7,9)	8: assenza di segmento flessibile distale
IMED	M-CATH 750135750 (130cm)	NO (1,2,4,5,6,7,8,9)	3: rivestimento con polimero idrofilo sulla parte distale di 43 cm
KARDIA	CRV135-19P (135cm) CRV150-19P (150cm)	NO (1,2,3,4,5,6,7,9)	8: assenza di segmento flessibile distale
GADA	NC-F863A (130cm) NC-F865A (150 cm)	SI (1,2,3,4,5,6,7,8,9)	
LAMONEA	NC-F863A (130cm) NC-F865A (150 cm)	SI (1,2,3,4,5,6,7,8,9)	
TELEFLEX	5300 (130cm) 5301 (150cm)	NO (1,2,4,5,6,7,9)	3: rivestimento con polimero idrofilo sulla parte distale di 40 cm 8: assenza di segmento flessibile distale
TELEFLEX	5302 (130cm) 5303 (150cm)	NO (1,2,3,5,6,7,8,9)	4: diametro distale 2.4F

Caratteristiche tecniche individuate dalla scheda tecnica conformi alle esigenze della UOC Cardiologia Interventistica ed UTIC:

- 1) microcatetere rastremato;
- 2) lunghezza 130 cm circa e 150 cm circa;
- 3) Rivestimento con polimero idrofilo sulla parte distale (almeno 70 cm);
- 4) diametro distale 1.8F;
- 5) marker radiopaco in punta;
- 6) Rivestimento interno in PTFE;
- 7) Armatura interna in acciaio per pushability;
- 8) segmento flessibile distale per trackability;
- 9) pressione massima 300 psi

Benevento, 24 settembre 2019

Dirigente Medico
Dr. Dario Formigli

Primario
Dr. Marino Scherillo