

DIPARTIMENTO DMI SSD fISIOPATOLOGIA

"ALLEGATO A" DISPOSITIVI MEDICI PER PMA

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
1	Ago per Pick Up ovocitario, a lume singolo, diametro 17G, punta ecoriflettente, lunghezza 35 cm e tubo di raccordo lungo 60 cm	300

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Affilatura della punta che permette l'aspirazione anche di follicoli di piccole dimensioni	Max Punti 30
Impugnatura ergonomica	Max Punti 25
Rigidità dell'agocannula	Max Punti 15
Punteggio max	Max Punti 70

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
-	Set per embryo transfer in presenza di muco cervicale e sangue, composto	150
2	da catetere di trasferimento da 2,8 Fr e almeno 24 cm di lunghezza, catetere guida 4,7 Fr ed almeno 17 cm di lunghezza e guaina protettiva 7,0 Fr ed	
	almeno 16 cm di lunghezza	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Manifattura della estremità distale della guida esterna per facilitare	Max Punti 30
l'inserimento del catetere	
Possibilità di lavorare con microvolumi di mezzo di coltura richiesto per il	Max Punti 30
transfer	
Atraumaticità del catetere	Max Punti 10
Punteggio max	Max Punti 70

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
3	Set per embryo transfer composto da catetere guida precurvato 6,6 Fr e catetere per il transfer embrionario con punta traumatica 2,8 Fr	300
		1

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo" Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824 57111 Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Marid dei Aiguori" Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti Tel. 0823 313111 Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Atraumaticità del puntale	Max Punti 40	
Facilità di utilizzo nei transfer difficili	Max Punti 20	
Ergonomicità dell'impugnatura prossimale	Max Punti 5	
Atraumaticità del catetere	Max Punti 5	
Punteggio max	Max Punti 70	

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	
	Catetere per inseminazione intrauterina, punta arrotondata; lunghezza circa 20 cm	100
4	20 CIII	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza del catetere	Max Punti 40
Ergonomicità	Max Punti 15
Atraumaticità del catetere	Max Punti 15
Punteggio max	Max Punti 70

Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
Dispositivo per aspirazione di muco cervicale	100

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza del catetere	Max Punti 40
Ergonomicità	Max Punti 15
Atraumaticità del catetere	Max Punti 15
Punteggio max	Max Punti 70

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
6	Otturatore malleabile per facilitare il posizionamento del catetere guida per	150
	transfer embrionario in pazienti con accesso cervicale difficile (compatibile	
	con i cateteri per embryo transfer offerti in gara)	

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Maneggevolezza del catetere	Max Punti 40
Ergonomicità	Max Punti 15
Atraumaticità del catetere	Max Punti 15
Punteggio max	Max Punti 70

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628



Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
Capillari per decoronazione da $0,130-0,133~\mathrm{mm}$ e da $0,156-0,190~\mathrm{mm}$.	200

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro
Qualità del vetro	Max Punti 40
Finezza della punta	Max Punti 15
Maneggevolezza	Max Punti 15
Punteggio max	Max Punti 70

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
8	Capillari sterili x Holding angolati 35°, 60 mm.	150

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Qualità del vetro	Max Punti 40	
Finezza della punta	Max Punti 15	
Maneggevolezza	Max Punti 15	
Punteggio max	Max Punti 70	

Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità
Capillari sterili x Injection 35°, 60 mm.	150

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

Parametri soggetti a valutazione	Peso parametro	
Punta facilitante la immobilizzazione dello spermatozoo	Max Punti 40	
Qualità del vetro	Max Punti 15	
Finezza della punta	Max Punti 15	
Punteggio max	Max Punti 70	

AORN "G. RUMMO"

Dott.ssa ANNALISA SALERNO Mair 24878

SSD di Fisiopatologia della Riproduzione Umana
e Diagnosi Prenatale Integrata - DMIGSB

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628