



di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA DI II LIVELLO

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri
tel. 0824.57543 – fax 0824.57572
e-mail laura.alfano@ao-rummo.it
pec: ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

**AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
BENEVENTO**

**OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)
VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111**

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 12/08/2020

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

**AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP3-
FASC. ALFA 283/2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di agosto, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad. "Direzione e Servizi Generali") dell'Azienda Ospedaliera San Pio Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal **VERBALE DI GARA N°1 DEL 30/07/2020**

- Che con **DELIBERAZIONE N. 482 DEL 14/07/2020**, in previsione di una eventuale recrudescenza del virus da COVID-19 nel periodo autunnale, su indicazioni della Direzione Aziendale, l'Azienda Ospedaliera San Pio, ha deliberato di avviare una procedura di acquisto per la fornitura di **MASCHERINE FFP3** e pertanto, si è proceduto a trasmettere, in data 15/07/2020, per la pubblicazione sul sito aziendale, l'Avviso di Manifestazione d'Interesse volto all'affidamento della fornitura di n. **10.000 MASCHERINE FFP3**, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 63, comma 2 lett. b), D.Lgs.50/2016;

- Che si è stabilito di aggiudicare la fornitura de qua al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs n° 50/2016, previa valutazione di conformità da parte dei tecnici alle caratteristiche descritte nell'avviso;

- Che alla data termine ultimo presentazione offerte fissato al 27/07/2020, risultano per la gara di cui in epigrafe pervenute n. 7 offerte, trasmesse al Responsabile SPP per la valutazione di conformità.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Letta la relazione pervenuta da parte del Responsabile SPP a tenore della quale si esplicita che : “ *sono state esaminate le offerte tecniche di n. 7 operatori economici e nessun prodotto offerto risulta conforme come da prospetto allegato al presente verbale*” ;

Il presente verbale consta di n°2 (*pagine*), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

firmato PRESIDENTE Dott.ssa Concetta inglese-Collaboratore Amministrativo

firmato TESTIMONE Sig.ra Giovanna De Marco Collaboratore Amministrativo

firmato SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”

Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Operatore economico	Bene offerto	Giudizio: Conforme/non conforme	Motivazione della non conformità
A.S.P. Forniture e Servizi Medicali	Cod. ZH3361V Facciale filtrante FFP3 con valvola	Non Conforme	Non DM
3M	3M Aura 1872V	Non Conforme	Non DM e no FFP3 ma FFP2 – Non si evince se è latex free
	3M Aura 1873V	Non Conforme	Non DM – Non si evince se latex free
Forniture sanitarie	Rysam – RSN99V	Non Conforme	Non DM- Non si evince se è il prodotto è Cat III
G.B. WALL S.R.L.,	HJR	Non Conforme	Non DM- Assenza del respiratore Non si evince se è il prodotto è Cat III Non si evince se è latex free
GAIA Trade	Non si comprende	Non Conforme	Non si evince chiaramente il prodotto offerto, Non DM- Non si evince se è il prodotto è Cat III Non si evince se è completamente latex free Non sono stati prodotti i test di prova
Silcam Italia	Serie Aura 9300+	Non Conforme	Non DM- Non si evince se è il prodotto è Cat III Non si evince se è completamente latex free Non sono stati prodotti i test di prova Non è destinato ad uso in ambiente sanitario
Tau Medical	TAU Mask cod. A- 367V	Non Conforme	Non DM- Non sono stati prodotti i test di prova