

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione DEA DI II LIVELLO

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri tel. 0824.57543 – fax 0824.57572 e-mail laura.alfano@ao-rummo.it

pec: ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO" B E N E V E N T O OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2) VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

Avviso di indagine conoscitiva di mercato per la fornitura di dispositivi per CRANIOTOMO MIDAS REX LEGEND presente nella sala operatoria della UOC di Neurochirurgia FASC. ALFA 119/2019

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di OTTOBRE, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad."Direzione e Servizi Generali") dell'Azienda Ospedaliera San Pio Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal VERBALE DI GARA Nº1 DEL 15/04/2019

- Che il Dirigente Servizio Farmacia con nota del 7025 del 18/03/2019, ha trasmesso richiesta fabbisogno annuale di dispositivi per craniotomo MIDAS REX LEGEND della S.O. di Neurochirurgia;
- Che si è proceduto (giusta nota prot.7975 del 28/03/2019), ad attivare, *a*i sensi dell'art.63 co1 D.LGS.VO 50/2016, *AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO art. 36- comma 2 -lett. B*) *del D. Lgs 50/2016*)
- Che si è proceduto, altresì, alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.C.;
- Che per partecipare alla selezione i candidati interessati dovevano far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC, all'indirizzo <u>ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it</u>, entro e non oltre il giorno 12/04/2019 ORE 12:00;
- Che entro la data stabilita hanno fatto pervenire istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e tecnica le seguenti ditte: **Medtronic Italia S.p.A.e AC.TA srl**;
- **Che** le schede tecniche sono state trasmesse per la valutazione di conformità e che si è stabilito di chiedere ad entrambe le ditte le offerte economiche riscontrando quanto segue:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628 www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it -la ditta ACTA ha offerto frese ed una apparecchiatura nuova -sistema ELAN- e non ha, come richiesto in data 14/08/2020, presentato dichiarazione che attesti la compatibilità dei dispositivi offerti con l'apparecchiatura MIDAS REX LEGEND.

-la ditta MEDTRONIC ha offerto manipoli per craniotomia.

Letta, altresì, la nota del 08/10/2020 del Direttore FF della UOC di Neurochirurgia a tenore della quale: "In particolare si evince che la ditta ACTA ha offerto frese non compatibili col trapano già in uso (MIDAS REX LEGEND) suggerendo l'utilizzo di un'apparecchiatura nuova (sistema ELAN); la ditta Medtronic, a parere della scrivente, per mero errore di scrittura, ha offerto il manipolo per craniotomia anzichè le frese. Si richiede dunque alle SV di considerare la possibilità di richiedere una rettifica alla ditta Medtronic sì da procedere all'acquisto considerata l'urgenza di rifornire la S.O. di Neurochirurgia";

Considerato quanto innanzi, si procederà a richiedere rettifica dell'errore materiale alla ditta Medtronic e a comunicare la esclusione dalla procedura di gara de qua alla ditta Acta, per avere offerto dispositivi difformi da quelli richiesti;

-Il presente verbale consta di n°2 (pagine), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA
(firmato) PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI
(firmato) TESTIMONE Dott.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo
(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628 www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it