AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICA PER S.S.O.O. PER LA DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO.
FASC PTR 455.2020

[redacted] che consenta la tracciabilità delle attività seguenti, tramite registrazione ed archiviazione dei dati di ogni singola azione di ciascun processo in maniera che sia possibile seguire, in qualsiasi momento, anche a ritroso nel tempo, i dettagli di ogni fase dell'iter di ricondizionamento dei materiali.

- decontaminazione,
- lavaggio: manuale, con ultrasuoni e/o con macchine termodisinfettori
- confezionamento del materiale da sterilizzare
- sterilizzazione del materiale
- stoccaggio del materiale
- riutilizzo sui pazienti

Inoltre il sistema deve consentire l'interfacciamento con autoclavi, lavastrumenti e Bowie-Dick elettronico ed incubatori/lettori automatici privi di calibrazione per prove biologiche se presenti.
Si richiede pertanto l'acquisto con configurazione completo di:

- Server
- 9 Postazioni multifunzionali a dotazione di tutto il complesso chirurgico/sterilizzazione del presidio (07 sale operatorie, 01 Centrale di sterilizzazione, 01 ambulatorio chirurgico maxillo-faciale) per ciascuna delle fasi del processo da tracciare composta da:
    - 01 PC
    - 01 Monitor touch screen
    - 01 Stampante A4
    - 01 Stampante etichette di processo
    - 01 Stampante etichette per container strumentario
    - Lettori codice a barre, secondo necessità

e del materiale di consumo per soddisfare il fabbisogno annuo quantificabili in KIT TRACCIABILITA' nel novero di n° 50.000 pezzi.

La composizione kit deve prevedere secondo quanto richiamato dalla norma:
-) etichette di processo + strisce riposizionabili con indicatore di processo + integratori chimici + rotoli di inchiostro per stampante.
La striscia riposizionabile deve essere senza scritte prestampate, facile da rimuovere senza rilasciare nessun tipo di residuo (es: tracce di adesivo) sulle confezioni da sterilizzare e con l'indicatore di processo conforme alle UNI EN ISO 11140-1 (tipo 1) e con inchiostro privo di piombo;
L'integratore chimico deve essere a scorrimento di facile interpretazione (a doppia finestra), e contenere la data di scadenza e numero di lotto sul singolo pezzo, conforme alla norma UNI EN ISO 11140-1 (tipo 5)