

ALLEGATO A

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUALI
1 (EX-2)	FILTRI PER RESPIRATORE ANTIBATTERICI/ANTIVIRALI A FILTRAZIONE MECCANICA - SCAMBIATORI DI UMIDITÀ E CALORE (HME) – ADULTI	10.000

Requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: monouso, sterili, latex-free, per circuiti respiratori, con minimo spazio morto e resistenza al flusso, corredati di presa per capnografo Luer lock, massima capacità filtrante. I filtri devono avere:

1. ampia superficie filtrante, compatibile con le dimensioni del filtro
2. filtrazione meccanica bidirezionale
3. rimozione BFE/VFE documentata
4. elevata capacità di umidificazione e di mantenimento della temperatura
5. perfetta adattabilità delle connessioni ai circuiti respiratori

Specifiche tecniche richieste, di cui si richiede attestazione:

1. composizione del filtro
2. quantità della rimozione batterico/virale, in particolare per HBV, HCV, HIV, mycobacterium tuberculosis, espressa in % con certificazione CE
3. resistenza al flusso espressa in cm H₂O a flussi diversificati
4. grandezza della superficie filtrante e di scambio espressa in cm²
5. umidità assoluta/relativa e temperatura lato paziente espressi rispettivamente in mg/L e °C a VT e tempi diversificati e documentata con certificazione.

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUALI
2 (EX-33)	NEBULIZZATORE PER AEROSOL TERAPIA CON RESPIRATORE	100

Requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: In confezione sterile, monouso, deve comporsi di: nebulizzatore formato da reservoir e camera di nebulizzazione avvitabili, dispositivo Venturi, camera di nebulizzazione, capacità non inferiore a 2 ml, connettore a T per il respiratore, innestabile su tutti i tipi di circuiti. La ditta deve impegnarsi a fornire: connettori/adattatori interfacciabili con i circuiti-respiratore in uso.